

SPZOZ-ZP/12D/2023

Kępno, dnia 25.04.2023r.

Otrzymują:
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_kepno

Dotyczy:

postępowania przetargowego pn. „Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania badań równowagi kwasowo – zasadowej i parametrów krytycznych z kooksymetrią wraz z dzierżawą analizatora i analizatora backup do wykonywania tych badań oraz dostawa odczynników i materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonywania badań na analizatorze parametrów krytycznych ABL 90 FLEX PLUS będącym własnością Zamawiającego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie” – oznaczenie sprawy: SPZOZ-ZP/12D/2023.

Działając na podstawie art.284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. ,1710 ze zm.) Zamawiający – Samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie udziela odpowiedzi na pytania zadane do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia niniejszego postępowania:

PYTANIE NR 1

Dotyczy: Zał nr 2 wzór umowy DOSTAW, § 2 Termin i warunki realizacji, pkt 9

1. Zamawiający wymaga, aby asortyment był dostarczany z terminem ważności nie krótszym niż 6 miesięcy od momentu dostarczenia.

Ze względu na zastosowane technologie i cykl produkcyjny producenta, okres gwarancji wynosi maksymalnie 4 miesiące od daty produkcji. Wykonawca nie ma wpływu na okres gwarancji określony przez producenta. Wykonawca może zaproponować możliwość złożenia rocznego a nawet dwurocznego harmonogramu dostaw w oparciu o planowane zużycie. Analizator pracuje jedynie na dwóch materiałach zużywalnych z określonym przewidywalnym terminem przydatności, co pozwala na dokładne przewidzenie ilości potrzebnych elementów zapewniających nieprzerwaną pracę. Łatwość planowania wymiany elementów zużywalnych w połączeniu z harmonogramem dostaw pozwoli na zmniejszenie stanów magazynowych. Czy w związku z powyższymi faktami Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników i materiałów zużywalnych z 3 miesięcznym terminem ważności, licząc od daty dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie odczynników i materiałów zużywalnych z 3 miesięcznym terminem ważności, licząc od daty dostawy.

Dotyczy: Zał nr 2 wzór umowy DOSTAW, § 2 Termin i warunki realizacji, § 10 Reklamacje

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku awarii/ uszkodzenia/wady sumować liczbę niewykorzystanych testów w reklamowanych kasetach? Jeżeli liczba zsumowanych testów osiągnie objętość pełnej kasety Wykonawca na własny koszt dokona zwrotu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, aby sumować liczbę niewykorzystanych testów w reklamowanych kasetach, aż do zsumowania się ich do objętości pełnej kasety.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KĘPNIE**



Podpisano: *Dyrektor SPZOZ w Kępnie*
/-/ Beata Andrzejewska