

NiiPP.271.1.93.2024

Wyjaśnienie nr 1 do treści Zapytania ofertowego

dotyczy: postępowania na zakup defibrylatorów zewnętrznych dla mieszkańców gminy Wronki

Niniejszym informuję, że wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:


Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy defibrylator AED, który nie posiada funkcji: "Automatyczne dopasowanie głośności komunikatów do otaczających dźwięków". Urządzenie wydaje głośne komunikaty słyszane nawet w głośnym otoczeniu.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuści defibrylator AED, który wydaje głośne komunikaty słyszane w głośnym otoczeniu.

Zamawiający informuje, że dokonane wyjaśnienia treści Ogłoszenia o zamówieniu stają się jego integralną częścią i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pozostałe zapisy Ogłoszenia o zamówieniu pozostają bez zmian.


z up. BURMISTRZA
Marlena Hibiś-Koza
Wydział Referatu
Sprawności, Inwestycji
i Planowania Przestrzennego