

Tarnów, dnia 05.09.2023r.

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG.271.48 .KK...²³³⁰ /23

Przedmiotem zamówienia jest **ZAKUP: SYSTEM DO NIE IZOTOPOWEGO WYKONANIA PROCEDUR BIOPSJI WĘZŁÓW CHŁONNYCH WARTOWNICZYCH -HISTEROSKOP- LASER OPERACYJNY - dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie - nr spr.60/23**

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 04.09.2023r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

Zwracamy się do Zmawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu zapisanego w załączniku nr 1B- ZAKRES NR 2- Histeroskop Full HD z torem wizyjnym- pkt 4.3 - "Zmiana natężenia światła poprzez przyciski na głowicy kamery". W oferowanym źródle światła natężenie światła zmieniane jest bezpośrednio poprzez przyciski na panelu przednim źródła światła.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Zwracamy się do Zmawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu zapisanego w załączniku nr 1B- ZAKRES NR 2- Histeroskop Full HD z torem wizyjnym- pkt 4.5 - "Zintegrowane w źródle światła gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z oferowanym sterownikiem kamery w celu ustawiania natężenia światła, wł. / wył. światła poprzez przyciski na głowicy kamery". W oferowanym źródle światła ustawiania natężenia światła, wł. / wył. światła odbywa się bezpośrednio poprzez przyciski na panelu przedni źródła światła.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Otrzymują:

- 1/ Adresat
- 2/ Platforma zakupowa
- 3/ A/a

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Anna Czech

INSPIRATOR
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Katarzyna Krikiel

KIEROWNIK
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie
mgr Anna Hajnysz