

Kraków, 17.11.2023 r.

**DZ.271.89.1118.2023**

Dział Zamówień Publicznych

tel. 0-12 614 34 84

e-mail: [przetargi@szpitaljp2.krakow.pl](mailto:przetargi@szpitaljp2.krakow.pl)

**dotyczy: postępowania DZ.271.89.2023 – Dostawa wyrobów medycznych m.in. narzędzia chirurgiczne, obłożenia , elektrody, rurki**

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania:

**Pytanie 1**

**Dotyczy pakietu 16**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 16 zestawów z cewnikiem Swan-Ganz bez pomiaru termodylucji o średnicy 7F x 110 cm bez osłonki na cewnik; w zestawie strzykawka do wypełnienia balonika; materiał cewnika pozwalający na łatwe wprowadzenie, dokładność pozycjonowania i manipulacji cewnikiem, dobre przenoszenie sygnału.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 2**

**Dotyczy pakietu 14**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 14 poz.1 (Zestaw obłożenia do zabiegów wszczepiania rozruszników) Serwetę główną z dwoma otworami o średnicy 15cm zamiast 14cm (+-0,5 cm). Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 3**

**Dotyczy pakietu 14**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 14 poz. 1 (Zestaw obłożenia do zabiegów wszczepiania rozruszników) Fartuch chirurgiczny rozmiar XL o długości 140cm (+-3 cm) zamiast 150cm (+-5cm). Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 4**

**Dotyczy pakietu 14**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 14 poz. 1 (Zestaw obłożenia do zabiegów wszczepiania rozruszników) Fartuch chirurgiczny rozmiar XXL o długości 160cm (+3 cm) zamiast 150cm (+5cm). Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie 5

##### Dotyczy pakietu 14

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 14 poz. 1 (Zestaw obłożenia do zabiegów wszczepiania rozruszników) Serweta na stół instrumentariuszki o wymiarach 150x190 cm ze wzmocnieniem w części środkowej 65cm.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### Pytanie 6

##### Dotyczy pakietu 14

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 14 poz. 2 (Zestaw obłożenia do zabiegów ablacji) Fartuch chirurgiczny rozmiar XXL o długości 160cm (+3 cm) zamiast 150cm (+5cm). Pozostałe zgodnie z SWZ

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### Pytanie 7

##### Dotyczy pakietu 14

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 14 poz. 2 (Zestaw obłożenia do zabiegów ablacji) Fartuch chirurgiczny rozmiar XL o długości 160cm (+3 cm) zamiast 150cm (+5cm). Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### Pytanie 8

##### Dotyczy pakietu 14

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 14 poz. 2 (Zestaw obłożenia do zabiegów ablacji) Serweta na stół instrumentariuszki o wymiarach 150x190 cm ze wzmocnieniem w części środkowej 65cm.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### Pytanie 9

##### Dotyczy pakietu 14

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 14 poz. 3 (Zestaw obłożenia do zabiegów usuwania elektrod) pokrowiec na stół Mayo o wymiarach 80x140 cm zamiast 80x145cm.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

### Pytanie 10

#### Dotyczy pakietu 14

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 14 poz. 3 (Zestaw obłożenia do zabiegów usuwania elektrod) Fartuch chirurgiczny rozmiar XL o długości 140cm (+-3 cm) zamiast 150cm (+-5cm). Pozostałe zgodnie z SWZ.

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

### Pytanie 11

#### Dotyczy pakietu 14

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 14 poz. 3 (Zestaw obłożenia do zabiegów usuwania elektrod) Fartuch chirurgiczny rozmiar XXL o długości 160cm (+-3 cm) zamiast 150cm (+-5cm). Pozostałe zgodnie z SWZ.

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

### Pytanie 12

#### Dotyczy pakietu 14

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 14 poz. 3 (Zestaw obłożenia do zabiegów usuwania elektrod) Serweta na stół instrumentariuszki o wymiarach 150x190 cm ze wzmocnieniem w części środkowej 65cm.

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

### Pytanie 13

#### Dotyczy pakietu 8

Czy Zamawiający w Pakiecie 8 dopuści zestaw do punkcji opłucnej z igłą Veressa 13G (sygnalizującej za pomocą zielonego wskaźnika moment wysuwania się ostrza igły), spełniający wszystkie pozostałe wymogi SWZ?

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

### Pytanie 14

#### Dotyczy pakietu 8

Czy Zamawiający w Pakiecie 8 mógłby doprecyzować, czy worek, będący elementem zestawu, powinien być wyposażony w zawór odpowietrzający?

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia SWZ**

### Pytanie 15

#### Dotyczy pakietu 9

Czyścik do elektrod monopolarnych:

Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści czyścik o wymiarze 43 [mm] x 43 [mm]?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 16**

**Dotyczy pakietu 9**

**Elektroda neutralna:**

Poz. 6, 7

Czy Zamawiający dopuści elektrodę ze zintegrowanym pierścieniem ekwipotencjalnym stanowiącym jedną z części elektrody?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 17**

**Dotyczy pakietu 9**

Poz. 8, 9

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną o powierzchni 110cm<sup>2</sup>? Pierścień stanowi 1/3 powierzchni elektrody.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 18**

**Dotyczy pakietu 9**

Poz. 10

Czy Zamawiający dopuści podłoże wykonane z wodoodpornej pianki?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 19**

**Dotyczy pakietu 3**

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 wymaga zaoferowania elektrod do defibrylacji przeziernych dla promieni rentgenowskich (włącznie z odprowadzeniami) spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia SWZ. Zamawiający informuje o modyfikacji zapisów SWZ. Modyfikacja stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi i zostanie udostępniona w osobnym pliku.**

**Pytanie 20**

**Dotyczy pakietu 3**

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 wymaga zaoferowania elektrod do defibrylacji posiadających warstwę przewodzącą Ag/AgCl na winylowej folii węglowej, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia SWZ. Zamawiający informuje o modyfikacji zapisów SWZ. Modyfikacja stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi i zostanie udostępniona w osobnym pliku.**

### Pytanie 21

#### Dotyczy pakietu 3

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 wymaga zaoferowania elektrod do defibrylacji cechujących się maksymalną liczbę defibrylacji jedną parą elektrod (przy 360 J) nie mniejszą niż 50, spełniających pozostałe wymagania SIWZ ?

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia SWZ. Zamawiający informuje o modyfikacji zapisów SWZ. Modyfikacja stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi i zostanie udostępniona w osobnym pliku.**

### Pytanie 22

#### Dotyczy pakietu 3

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 wymaga zaoferowania elektrod do defibrylacji posiadających warstwę klejącą z kleju akrylowego medycznego, gr. 2 mm, aktywowanego dociskiem , spełniających pozostałe wymagania SIWZ ?

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia SWZ. Zamawiający informuje o modyfikacji zapisów SWZ. Modyfikacja stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi i zostanie udostępniona w osobnym pliku.**

### Pytanie 23

#### Dotyczy pakietu 3

Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie 3 w zaoferowania elektrod do defibrylacji posiadających potwierdzenie do kompatybilności z Lifepak 12 w języku polskim na jednostkowym opakowaniu pary elektrod , spełniających pozostałe wymagania SIWZ ?

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia SWZ.**

### Pytanie 24

#### Dotyczy pakietu 3

Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie 3 zaoferowania elektrod do defibrylacji posiadających instrukcję użytkownika w języku polskim i informacjami graficznymi umieszczoną na jednostkowym opakowaniu pary elektrod, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia SWZ. Zamawiający informuje o modyfikacji zapisów SWZ. Modyfikacja stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi i zostanie udostępniona w osobnym pliku.**

### Pytanie 25

#### Dotyczy pakietu 9 poz.2

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną, uniwersalną dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg, jednorazową, dzieloną symetrycznie na dwie równe połówki, powierzchnia ogólna 168 cm<sup>2</sup>,

powierzchnia czynna 105 cm<sup>2</sup>, grubość hydrożelu 0,69 mm, wymiary 163,5 x 117 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, hydrożel w części przewodzącej, pakowana pojedynczo? Elektroda neutralna jednorazowego użytku kompatybilna z diatermią ERBE model: ICC300E, ICC350, VIO300D, VIO300S, elektroda zaklasyfikowana przez producenta jako wyrób medyczny i spełniająca wymagania dla wyrobu medycznego, elektroda pozwalająca na dowolne pozycjonowanie w kierunku pola operacyjnego i gwarantująca jednakowy rozkład gęstości natężenia prądu i przyrostu temperatury na obu częściach elektrody neutralnej, dobre (przyklejanie) przyleganie do ciała pacjenta, elektrody nie powodująca odparzeń u pacjenta, łatwość połączenia z kablem do diatermii.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia SWZ.**

### Pytanie 26

#### Dotyczy pakietu 4 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie strzygarki z funkcjonalnością obracania głowicy o 45° w lewo i w prawo jako rozwiązana równoważnego - jest to parametr lepszy (ułatwia usuwanie owłosienia w trudnodostępnych miejscach). Strzygarka wyposażona w wyświetlacz cyfrowy LED sygnalizującą stopień naładowania baterii, oraz antypoślizgowy, ergonomiczny uchwyt zapobiegający obrażeniom w wyniku wyslizgnięcia się strzygarki. Czas pracy strzygarki: 150 minut. W komplecie ładowarka z możliwością postawienia na biurku lub przymocowania do powierzchni pionowych.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia SWZ.**

### Pytanie 27

#### Dotyczy pakietu 4 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie ostrzy pasujących do zaproponowanej powyżej strzygarki. Szerokość cięcia ostrza 36mm, ostrza mikrobiologicznie czyste. Konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry wolne od lateksu; pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia SWZ.**

### Pytanie 28

#### Dotyczy pakietu 4 poz. 1,3

W związku identycznym zapotrzebowaniem na strzygarki i ładowarki, prosimy o możliwość złożenia kompletu składającego się ze strzygarki i ładowarki jako jeden indeks oraz prosimy o modyfikację formularza cenowego w zakresie poz. 1 i 3 i dokonanie scalenia tych dwóch pozycji w jedną.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

### Pytanie 29

#### Pytanie – dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie

faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail?

Taki zapis miałby obowiązywać do 1 LIPCA 2024 r. – do czasu wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 30**

**Dotyczy pakietu 4 poz.1**

Czy w pozycji 8 Zamawiający dopuści Strzygarkę wyposażoną w dwie diody LED: poziom i stan naładowania

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i wyjaśnia , iż parametry określone w pakiecie 4 w 1 pozycji punkt 8 są parametrami punktowanymi. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją wypełniania załącznika nr 3.**

**Pytanie 31**

**Dotyczy pakietu 4 poz.1**

Czy w pozycji 9 Zamawiający dopuści Strzygarkę, której czas pracy na w pełni naładowanej baterii min 97 min.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i wyjaśnia, iż parametry określone w pakiecie 4 w 1 pozycji punkt 9 są parametrami punktowanymi. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją wypełniania załącznika nr 3.**

**Pytanie 32**

**Dotyczy pakietu 4 poz.1**

Czy w pozycji 10 Zamawiający dopuści Strzygarkę której czas do całkowitego naładowania wynosi Maksymalnie 17 godzin.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i wyjaśnia , iż parametry określone w pakiecie 4 w 1 pozycji punkt 10 są parametrami punktowanymi. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją wypełniania załącznika nr 3.**

**Pytanie 32**

**Dotyczy pakietu 4 poz.2**

Czy w pozycji 5 Zamawiający dopuści ostrze uniwersalne o szerokość cięcia 31,5 mm.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i wyjaśnia , iż parametry określone w pakiecie 4 w 2 pozycji punkt 5 są parametrami punktowanymi. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją wypełniania załącznika nr 3.**

**Pytanie 33**

**Pytanie – dotyczy wzoru umowy**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu dostawy „w sytuacjach pilnych” do 3 dni roboczych?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 34**

**Dotyczy Pakiet nr 7 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło foliowo-włókninowe? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 35**

**Dotyczy Pakiet nr 7 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w kolorze zielonym? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 36**

**Dotyczy Pakiet nr 7 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w kolorze niebieskim? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 37**

**Dotyczy Pakiet nr 6**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło:

- wykonany z dwóch warstw celulozy oraz warstwy folii PE, dodatkowo podkład wzmocniony 48 nitkami poliestrowymi
- podkład wysokochłonny podfoliowany
- równoległe nitki wzdłuż podkładu chronią przed jego rozerwaniem
- podkład pozwala zabezpieczyć łóżko, a także meble i urządzenia medyczne
- podkład nieuczułający
- jednorazowego użytku
- produkt opatrzony znakiem CE
- rozmiar 80 x 210
- Gramatura 55g/m<sup>2</sup>
- każda warstwa celulozy o gramaturze 17g/m<sup>2</sup>, grubość folii 22 mikrony





**Odpowiedź:**  
**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 38**

**Dotyczy Pakiet nr 7 poz. 2**

Pakiet 7 poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści prześcieradła dwuwarstwowe PP+PE – zielonego gramaturze 28g/m<sup>2</sup> lub 40g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**  
**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 39**

**Dotyczy Pakiet nr 7 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło:

- wykonany z dwóch warstw celulozy oraz warstwy folii PE, dodatkowo podkład wzmocniony 48 nitkami poliestrowymi
- podkład wysokochłonny podfoliowany
- równoległe nitki wzdłuż podkładu chronią przed jego rozerwaniem
- podkład pozwala zabezpieczyć łóżko, a także meble i urządzenia medyczne

- podkład nieuczulający
- jednorazowego użytku
- produkt opatrzony znakiem CE
- rozmiar 80 x 210
- Gramatura 55g/m<sup>2</sup>
- każda warstwa celulozy o gramaturze 17g/m<sup>2</sup>, grubość folii 22 mikrony

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia SWZ.**

**Pytanie 40**

**Dotyczy Pakiet nr 7 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści podkład w kolorze granatowym?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 41**

**Dotyczy Pakiet nr 7 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści podkład o gramaturze 23g celuloza + 10g folia – łączna gramatura 33g?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 42**

**Dotyczy Pakiet nr 7 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści podkład o gramaturze wartswy celulozy min. 23g?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i wyjaśnia , iż parametry określone w pakiecie 7 w 4 pozycji punkt 8 są parametrami punktowanymi. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją wypełniania załącznika nr 3.**

**Pytanie 43**

**Dotyczy Pakiet nr 7 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradła z perforacją co 50 cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 44**

**Dotyczy Pakiet nr 10**

Pakiet 10 - Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody w rozmiarze 16 x 250 cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 45**

**Dotyczy Pakiet nr 10**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody posiadającą taśmy na dwóch końcach? Ich zamocowanie uszczelnia głowicę kamery.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia SWZ.**

**Pytanie 46**

**Dotyczy Pakiet nr 10**

Czy Zamawiający dopuści sterylny pokrowiec na przewody w rozmiarze 18cm x 244cm +/-1cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 47**

**Dotyczy Pakiet nr 3**

Czy Zamawiający dopuści powierzchnię przewodzącą pojedynczej elektrody 83 cm<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 48**

**Dotyczy Pakiet nr 6**

Czy Zamawiający dopuści całkowitą gramaturę prześcieradła min. 38 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 49**

**Dotyczy Pakiet nr 6**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „prześcieradło posiadające pasek wzdłuż dłuższych boków prześcieradła stanowiący barierę ochronną przed wyptywaniem płynów”?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia SWZ.**

**Pytanie 50**

**Dotyczy Pakiet nr 13 poz. 1-8**

Ze względu na bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu medycznego, czy Zamawiający wymaga zaoferowania sterylnych narzędzi chirurgicznych sklasyfikowanych w klasie IIa reguła 6 - co powinno być potwierdzone deklaracją zgodności dla zaoferowanych wyrobów medycznych wraz z certyfikatem jednostki notyfikowanej, która musi uczestniczyć w ocenie zgodności tych produktów?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający zgodnie z opisem wymaga zaoferowania jednorazowych sterylnych narzędzi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jednorazowe narzędzia chirurgiczne sklasyfikowanych w klasie IIa reguła 6. Zamawiającym wymaga złożenia oświadczenie Wykonawcy (zgodnie z załącznikiem nr 5 SWZ) dotyczące zaoferowania wyrobów medycznych w zakresie ich zgodności z przepisami prawa.**

### Pytanie 51

#### Dotyczy Pakiet nr 4 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzygarki z ruchomą głowicą.

Wskaźnik diodowy:

- czerwone światło: prawidłowe ładowanie baterii;
- zielone światło: bateria naładowana;
- migające czerwone światło: niski poziom baterii.

Czas ciągłej pracy 60 minut - potwierdzony przez producenta w instrukcji użytkownika. Czas pełnego ładowania 1 godzina – potwierdzona przez producenta w instrukcji użytkownika. Pozostałość zgodnie z SWZ.

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia SWZ.**

### Pytanie 52

#### Dotyczy Pakiet nr 4 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrza wymiennego do strzygarki z ruchomą głowicą o szerokości ostrza min. 46,5 mm. Pozostałość zgodnie z SWZ.

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

### Pytanie 53

#### Dotyczy Pakiet nr 4 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ładowarki do strzygarki z ruchomą głowicą, zasilanej prądem zmiennym 50/60 HZ. Pozostałość zgodnie z SWZ.

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

### Pytanie 54

#### Dotyczy Pakiet nr 4 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzygarki z nieruchomą głowicą, posiadającą wskaźnik ładowania - czerwoną diodę. Czas ciągłej pracy 90-120 minut nieprzerwanej pracy. Czas ładowania do pełna do 4 godzin w typowych warunkach klinicznych – potwierdzone w instrukcji obsługi.

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i wyjaśnia, iż parametry określone w pakiecie 4 w 1 pozycji punkt 8,9,10 są parametrami punktowanymi. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją wypełniania załącznika nr 3.**

### Pytanie 55

#### Dotyczy Pakiet nr 4 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy wymiennych do strzygarki chirurgicznej z nieruchomą głowicą o szerokości ostrza (cięcia) min 31,3 mm.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i wyjaśnia, iż parametry określone w pakiecie 4 w 2 pozycji punkt 5 są parametrami punktowanymi. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją wypełniania załącznika nr 3.

**Pytanie 56**

**Dotyczy Pakiet nr 4 poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ładowarki do strzygarki chirurgicznej z nieruchomą głowicą, zasilane prądem zmiennym 50/60 Hz. Pozostałość zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 57**

**Dotyczy Pakiet nr 1 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 58**

**Dotyczy Pakiet nr 1 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'120 wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 59**

**Dotyczy Pakiet nr 1 poz.3**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'400 wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 60**

**Dotyczy Pakiet nr 1 poz.4**

Czy Zamawiający dopuści miskę do mycia jednorazowego użytku do której można wlać ciepłą wodę o temp. do 35°C, spełniającą jednocześnie pozostałe wymagania SWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i wyjaśnia, iż parametry określone w pakiecie 1 w 4 pozycji punkt 7 są parametrami punktowanymi. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją wypełniania załącznika nr 3.

**Pytanie 61**

**Dotyczy Pakiet nr 1 poz.4**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### Pytanie 62

##### Dotyczy Pakiet nr 1 poz.5

Czy Zamawiający dopuści miskę ogólnego zastosowania jednorazowego użytku do której można wlać ciepłą wodę o temp. do 35°C, spełniając jednocześnie pozostałe wymagania SWZ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i wyjaśnia, iż parametry określone w pakiecie 1 w 5 pozycji punkt 7 są parametrami punktowanymi. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją wypełniania załącznika nr 3.**

#### Pytanie 62

##### Dotyczy Pakiet nr 1 poz.5

Czy Zamawiający dopuści miskę o pojemności maksymalnej 3l, spełniając jednocześnie pozostałe wymagania SWZ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### Pytanie 63

##### Dotyczy Pakiet nr 1 poz.5

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'120 wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### Pytanie 64

##### Dotyczy Pakiet nr 1 poz.6

Czy Zamawiający dopuści miskę nerkową o pojemności maksymalnej 900 ml?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### Pytanie 65

##### Dotyczy Pakiet nr 1 poz.6

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'300 wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### Pytanie 66

##### Dotyczy Pakiet nr 1 poz.8

### **Pakiet 1, poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści wycenę pojemnika niejałowego na mocz w opakowaniu a'90szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

### Pytanie 67

#### Dotyczy Pakiet nr 1 poz.8

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na mocz z bardziej szczegółową podziałką tj. co 10 ml?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i wyjaśnia, iż parametry określone w pakiecie 1 w 8 pozycji punkt 6 są parametrami punktowanymi. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją wypełniania załącznika nr 3.**

### Pytanie 68

#### Dotyczy Pakiet nr 1 poz.9

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'300 wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

### Pytanie 69

#### Dotyczy Pakiet nr 1 poz.10

Czy Zamawiający dopuści pojemnik bez etykiety?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i wyjaśnia, iż parametry określone w pakiecie 1 w 10 pozycji punkt 5 są parametrami punktowanymi. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją wypełniania załącznika nr 3.**

### Pytanie 70

#### Dotyczy Pakiet nr 1 poz.10

Czy Zamawiający dopuści wycenę pojemników wraz z dodatkowymi etykietami?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

### Pytanie 71

#### Dotyczy Pakiet nr 1 poz.10

Czy Zamawiający dopuści wycenę pojemnika jałowego na kał w opakowaniu a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

### Pytanie 72

#### Dotyczy Pakiet nr 1 poz.11

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków w opakowaniu a'90szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### Pytanie 73

##### Dotyczy Pakiet nr 1 poz.12

Czy Zamawiający dopuści wycenę przykrywek do kieliszków w opakowaniu a'500szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### Pytanie 74

##### Dotyczy Pakiet nr 8 poz.1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do punkcji opłucnej z igłą Veresa 15G?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### Pytanie 75

##### Dotyczy Pakiet nr 8 poz.1

Czy Zamawiający jako parametr graniczny dopuści zestaw do punkcji opłucnej w podwójnym opakowaniu: zewnętrzne papier - folia, wewnętrzne folia?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia SWZ.**

#### Pytanie 76

##### Dotyczy Pakiet nr 5 i14

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dostarczenia próbek niesterylnych do w/w pakietu. Są to wyroby przygotowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, a tym samym nie są aktualnie dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej ilości czasu (faza produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny). Jest on zbyt krótki, aby złożyć próbki sterylne w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### Pytanie 77

##### Dotyczy Pakiet nr 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową min. 35 g/m<sup>2</sup> w rozmiarze 50x60cm wykonaną z włókniny PP oraz folii PE?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### Pytanie 78

##### Dotyczy Pakiet nr 5



Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową min. 35 g/m<sup>2</sup> w rozmiarze 50x60cm z otworem o średnicy 7 cm wykonaną z włókniny PP oraz folii PE?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### Pytanie 79

##### Dotyczy Pakiet nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zapakowanego w rękaw papierowo-foliowy, w zestawie dołączony jest drugi pojemnik w ramach blistra mogący służyć jako pojemnik na odpady powstające podczas zabiegu?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia SWZ.**

#### Pytanie 80

##### Dotyczy Pakiet nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła z warstwą folii o gramaturze 17g/m<sup>2</sup> (+/- 2g/m<sup>2</sup>)?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### Pytanie 81

##### Dotyczy Pakiet nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła o łącznej gramaturze: papier 23g/m<sup>2</sup> (+/- 2g/m<sup>2</sup>) + folia 17g/m<sup>2</sup> (+/- 2g/m<sup>2</sup>)?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### Pytanie 82

##### Dotyczy Pakiet nr 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby prześcieradło posiadało pasek wzdłuż dłuższych boków stanowiący barierę ochronną?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### Pytanie 83

##### Dotyczy Pakiet nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca z perforowaną, zwężającą się końcówką i posiadającą otwór 7,5 cm umożliwiającą wysunięcie przewodu, oraz na obu końcach osłony po jednym przylepcu umożliwiającym fiksację folii?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia SWZ.**

#### Pytanie 84

##### Dotyczy Pakiet nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca w rozmiarze 16x250cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### Pytanie 85

##### Dotyczy Pakiet nr 14 poz.1

Czy Zamawiający, w ramach „serwety do zabiegów wszczepiania rozruszników o minimalnym rozmiarze 220 x 370” dopuści serwetę dwuwarstwową, w rozmiarze 235cm x 350cm o gramaturze 56g/m2 gramaturze + wzmocnienie o wymiarach 120cm x 100cm i gramaturze 86g/m2, dwa przylepne otwory wypełnione folią 13cm x 18cm, wzmocnienie o wymiarach 120cm x 100cm z obu stroną folią PE na pulpit, odporność na przenikanie cieczy 283cm H2O i chłonności 415,75%, wytrzymałość na sucho/mokro 238/218 kPa?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia SWZ.**

#### Pytanie 86

##### Dotyczy Pakiet nr 14 poz.1

Czy Zamawiający, w ramach „serwety do zabiegów wszczepiania rozruszników o minimalnym rozmiarze 220 x 370” dopuści serwetę o wymiarach 225cm x 320cm z dwoma otworami wypełnionymi folią o średnicy 12cm zintegrowana z transparentną foliową wstawką po dwóch stronach serwety. Serweta wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56g/m2, w strefie krytycznej wyposażona ze wzmocnieniem 70cm x 70cm o gramaturze 86g/m2, z obu stroną folia na pulpit, odporność na przenikanie cieczy 283cm H2O i chłonności 415,75%, wytrzymałość na sucho/mokro 238/218 kPa?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia SWZ.**

#### Pytanie 87

##### Dotyczy Pakiet nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający, w ramach „serwety na owinięcie zestawu 150x190cm” dopuści wzmocnienie serwety w rozmiarze 65cm x 190cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### Pytanie 88

##### Dotyczy Pakiet nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zapakowany w podwójne opakowanie transportowe: zewnętrzny karton zaklejany taśmą klejącą oraz wewnętrzny worek foliowy?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### Pytanie 89

##### Dotyczy Pakiet nr 14 poz. 2

Czy Zamawiający, w ramach „serwety głównej” dopuści serwetę dwuwarstwową, w rozmiarze 235cm x 350cm o gramaturze 56g/m2 gramaturze + wzmocnienie o wymiarach 120cm x 100cm i gramaturze

86g/m<sup>2</sup>, dwa przylepne otwory wypełnione folią 13cm x 18cm, wzmocnienie o wymiarach 120cm x 100cm z obu stroną folią PE na pulpit, odporność na przenikanie cieczy 283cm H<sub>2</sub>O i chłonności 415,75%, wytrzymałość na sucho/mokro 238/218 kPa?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia SWZ.**

#### Pytanie 90

##### Dotyczy Pakiet nr 14 poz. 2

Czy Zamawiający, w ramach „serwety na owinięcie zestawu 150x190cm” dopuści wzmocnienie serwety w rozmiarze 65cm x 190cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### Pytanie 91

##### Dotyczy Pakiet nr 14 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w podwójne opakowanie transportowe: zewnętrzny karton zaklejany taśmą klejącą oraz wewnętrzny worek foliowy?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### Pytanie 92

##### Dotyczy Pakiet nr 14 poz. 3

Czy Zamawiający w ramach „serwety głównej” dopuści serwetę w kształcie litery T w rozmiarze 360 x 270/200cm 3 warstwową o gramaturze 70g/m<sup>2</sup> ze wzmocnieniem o wymiarach 190cm x 68cm o gramaturze 106g/m<sup>2</sup> z otworem 33cm x 40cm wypełnionym folią z trzema zintegrowanymi kieszeniami jednokomorowymi po obu stronach i sześcioma uchwytami do mocowania przewodów drenu typu rzep, odporność na przenikanie cieczy 505,6cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość serwety sucho/mokro 186,3/ 94,6 kPa , chłonności 415,75 %?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia SWZ.**

#### Pytanie 93

##### Dotyczy Pakiet nr 14 poz.3

Czy Zamawiający w ramach „kieszeni na narzędzia jednokomorowa” dopuści kieszeń jednokomorową w rozmiarze 30cm x 40cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### Pytanie 94

##### Dotyczy Pakiet nr 14 poz.3

Czy Zamawiający, w ramach „serwety na owinięcie zestawu 150x190cm” dopuści wzmocnienie serwety w rozmiarze 65cm x 190cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 95**

**Dotyczy Pakiet nr 14 poz.3**

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w podwójne opakowanie transportowe: zewnętrzny karton zaklejany taśmą klejącą oraz wewnętrzny worek foliowy?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**