

Wałbrzych, dnia 05.09.2023r.

DZPZ-530- Zp/68/TP/23

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: „Dostawa materiałów medycznych na Blok Operacyjny- Zp/68/TP/23”

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania systemy o następujących parametrach:

Zestaw umożliwiający przezskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej / wysokości trzonu kręgowego cementem o wysokiej gęstości

- Sterylne urządzenie mieszająco-podające, pozwalające na wymieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku, a po wymieszaniu możliwość wypełnienia cementem trzonów z tego samego pojemnika;
- Podajnik o pojemności min. 10 ml umożliwiający podanie cementu do kilku trzonów;
- W zestawie przewód łączący podajnik z igłą (dł. min.35 cm), zabezpieczający operatora przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania RTG;
- Możliwość wyboru kilku różnych średnic igieł do podawania masy klejowej lub cementu kostnego (5 średnic: 8G, 10G, 11G, 13G, 14G);
- Możliwość wyboru różnych długości (2 długości: 12,5 cm i 22,5 cm);
- Możliwość wyboru różnych kształtów ostrzy: stożkowe (diamentowe) oraz jednostronnie ścięte (bezpieczne);
- Zestawy biopsyjne (kaniula, trokar, strzykawka) o średnicy: 10G, 11G,13G, kompatybilne z igłami dostępowymi;
- Cement o wysokiej gęstości, zawierający środek cieniujący – 30% siarczanu baru, zapewniający czas wiązania/twardnienia do 20 min po wymieszaniu składników;
- Cement bez fazy ciekłej;

Wszystkie elementy sterylne, jednorazowe.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga podajnika z pompą hydrauliczną, który zapewni kontrolowane i precyzyjne podanie cementu w ilości 0,3cc.

Pytanie nr 2

Prosimy o wyjaśnienie jakiej ilości próbek i do której pozycji w poszczególnych pakietach, Zamawiający wymaga złożenia w niniejszym postępowaniu? W SWZ Zamawiający wskazał, iż oczekuje złożenia wraz z ofertą „Modelu fizycznego (Próbki)” jednakże nie wskazał szczegółów odnośnie ilości i pozycji.

Odp. Zamawiający wymaga po jednej próbce do każdej pozycji w pakiecie.

Pytanie nr 3

Biorąc pod uwagę brak wskazania szczegółów odnośnie próbek, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert, aby dać Wykonawcom czas na ich dostarczenie.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ odnośnie terminu składania ofert.

Pytanie nr 4 dotyczy pakietu nr 3

W związku z tym, że Zamawiający od 2 lat używa produktów, na które chcemy złożyć ofertę prosimy o odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty próbek.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Zatwierdził:
Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
Dominik Łoziński