



Poznań 25.08.2023

Konsultacje rynkowe w zakresie zakupu aparatu RTG

Bardzo dziękujemy każdemu z wykonawców, którzy poświęcili swój czas na przeprowadzenie wizji lokalnej. Na jej podstawie przygotowany zostanie Opis Przedmiotu Zamówienia, który będzie dołączony do postępowania zakupowego.

Bardzo proszę o uzupełnienie dokumentacji przez zainteresowane podmioty w postaci:

1. Szczegółową specyfikację techniczną Aparatu RTG wraz z urządzeniami peryferyjnymi
2. Szczegółowy opis integracji Aparatu RTG z systemami Szpitalnymi (w razie jakichkolwiek niejasności związanych z częścią IT proszę o złożenie zapytań)
3. Wstępny kosztorys całej inwestycji w poniższym zakresie (na dalszym etapie zapadnie decyzja o zakresie, który zostanie przedstawiony wykonawcy do realizacji) :

LP	Nazwa	VAT (%)	Kwota brutto (PLN)
1	Aparat RTG z generatorem wraz z niezbędnymi urządzeniami peryferyjnymi ¹ : - RTG telekomando z detektorem 43x43 - 2 szt. monitorów (referencyjny oraz dodatkowy) - Statyw z detektorem 43x43 - Dodatkowy detektor (największy w ofercie) preferowany 43x43 - Pedaly nożne - Podpórki ginekologiczne na nogi - Podest do stołu RTG (do pionizacji) - Stacja technika		
2	Instalacja, montaż aparatury z punktu nr 1		
3	Transport		
4	Integracja z HIS/RIS oraz PACS		
5	Instalacja elektryczna – dostosowanie instalacji obiektowej do wymagań instalowanych urządzeń + pomiary elektryczne		
6	Wymiana istniejącej wykładziny podłogowej wg specyfikacji zgodnej z wymaganiami dla pom. RTG + pomiary elektryczne		
7	Instalacja nowego systemu klimatyzacji w Pracowni RTG oraz Pokoju Technika wg wymagań urządzeń		
8	Malowanie ścian		
9	Wymiana oświetlenia sufitowego		
10	Demontaż i przekazanie zdemontowanej aparatury uprawnionemu do utylizacji podmiotowi		





GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY

IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

ul. Polna33, 60-535 Poznań, NIP: 781-16-21-484, REGON: 000288840, KRS: 0000002866

11	Przygotowanie dokumentacji projektowej zgodnej z wymaganiami dopuszczenia pracowni przez PSSE łącznie z uzyskaniem niezbędnych zgód i dopuszczeń		
12	Przeprowadzenie szkoleń z obsługi		

¹Rozwiązania inne niż telekomando używane jako lampa do przeprowadzania badań z wykorzystaniem statywu będą brane pod uwagę, lecz nie będzie pożądane jeśli generować będzie dodatkowe koszty



GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

kontakt: office@gpsk.ump.edu.pl

KONTO BANKOWE BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 37 1130 1088 0001 3124 0720 0002

