

Wyjaśnienia treści swz:

Zamawiający wydziela pozycję do osobnych pakietów.

Nowy opis OPZ w osobnym pliku.

w odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie dotyczące przetargu na "Dostawę produktów jednorazowego użytku, wyrobów medycznych dla stomatologii" (znak sprawy WSPL Zam. Publ. nr 16/21), zwracamy się z prośbą o udzielenie nam wyjaśnień do poniżej wymienionych pozycji oraz doprecyzowanie treści przedmiotu zamówienia:

- dział leki i materiały stom.:

nr 25, 26, 27 - po wejściu wytycznych ustawy MDR wyrób dostępny jest w niedzielonym na sztuki opakowaniu a 3 strzykawki. Prosimy o doprecyzowanie, czy należy zatem zaoferować wymaganą ilość oraz zaznaczyć wielkość opakowania, oraz o informację, czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu równoważnego pakowanego pojedynczo (dotyczy także poz. 30)

nr 33 - wyrób jest nadal niedostępny w hurtowniach farmaceutycznych i nie posiada odpowiednika. Czy należy to zaznaczyć i pominąć w wycenie, czy też należy wskazać cenę ostatniego dostępnego opakowania?

Odp. Produkt zgodnie z zapisem SWZ z zaokrągleniem ilości do pełnych opakowań. Wymagane jest podanie ceny jednostkowej

nr 34 - po wejściu wytycznych ustawy MDR wyrób dostępny jest w niedzielonych na sztuki opakowaniach a 3 strzykawki LUB a 20 strzykawek. Prosimy o informacje, czy należy podać cenę jednostkową (pozostawiając Zamawiającemu wybór wielkości opakowania przy późniejszym zakupie), czy też dane o wielkości opakowania i ilości opakowań zostaną skorygowane w Załączniku przez Zamawiającego?

nr 47 - wyrób jest nadal niedostępny, zaś jego poszczególne składowe są dostępne oddzielnie jako surowce farmaceutyczne (jak np. kamfenol w poz. 37). czy należy zaoferować jeden z pozostałych składników (dostępne: tymol 10g oraz formokrezol 10g), czy też należy tę pozycję pominąć w wycenie?

Odp. Zgodnie z zapisem SWZ

- dział Znieczulenia

nr 7 i 8 - czy z uwagi na brak ciągłości dostaw, a także brak informacji dotyczących przybliżonego terminu dostawy oraz ich wielkości, Zamawiający dopuści zaoferowanie stale dostępnego wyrobu równoważnego od innego producenta?

Odp. Zgodnie z zapisem SWZ

- dział z akcesoriami

nr 11 czy wymagana ilość pędzelków microbrush to 100szt? (opakowania a 10szt nie występują)

Odp. Pakiet akcesoria Poz 11 dotyczy opakowań 100 szt

nr 29 - prosimy o informacje, czy Zamawiający dopuści dozownik wykonany z dowolnego rodzaju materiału oraz o doprecyzowanie, ile opakowań rękawiczek powinien on mieścić

Odp. Zamawiający dopuszcza podajnik na rękawiczki medyczne z możliwością umieszczenia opakowań 100 i 200 szt. Produkt musi mieć możliwość montażu na ścianie za pomocą wkrętów oraz przyklejenia. Materiał musi mieć możliwość dezynfekcji.

- dział Materiały protetyczne i ortodontyczne
nr 10 i 11 - wskazane przez Zamawiającego łyżki występują tylko w wersji do wycisków ortodontycznych. prosimy zatem o doprecyzowanie, czy wymagane są jednorazowe łyżki (aluminium lub plastik) bądź czy należy zaoferować łyżki wykonane ze stali medycznej nadające się do wielokrotnego użycia, odkażania oraz sterylizacji

Odp. Wymagane są łyżki jednorazowe

nr 19 -czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pudełka z tworzywa sztucznego? - nie są dostępne pudełka tekturowe

Odp. Zgodnie z zapisem SWZ

- dział narzędzia i sprzęt stom.

nr 5 - obecnie dostępne opakowania igieł zawierają 10 szt, czy należy odpowiednio przeliczyć ilość do łącznej wymaganej ilości igieł (czyli 6op.), czy też zaoferować wskazaną przez Zamawiającego ilość bez względu na ich wielkość?

Odp. Proszę przeliczyć ilość do wymaganej ilości

Prosimy o doprecyzowanie:

A) w jaki sposób należy złożyć ofertę do pozycji: 12-14, 27, 28, 37, 38, 39 oraz nr 16, w których podano nieprawidłową wielkość dostępnych opakowań (odpowiednio 5 szt oraz dla poz. 16- 6szt) - czy należy podać cenę jednostkową za pojedyncze wiertło/sztukę niezależnie od konfekcji zaoferowanego wyrobu, a w uwagach opisać wielkość opakowań jako informacje dla Zamawiającego?

Odp. Proszę podać cenę jednostkową za pojedyncze wiertło/sztukę niezależnie od konfekcji

nr 36 i 36 - czy należy zaoferować opakowania a 6 szt. (nie są dostępne inne konfekcje)

Odp. Proszę przeliczyć ilość do wymaganej ilości

- jeśli przykładowo w poz. 18 w obu kolumnach podano "szt" (co rozumiane jest, że należy zaoferować łącznie 20 wiertel), a w poz. 41- 5szt (co rozumiane jest jako jedno opakowanie a 5szt), to w jaki sposób należy przeliczyć ofertę w pozycjach: 17, 20, 21, 22, 23, w których podano jedynie: "op."? - czy wskazane ilości dotyczą pełnych opakowań podstawowych (np. w poz. 20: 10 opakowań a 5szt, co oznaczałoby zaoferowanie 50 wiertel), czy tylko samych sztuk (czyli tylko 10 wiertel, w 2 opakowaniach a 5szt)?

Odp. Poz 17 zgodnie z zapisem SWZ, Poz 20 – 23 opakowania a 5 szt.

nr 47, 48, 49, 54 - po wejściu ustawy MDR wyrób dostępny jest w opakowaniach a: 6, 12 lub 25

gumek tego samego kształtu/rodzaju. czy należy zatem zaoferować cenę jednostkową pojedynczej gumki uwzględniając każdą wielkość opakowania (którą Zamawiający dowolnie potem wybierze przy składaniu zamówień) czy też Zamawiający określi wymagana wielkość i ilość opakowań, jakie należy zaoferować?

Odp. należy zaoferować cenę jednostkową pojedynczej gumki uwzględniając każdą wielkość opakowania

nr 50 po wejściu ustawy MDR wyrób dostępny jest w opakowaniach: 50szt dla szczoteczki-kielicha oraz 100szt dla szczoteczki-płomyka. Czy należy zatem zaoferować tylko jeden rodzaj szczoteczki (1op/50szt), czy też należy uwzględnić oba rodzaje i zaznaczyć to w uwagach/opisie oferowanego wyrobu?

Odp. należy zaoferować cenę jednostkową

nr 57 - prosimy o doprecyzowanie rodzaju wymaganych końcówek katalog w załączeniu), a także o podanie producenta/systemu skalera, do którego te końcówki mają odpowiednio pasować (np. EMS, NSK, Satelec lub inny-jaki)

Odp. NSK

nr 59 prosimy o informacje, czy Zamawiający wymaga zaoferowania podstawowej turbiny bez światła, czy też chodzi o taką ze światłem. (w przypadku spełnienia dodatkowych wymogów technicznych prosimy o ich podanie)

Odp Oferta obejmuje podstawowy produkt turbina bez światła

Dodatkowo zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania oferty ze względu na czas związany z oczekiwaniem na udzielenie odpowiedzi, a także potrzebny dla sporządzenia oferty zgodnej z wymaganiami Zamawiającego. Jednocześnie prosimy o informacje czy odpowiedzi zostaną wyłącznie zamieszczone na Platformie, czy też zostaną nam przesłane drogą mailową.

Odp.

Zamawiający zmienił tso dwukrotnie.

Dzień dobry,

w nawiązaniu do zadanych wcześniej pytań, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie jeszcze jednej odpowiedzi do poz. 30 z działu Narzędzia i sprzęt stomatologiczny - prosimy o wskazanie symbolu, rozmiaru, rodzaju nasypu diamentowego i producenta wiertła zgodnego z podanym opisem (wedle naszej oraz uzyskanej u dostawców specjalizujących się w zakresie asortymentu ortodontycznego dostawców, do usuwania kleju z pow. szkliwa stosuje się jedynie wiertła z węglika spiekanego na kątnicę, ale jedynie ze specjalnymi, ukośnymi nacięciami (czyli bez nasypu diamentowego, który może uszkadzać i zarysowywać szkliwo). lub takiego, jaki spełnia swoje zadanie wedle Użytkownika.

Odp. Wiertła z węglika spiekanego do usuwania kleju na kątnice, z ukośnymi nacięciami (różne rozmiary).

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę produktów jednorazowego użytku, wyrobów medycznych dla stomatologii, znak sprawy: WSPL Zam. Publ. Nr 16/21

zwraca się z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia do SWZ:

Dot. SWZ rozdziału X, pkt 3 ppkt. 1.2

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty przedmiotowych środków dowodowych wymienionych w rozdziale X pkt. 3 ppkt.1.2 i wyrażenie zgody na dołączenie do oferty oświadczenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego i na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia materiałów potwierdzających powyższe.

Odp.

Zamawiający odstępuje od wymogu dołączenie do oferty przedmiotowych środków dowodowych.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia przedmiotowych środków dowodowych na wezwanie Zamawiającego.

Dot. Formularza Ofertowy pkt. 5

Czy Wykonawca dobrze rozumie, że w pkt. 5 formularza ofertowego należy wykreślić ppkt. 1 i 2 jeśli go nie dotyczy?

Odp. Tak Wykonawca dobrze rozumie

dot. Formularza cenowego

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozbicie pakietu na osobne pakiety według grup produktów tj. leki i materiały stomatologiczne, znieczulenia, materiały protetyczne i ortodontyczne, narzędzia i sprzęt stomatologiczny i wycenę poszczególnych grup produktów osobno?

Odp.

Zamawiający podzielił opz na pakiety

dot. Formularza cenowego, grupa 3 poz.5

Prosimy o podanie jednostki miary w zakresie poz.5 Paski poliestrowe na krążku ściernie śr.90um/ 6mm, brak jednostki miary w formularzu cenowym. Prosimy o modyfikację formularza cenowego.

Odp. Podano ilości w szt.

dot. Formularza cenowego, grupa narzędzia i sprzęt stomatologiczny, poz.26,27,28

Prosimy o podanie wymaganych ilości w zakresie poz.26 wiertła do polerowania nasyp czerwony, poz. 27 płomyki 14x4, poz. 28 szczelinowiec 14x4, brak szacunkowej ilości w formularzu cenowym. Prosimy o modyfikację formularza cenowego.

Odp. Poz 26, 27, 28 zamawiane ilości 30 szt

dot. Formularza cenowego, grupa narzędzia i sprzęt stomatologiczny, poz.26,

Prosimy o podanie wymaganej wielkości opakowania w zakresie poz.26 wiertła do polerowania nasyp czerwony, brak wielkości opakowania w formularzu cenowym. Prosimy o modyfikację formularza cenowego.

Odp. Poz 26, zamawiane ilości 30 szt

dot. Formularza cenowego, grupa leki i materiały stomatologiczne, poz.47,

Prosimy o podanie wymaganej wielkości opakowania w zakresie poz.47 Cresophene - lub produkt równoważny, brak wielkości opakowania w formularzu cenowym. Prosimy o modyfikację formularza cenowego.

Odp. Cresophene płyn((1,11 mg+50 mg)/g) - but. 13 ml x 5 szt

dot. Formularza cenowego, grupa materiały protetyczne i ortodontyczne, poz.15,17

Prosimy o podanie wymaganej wielkości opakowania w zakresie poz.15 Szyna Tigerstedta szyna 9-zaczepowa marki Ortho-Organizer, poz. 17 ligatury strong pull 1,8 N sr. 6,4 mm, brak wielkości opakowania w formularzu cenowym. Prosimy o modyfikację formularza cenowego.

Odp. Poz 17 dotyczy opak. Po 50 sztucznego

Poz. 15 dotyczy opak po 10 szt

dot. Formularza cenowego, grupa leki i materiały stomatologiczne poz. 33

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww. pozycji z pakietu.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji 33 z pakietu

dot. Formularza cenowego, grupa leki i materiały stomatologiczne poz. 47

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww. pozycji z pakietu.

Odp. Dopuszczony jest produkt równoważny

dot. Formularza cenowego, grupa leki i materiały stomatologiczne poz. 57

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produkty równoważnego Biodentyyny?

Odp. Zgodnie z zapisem w SWZ

Dot. Formularza cenowego, grupa znieczulenia poz. 1,2,7,8

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww. pozycji z pakietu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Dot. Formularza cenowego, grupa znieczulenia poz. 6,7

Z powodu braku w dostawach czy Zamawiający dopuści wycenę produktu równoważnego CYTOCARTIN ?

Odp. Zgodnie z zapisem w SWZ

Dot. Formularza cenowego poz. 11 (Microbrushe)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę Microbrushe – małe cienkie (ultra fajny) fioletowe i średnie (fajny) zielone w opakowaniu handlowym 100 szt.?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Dot. Formularza cenowego, grupa materiały protetyczne i ortopedyczne, poz. 18

Czy Zamawiający dopuści wyciągi elastyczne tylko lateksowe?

Odp. Zgodnie z zapisem w SWZ

Dot. Formularza cenowego, grupa materiały protetyczne i ortopedyczne, poz. 19

Czy Zamawiający dopuści pudełka plastikowe?

Odp. Zgodnie z zapisem w SWZ

Dot. Formularza cenowego, grupa narzędzia i sprzęt stomatologiczny, poz.55

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produkty równoważnego Biodentynty?

Odp. Zgodnie z zapisem w SWZ

Dot. Formularza cenowego, grupa narzędzia i sprzęt stomatologiczny, poz.55

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie do jakiego rodzaju kości ma być użyty materiał -zbitej ,porowatej czy mix, jaka ma być objętość fiolki 0,5g , 1g ,2,5 g oraz jaki ma być rozmiar granulatu mały, średni, duży?

Odp. 0,5 mix

Dot. Formularza cenowego, grupa narzędzia i sprzęt stomatologiczny, poz.58

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy kątnica chirurgiczna czy ma być ze światłem czy bez światła?

Odp. Oferta obejmuje podstawowy produkt bez światła

Dot. Formularza cenowego, grupa narzędzia i sprzęt stomatologiczny, poz.59

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy turbina ma być ze światłem czy bez światła?

Odp. Oferta obejmuje podstawowy produkt bez światła

Dotyczy: Dostawa produktów jednorazowego użytku, wyrobów medycznych dla stomatologii
W nawiązaniu do wyżej wymienionego przetargu zwracamy się z pytaniami ws. n/w pozycji:

Pakiet „Leki i materiały Stomatologiczne”

Pozycja 21,22

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamiennika w omawianych pozycjach?
Produkt oczekiwany przez zamawiającego- Herculite prod. KERR nie występuje w

wymienionych przez zamawiającego kolorach.

Odp. Zamawiający dopuszcza produkt równoważny

Pozycja 28,29,31

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zamiennika w omawianych pozycjach?

Produkt sugerowany przez zamawiającego- Te-econom prod. IVOCCLAR VIVADENT nie występuje nie występuje w wymienionych przez zamawiającego kolorach

Odp. Zamawiający dopuszcza produkt równoważny

Pozycja 37

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie produktu KAMFENOL produkcji CHEMA RZESZÓW w opakowaniu jednostkowym a'10g? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o informację czy zamawiający oczekuje podwojenia oferowanej ilości względem określonej w formularzu asortymentowo-cenowym.

Odp. Zamawiający dopuszcza op. jed. 10g. W przeliczeniu na wymagane ilości

Pozycja 57

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie produktu Gen-Os? Prosimy również o podanie oczekiwanej gramatury omawianego produktu.

Odp. Zgodnie z SWZ. Gramatura 0,5 mix

Pakiet „Narzędzia i sprzęt stomatologiczny”

Pozycja 2

Czy zamawiający dopuści miazgociągi ręczne w opakowaniu jednostkowym a'10szt?

Odp Zamawiający dopuszcza

Pozycja 3

Czy zamawiający może sprecyzować długość oczekiwanych pilników typu H i K? Ceny między poszczególnymi długościami różnią się. Określenie długości pilnika w omawianej pozycji lub wyodrębnienie poszczególnych długości pozwoliłoby na zaferowanie korzystniejszej dla zamawiającego ceny w ramach omawianej pozycji.

Odp. 25 mm

Pozycja 4

Czy zamawiający dopuści Igły Millera w opakowaniu jednostkowym a'10szt?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe opakowania