



Uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na dostawę sprzętu anestezyjologicznego jednorazowego użytku, sprawa ZP 38/24

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dn. 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023r. poz. 1605 ze zm.) oraz w związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

1. *Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 9 pozycji 1 opatrunek do kaniul samoprzylepny, sterylny, wymiary: 6x8 cm, wykonany z hydrofobowej włókniny pokryty klejem akrylowym, dodatkowy element w postaci centralnie umieszczonego wkładu chłonnego, który zabezpiecza przed przywieraniem włókniny do miejsca wkłucia zaokrąglone brzegi zapobiegają przypadkowemu odklejeniu opatrunku, mikropory w strukturze włókniny zapewniają odpowiednią przepuszczalność, dzięki czemu zachodzi prawidłowa wymiana gazowa między opatrunkiem a skórą elastyczny, dopasowuje się do kształtów ciała, zapewnia swobodę ruchów, posiada warstwę zabezpieczającą z papieru silikonowanego, ułatwiającą precyzyjną i skuteczną aplikację, sterylizowany tlenkiemetylenu?*

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

2. *Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 10 pozycji 1, przeliczenie ilości na opakowanie a'100 szt?*

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.

3. *Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 11 pozycji 1 cewnik do podawania tlenu o długości 2m sterylny? Pozostałe zgodnie z SWZ..*

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.

4. *Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 11, pozycji 2 rurkę Guedel w rozmiarach: 000/40mm - różowa, 00/50mm - niebieska, 0/60mm / czarna, 1/70mm - biała, 2/80mm / zielona, 3/90mm - żółta, 4/100mm - czerwona, 5/110mm - jasioniebieska, 6/120 -pomarańczowa?.*

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.

5. *Czy zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część nr 18, pozycja 1) aby produkty przeciwzakrzepowe miały minimalną siłę ucisku 18mmHg na poziomie kostki, który zmniejsza się od części dystalnej do proksymalnej?*

Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

6. *Czy zamawiający dopuści w pakiecie 18 pozycji 1 pończochy w kolorze białym?*

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.

7. *Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 18, pozycji wyrób medyczny klasy I?*

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.

8. *Pytanie do pakietu 1 Czy Zamawiający dopuści cewnik do hemodializy krótkoterminowy wykonany z termoaktywnego poliuretanu zamiast z silikonu? Pozostałe parametry jak w opisie.*

Wyjaśnienia: Zamawiający nie wyraża zgody.

9. *Pytanie do pakietu 2 Czy Zamawiający dopuści cewnik do hemodializy krótkoterminowy wykonany z termoaktywnego poliuretanu zamiast z silikonu? Pozostałe parametry jak w opisie.*

Wyjaśnienia: Zamawiający nie wyraża zgody.

10. *Pytanie do pakietu 3 Czy Zamawiający dopuści cewnik do hemodializy krótkoterminowy wykonany z termoaktywnego poliuretanu zamiast z silikonu o długości 24cm zamiast 28cm? Pozostałe parametry jak w opisie.*

Wyjaśnienia: Zamawiający nie wyraża zgody.





11. Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 1 dopuści do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowo (High Flow), z poliuretanu, bez otworów bocznych:

średnica 11 FR - długość 15 cm, 20 cm, 25 cm

ramiona proste lub zagięte do wyboru przez Zamawiającego

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,98 mm x 700 mm/0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło 11Fr/ 13 Fr
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- opakowanie zawiera 3 szt.

Wyjaśnienia: Zamawiający nie wyraża zgody.

12. Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz. 1 dopuści do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowo (High Flow), z poliuretanu, bez otworów bocznych:

średnica 13 FR - długość 15 cm, 20 cm

ramiona proste lub zagięte do wyboru przez Zamawiającego

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,98 mm x 700 mm/0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło 11Fr/ 13 Fr
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- opakowanie zawiera 3 szt.

Wyjaśnienia: Zamawiający nie wyraża zgody.

13. Czy Zamawiający w pakiecie 3 poz. 1 dopuści do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowo (High Flow), z poliuretanu, bez otworów bocznych:

średnica 13 FR - długość 30 cm

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się





- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,98 mm x 700 mm/0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło 11Fr/ 13 Fr
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- opakowanie zawiera 3 szt.

Wyjaśnienia: Zamawiający nie wyraża zgody.

14. *Pakiet 9: Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie Transparentnego opatrunku do mocowania cewników dożylnych Wykonany z folii poliuretanowej Skrzydełka wzmocnione włókniną Opatrunek posiada wycięcie, Rozmiar 9 x 11 cm?*

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

15. *Pakiet 9 Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie Transparentnego opatrunku do kaniul poliuretanowego z wycięciem, wzmocnionego włókniną na skrzydełkach. Rozmiar 7 x 8,8 cm?*

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

16. *Pakiet 9 Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie włókninowego plastra o wymiarach 6 x 8 cm z wycięciem na kaniulę, z gazikiem umiejscowionym w centralnej części opatrunku i dodatkowa podkładką?*

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

17. *Czy Zamawiający w Pakiecie 18 dopuści pończochy przeciwzakrzepowe pełnej długości z sekwencyjnym uciskiem 18-14-8-10-8 mmHg od kostki do uda, punkt rewizyjny w obrębie palców, kolorystyczne oznaczenie rozmiaru pończoch w górnej i dolnej części pończochy; Dostępne w 18 różnych rozmiarach od S do XXL?*

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.

18. *Czy Zamawiający wymaga, aby pończochy w Pakiecie 18 posiadały elastyczny klin w górnej części pończochy, zapobiegający efektowi stazy poprzez niepełne zamknięcie opaski elastycznej w górnej części uda?*

Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

19. *Pakiet nr 18, poz. 1: Pończochy uciskowe: Medyczne pończochy przeciwzakrzepowe pełnej długości do wykorzystania w profilaktyce przed-, śród- i pooperacyjnej zakrzepicy oraz zatorowości u leżących pacjentów z sekwencyjnym uciskiem 14-22mmHg, wykonane z poliamidu (78%) i elastanu (22%) z punktem rewizyjnym w obrębie palców i w rozmiarach od S do XXL. Zakres obwodów wg. załączonej tabeli:*

Table of sizes	Colour stripes	1	2	3	5	6
		s	m	l	xl	xxl
	e-G	46 – 50	50 – 54	54 – 58	58 – 62	62 – 66
	e-C	31 – 34	34 – 37	37 – 40	40 – 43	43 – 46
	e-B	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 – 28	28 – 30

Akceptacja w/w rozbieżności umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w rozumieniu Pzp.

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę

20. *Pakiet 9 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści opatrunek przezroczysty z folii PU do zabezpieczania kaniul obwodowych i cewników do żył centralnych, z wycięciem umożliwiającym dopasowanie opatrunku do założonej kaniuli, z systemem aplikacji typu ramka, z jedną taśmą do opisu, ze skrzydełkami wzmocnionymi od wewnątrz włókniną, z dwoma paskami mocującymi z włókniny, z klejem akrylowym nakładanym metodą ciągłą. Opakowanie papier-folia, I klasa sterylna rozmiar 9 cm x 7,2 cm?*





Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

21. *Pakiet 9 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści opatrunek przezroczysty z wodoodpornej folii PU ze skrzydełkami wzmocniony od wewnątrz włókniną do zabezpieczania kaniul dożylnych, z dodatkową podkładką włókninową pod skrzydełka kaniuli oraz taśmą do opisu, z trójstopniowym systemem aplikacji, pokryty na całej powierzchni klejem akrylowym. Opakowanie papier-papier, I klasa sterylna, rozmiar 5,8 cm x 8 cm?*

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

22. *Pakiet 11 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści sterylny cewnik do podawania tlenu przez nos wykonany z medycznego PCV o długości 200cm?*

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.

23. *Pakiet 11 Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści rurki guedel o rozmiarach 000-40mm, 00-50mm, 0-60mm, 1-70mm, 2-80mm, 3-90mm, 4-100mm, 5-110mm, 6-120mm?*

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.

24. *Pakiet 11 Pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści sterylny łącznika do dozownika tlenowego?*

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.

25. *Pakiet 9 Czy Zamawiający dopuści opatrunek do mocowania kaniul w rozmiarze 6cm x 7,5 cm? Pragniemy nadmienić, iż Zamawiający pracuje na tym opatrunku i nigdy nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń.*

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.

26. *Pakiet nr 1, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw do hemodializy z cewnikiem poliuretanowym dwukanałowym o długości 13, 16, 20cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?*

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

27. *Pakiet nr 2, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw do hemodializy z cewnikiem poliuretanowym dwukanałowym o długości 16 i 20cm o średnicy 12F, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?*

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

28. *Pakiet nr 3, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw do hemodializy z cewnikiem poliuretanowym dwukanałowym o długości 20cm o średnicy 12F, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?*

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

29. *Pakiet nr 11, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos z prostymi końcówkami dla dorosłych i dzieci?*

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

30. *Pakiet nr 11, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos z medycznego PCV?*

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.

31. *Pakiet nr 11, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową z wkładką wewnątrz kodowaną kolorystycznie?*

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

32. *Pakiet nr 11, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową w rozmiarach:*

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ (mm)
000	40
00	50
0	60
1	70
2	80





3	90
4	100
5	110
6	120

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.

33. **Pakiet nr 14, pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści poręcz do unieruchomienia wyposażony w dwa paski z rzepem do mocowania o szerokości 4cm i długości 31cm?

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

34. **Dotyczy wymagań stawianych Wykonawcy, punkt 1 Przedmiot zamówienia, podpunkt 6 (pakiet nr 13) oraz załącznika nr 1 (formularz ofertowy), punkt 9 oraz wzoru umowy (załącznik nr 5 do SWZ) paragraf 1, ustęp 2:** Czy w zakresie Pakietu nr 13 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sprzętu, który nie posiada rejestracji jako wyrób medyczny i nie posiada deklaracji zgodności / zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych? Oferowany przez Wykonawcę sprzęt nie jest wyrobem medycznym, a częścią serwisową i posiada 23% stawkę podatku VAT?

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.

35. **Dotyczy załącznika nr 1 (formularz ofertowy), punktu 3:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby płatność została uregulowana w terminie do 45 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury VAT?

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

36. **wzór umowy (załącznik nr 5 do SWZ) Dotyczy paragrafu 2, ustęp 4:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby płatność została uregulowana w terminie do 45 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury VAT?

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

37. **wzór umowy (załącznik nr 5 do SWZ) Dotyczy paragrafu 6, ustęp 1, podpunkt 3:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej, o której mowa w podpunkcie 3 do 1%?

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

38. **wzór umowy (załącznik nr 5 do SWZ) Dotyczy paragrafu 6, ustęp 4:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby łączna wysokość kar umownych wynikających z niniejszej umowy nie mogła przekroczyć 10% wartości umowy netto?

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

39. **Dotyczy Pakiet 11 poz. 1:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do podawania tlenu przez nos, proste dla dorosłych, zakrzywione dla dzieci, z PVC, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.

Z poważaniem

Z upoważnienia Dyrektora
KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Dawet Lipiński

