

## FORMULARZ CENOWY

## Kardiowertery dwujamowe

Lp	Asortyment	Jednostka miary	Ilość jedn. Miary	Cena jednostki miary netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Wytwórca i nazwa handlowa	Numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kardiowerter-defibrylator ICD-DR dwujamowy	szt.	10						
2	Elektroda komorowa	szt.	10						
3	Elektroda przedsionkowa	szt.	10						
<b>Razem:</b>									

Żywotność stymulatora min. 6 lat (nastawy nominalne)

Zamawiający wymaga:

- użyczenia na czas trwania umowy urządzenia do programowania i analizy śródoperacyjnej,
- dostarczenia w ramach tego postępowania 1 kabla do analizatora (na wezwanie Zamawiającego) oraz papieru do będącego przedmiotem użyczenia urządzenia do programowania i analizy śródoperacyjnej na każde żądanie Zamawiającego.

Zamawiający wymaga dostarczenia w ramach tego postępowania wraz z pierwszą dostawą:

- 15 śrubokrętów do przytwierdzenia elektrody do stymulatora
- 30 zestawów przewodników prostych i zakrzywionych
- 20 urządzeń do wkręcania elektrod
- 10 zaślepek do elektrod
- 10 zaślepek do portów elektrodowych

Wykonawca oświadcza, że oferowany stymulator posiada następujące parametry użytkowe (należy wpisać słowo: "TAK" lub "NIE" - brak wpisu będzie traktowany jak odpowiedź "NIE"):

	TAK / NIE
automatyczne wyłączenie nieskutecznej terapii ATP	
dostarczenie ATP w trakcie ładowania kondensatorów	
zaprogramowanie strefy FVT w strefie VT lub UF	
dyskryminacja załamek T	
programowanie wektora wykrywania sygnału	
rozpoznanawanie zakłóceń powstałych na skutek uszkodzenia elektrody RV	

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)