



WOJSKOWE CENTRUM

KRWIODAWSTWA i KRWIOLECZNICTWA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

00-671 Warszawa 1, ul. Koszykowa 78



Warszawa, dnia 1 lipca 2022 r.

WCKiK – SZP.2612.23/D/2022

Odpowiedzi na pytania do postępowania 23/D/2022

PYTANIE 1.

Część nr 10: Czy Zamawiający dopuści wirówkę z max. przyspieszeniem 3509 xg, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania?

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuści wirówkę z max. przyspieszeniem 3509 xg.**

PYTANIE 2.

Część nr 10: Czy Zamawiający dopuści wirówkę wyposażoną w rotor wychyłowy umożliwiającą jednoczesne wirowanie 28 sztuk probówek o podanych wymiarach?

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuści wirówkę wyposażoną w rotor wychyłowy umożliwiającą jednoczesne wirowanie 28 sztuk probówek**

PYTANIE 3.

Część nr 22: Czy Zamawiający dopuści wirówkę z max. przyspieszeniem 3509 xg, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania?

ODPOWIEDŹ

**Nie, Zamawiający nie dopuści wirówkę z max. przyspieszeniem 3509 xg.**

PYTANIE 4.

Część nr 22: Czy Zamawiający dopuści wirówkę wyposażoną w rotor wychyłowy umożliwiającą jednoczesne wirowanie 28 sztuk probówek o podanych wymiarach?

ODPOWIEDŹ

**Nie, Zamawiający nie dopuści wirówki wyposażonej w rotor wychyłowy umożliwiającą jednoczesne wirowanie 28 sztuk probówek**

Część nr 5: Fotel wielofunkcyjny elektryczny do poboru krwi – 2 szt.

Część nr 12: Fotel wielofunkcyjny elektryczny do poboru krwi – 6 szt.

PYTANIE 5.

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel wielofunkcyjny ze stałym nachyleniem segmentu siedziska o wartości 30? Oferowane rozwiązanie zapobiega zsuwaniu się dawcy z fotela?

ODPOWIEDŹ

**Nie, Zamawiający nie dopuści**

PYTANIE 6.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel wielofunkcyjny z manualną regulacją podpórki stóp?

ODPOWIEDŹ

**Nie, Zamawiający nie dopuści manualnej regulacji podpórki stóp**

Pakiet 1:

PYTANIE 7.

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności użytkowej 490 litrów zamykaną na klucz, dwójką drzwi zewnętrznych o układzie góra-dół? Oferujemy urządzenie o większej pojemności, czyli o parametrach korzystniejszych dla Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności użytkowej 490 litrów zamykaną na klucz, dwójką drzwi zewnętrznych o układzie góra-dół**

PYTANIE 8.

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z półkami, ale bez regulacji wysokości? Oferowane urządzenie ma układ chłodzenia umiejscowiony w półkach, co pozwala na szybsze dojście materiału do zadanej temperatury oraz lepszy rozkład temperatury we wnętrzu urządzenia. Pojemniki, których Zamawiający wymaga w punkcie 4 podpunkt c wypełniają w 100% powierzchnię wewnętrzną komory, więc regulacja wysokości półek nie powinna być dla Zamawiającego istotna. Dodatkowo poprzedni odpowiednik tego urządzenia, zamrażarka laboratoryjna MDF-U5412 PHCBi, miała półki bez możliwości regulacji. Zamawiający wcześniej kupował i akceptował powyższe rozwiązanie. Prosimy o dopuszczenia proponowanego parametru.

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuści urządzenie z półkami ( tak by osocze mogło być przechowywane w pozycji pionowej musi być wysokość 17 cm.)**

PYTANIE 9.

3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych szerokość x głębokość x wysokość : 940 x 845 x 1860 mm?

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych 940 x 845 x 1860 mm**

PYTANIE 10

4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z kompresorami klasycznymi nie inwerterowymi?

ODPOWIEDŹ

**Nie, Zamawiający nie dopuści urządzenie z kompresorami klasycznymi**

PYTANIE 11.

5. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z poziomem głośności 45dB?

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuści urządzenie z poziomem głośności 45dB**

Pakiet 2:

PYTANIE 12

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności użytkowej 490 litrów, zamykane na klucz, dwójką drzwi zewnętrznych, o układzie góra-dół? Oferujemy urządzenie o większej pojemności, czyli o parametrach korzystniejszych dla Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności użytkowej 490 litrów zamykaną na klucz, dwójką drzwi zewnętrznych o układzie góra-dół**

PYTANIE 13

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z półkami, ale bez regulacji wysokości? Oferowane urządzenie ma układ chłodzenia umiejscowiony w półkach, co pozwala na szybsze dojście materiału do zadanej temperatury oraz lepszy rozkład temperatury we wnętrzu urządzenia. Pojemniki, których Zamawiający wymaga w punkcie 4 podpunkt c wypełniają w 100% powierzchnię wewnętrzną komory, więc regulacja wysokości półek nie powinna być dla Zamawiającego istotna. Dodatkowo poprzedni odpowiednik tego urządzenia, zamrażarka laboratoryjna MDF-U5412 PHC Bi, miała półki bez możliwości regulacji. Zamawiający wcześniej kupował i akceptował powyższe rozwiązanie. Prosimy o dopuszczenia proponowanego parametru.

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuści urządzenie z półkami ( tak by osocze mogło być przechowywane w pozycji pionowej musi być wysokość 17 cm.)**

PYTANIE 14.

3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych szerokość x głębokość x wysokość : 940 x 845 x 1860 mm?

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuści urządzenie wymiarach zewnętrznych 940 x 845 x 1860 mm**

PYTANIE 15.

4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z kompresorami klasycznymi nie inwerterowymi?

ODPOWIEDŹ

**Nie, Zamawiający nie dopuści urządzenie z kompresorami klasycznymi**

PYTANIE 16.

5. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z poziomem głośności 45dB?

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuści urządzenie z poziomem głośności 45dB**

Pakiet 6 :

PYTANIE 17.

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością przechowywania 385 worków z krwią o pojemności 450 ml?

ODPOWIEDŹ

**Nie, Zamawiający nie dopuści urządzenie z możliwością przechowywania 385 worków z krwią**

PYTANIE 18.

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wysokości zewnętrznej 1990 mm? Jest to centymetr więcej od wymaganych wymiarów zewnętrznych.

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuści urządzenie o wysokości zewnętrznej 1990 mm**

PYTANIE 19.

3. Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej jeżeli chodzi o wymiary i pojemność? Wyprecyzowane wymiary zewnętrzne szerokość x głębokość x wysokość: 140 cm x 85 cm x 198 cm sugerują urządzenie o pojemności 1400 litrów a nie w przedziale od 700 do 1000 litrów. Dodatkowo sugeruje to punkt 9. Gdzie Zamawiający wymaga podwójnych drzwi zewnętrznych które to rozwiązanie stosowane jest w urządzeniach o pojemności 1400 litrów. Przy obecnych zapisach Wykonawcy zaoferują urządzenia o pojemności 700 litrów. Prosimy o doprecyzowanie.

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający popełnił omyłkę w obliczeniach. Urządzenie powinno mieć następujące wymiary szerokość 800 mm x wysokość 2000 mm x głębokość 800 mm. O pojemności w przedziale 470 - 700 l.**

PYTANIE 20.

4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z 7 szufladami i grubym frontem z pleksji, pełniącym rolę drzwi wewnętrznych? Proponowane rozwiązanie jest skuteczniejsze niż rozwiązanie z dwójką drzwi, gdyż pozwala na większą fragmentację komory i mniejsze straty chłodu przy otwarciu drzwi wewnętrznych.

ODPOWIEDŹ

**Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

PYTANIE 21.

5. Czy Zamawiający dopuści urządzenie ze sterownikiem mikroprocesorowym z zewnętrznym wyświetlaczem typu LCD oraz przyciskami membranowym? Proponowany wyświetlacz pozwala na łatwiejsze odczytywanie wiadomości diagnostycznych na wyświetlaczu.

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie ze sterownikiem mikroprocesorowym z zewnętrznym wyświetlaczem typu LCD oraz przyciskami membranowym**

PYTANIE 22.

6. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wnętrzem wykonanym ze stali nierdzewnej? Jest to rozwiązanie korzystniejsze dla Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie z wnętrzem wykonanym ze stali nierdzewnej**

PYTANIE 23.

7. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z monitoringiem temperatury zintegrowanym z urządzeniem pozwalającym na podgląd temperatury w górnym lub dolnym pojemniku referencyjnym bez temperatury uśrednionej?

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuszcza takie urządzenie**

Pakiet 7:

PYTANIE 24.

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z 5 szufladami i grubym frontem z pleksji, pełniącym rolę drzwi wewnętrznych? Proponowane rozwiązanie jest skuteczniejsze niż rozwiązanie z dwójką drzwi, gdyż pozwala na większą fragmentację komory i mniejsze straty chłodu przy otwarciu drzwi wewnętrznych.

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuści urządzenie z 5 szufladami i grubym frontem z pleksji, pełniącym rolę drzwi wewnętrznych**

PYTANIE 25.

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie ze sterownikiem mikroprocesorowym z zewnętrznym wyświetlaczem typu LCD oraz przyciskami membranowym? Taki wyświetlacz pozwala na łatwiejsze odczytywanie wiadomości diagnostycznych na wyświetlaczu.

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuści takie urządzenie**

PYTANIE 26.

3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z monitoringiem temperatury zintegrowanym z urządzeniem pozwalającym na podgląd temperatury w górnym lub dolnym pojemniku referencyjnym bez temperatury uśrednionej?

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuszcza takie urządzenie**

Pakiet 13:

PYTANIE 27.

1. Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej jeżeli chodzi o wymiary i pojemność? Wyszpecyfikowane wymiary zewnętrzne szerokość x głębokość x wysokość: 70 cm x 80 cm x 195 cm sugerują urządzenie o pojemności 700 litrów, a nie w przedziale od 350 do 400 litrów. Dodatkowo do urządzenia o pojemności 350 – 400 litrów nie zmieści się 450 worków z krwią, ale do urządzenia o pojemności 700 litrów. Prosimy o doprecyzowanie.

ODPOWIEDŹ

**Zamawiający uściśla Wymiary: szer.70 x głęb.80 x wysok.195. Pojemność 350 -400 L. możliwość przechowywania 220j KKCz**

PYTANIE 28.

2. Czy zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w pkt. 9? Według naszej wiedzy nie ma na rynku urządzeń do przechowywania krwi z podwójnymi drzwiami o pojemności 350-400 litrów?

ODPOWIEDŹ

**Zamawiający precyzuje Drzwi pojedyncze z możliwością zamykania na klucz**

PYTANIE 29.

3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z szufladami i grubym frontem z pleksji, pełniącym rolę drzwi wewnętrznych? Proponowane rozwiązanie jest skuteczniejsze niż rozwiązanie z dwójką drzwi, gdyż pozwala na większą fragmentację komory i mniejsze straty chłodu przy otwarciu drzwi wewnętrznych.

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuszcza takie urządzenie**

PYTANIE 30.

4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie ze sterownikiem mikroprocesorowym z zewnętrznym wyświetlaczem typu LCD oraz przyciskami membranowym? Proponowany wyświetlacz pozwala na łatwiejsze odczytywanie wiadomości diagnostycznych na wyświetlaczu.

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuści takie urządzenie**

PYTANIE 31.

5. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wnętrzem wykonanym ze stali nierdzewnej? Jest to rozwiązanie korzystniejsze od wyspecyfikowanego.

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuści takie urządzenie**

PYTANIE 32.

6. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z monitoringiem temperatury zintegrowanym z urządzeniem pozwalającym na podgląd temperatury w górnym lub dolnym pojemniku referencyjnym bez temperatury uśrednionej?

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuści takie urządzenie.**

Pakiet 14:

PYTANIE 33.

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością przechowywania 385 worków z krwią o pojemności 450 ml?

ODPOWIEDŹ

**Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

PYTANIE 34.

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wysokości zewnętrznej 1990 mm? Jest to centymetr więcej od wymaganych wymiarów zewnętrznych.

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuści takie urządzenie.**

PYTANIE 35.

3. Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej jeżeli chodzi o wymiary i pojemność? Wyszpecyfikowane wymiary zewnętrzne szerokość x głębokość x wysokość: 140 cm x 85 cm x 198 cm sugerują urządzenie o pojemności 1400 litrów a nie w przedziale od 700 do 1000 litrów. Dodatkowo sugeruje to punkt 9, gdzie Zamawiający wymaga podwójnych drzwi zewnętrznych, które to rozwiązanie stosowane jest w urządzeniach o pojemności 1400 litrów. Przy obecnych zapisach Wykonawcy zaoferują urządzenia o pojemności 700 litrów. Prosimy o doprecyzowanie.

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający podtrzymuje zapis dotyczący wymiarów chłodziarki**

PYTANIE 36.

4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które pozwoli na przechowywanie krwi w szufladach ze stali nierdzewnej z perforacją z przegrodami z pleksji bez rozwiązania z przechowywaniem krwi w pozycji wiszącej?

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuszcza takie urządzenie**

PYTANIE 37.

5. Czy Zamawiający dopuści urządzenie ze sterownikiem mikroprocesorowym z zewnętrznym wyświetlaczem typu LCD oraz przyciskami membranowym? Proponowany wyświetlacz pozwala na łatwiejsze odczytywanie wiadomości diagnostycznych na wyświetlaczu.

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuszcza takie urządzenie**

PYTANIE 38.

6. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wnętrzem wykonanym ze stali nierdzewnej? Jest to rozwiązanie korzystniejsze od wyspecyfikowanego.

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuszcza takie urządzenie**

PYTANIE 39.

7. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z monitoringiem temperatury zintegrowanym z urządzeniem pozwalającym na podgląd temperatury w górnym lub dolnym pojemniku referencyjnym bez temperatury uśrednionej?

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuszcza takie urządzenie**

Pakiet 15:

PYTANIE 40.

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności użytkowej 490 litrów zamykaną na klucz, dwójką drzwi zewnętrznych o układzie góra-dół? Oferujemy urządzenie o większej pojemności czyli o parametrach lepszych dla Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuszcza takie urządzenie**

PYTANIE 41.

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z półkami, ale bez regulacji wysokości? Oferowane urządzenie ma układ chłodzenia umiejscowiony w półkach, co pozwala na szybsze dojście materiału do zadanej temperatury oraz lepszy rozkład temperatury we wnętrzu urządzenia. Pojemniki, których Zamawiający wymaga w punkcie 4 podpunkt c wypełniają w 100%

powierzchnię wewnętrzną komory, więc regulacja wysokości półek nie powinna być dla Zamawiającego istotna. Dodatkowo poprzedni odpowiednik tego urządzenia zamrażarka laboratoryjna MDF-U5412 PHCBi miała półki bez możliwości regulacji. Zamawiający wcześniej kupował i akceptował powyższe rozwiązanie. Prosimy o dopuszczenia naszego parametru.

**ODPOWIEDŹ**

**Tak, Zamawiający dopuszcza takie urządzenie**

**PYTANIE 42.**

3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych szerokość x głębokość x wysokość : 940 x 845 x 1860 mm?

**ODPOWIEDŹ**

**Tak, Zamawiający dopuszcza takie urządzenie**

**PYTANIE 43.**

4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z kompresorami klasycznymi nie inwerterowymi?

**ODPOWIEDŹ**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza takie urządzenie**

**PYTANIE 44.**

5. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z poziomem głośności 45dB?

**ODPOWIEDŹ**

**Tak, Zamawiający dopuszcza takie urządzenie**

**Pakiet 20:**

**PYTANIE 45.**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych szerokość x głębokość x wysokość: 700 x 800 x 1840 mm i wymiarach wewnętrznych: 580x670x1200 mm?

**ODPOWIEDŹ**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza takie urządzenie**

**PYTANIE 46.**

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z kompresorami klasycznymi nie inwerterowymi?

**ODPOWIEDŹ**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza takie urządzenie**

**PYTANIE 47.**

3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wyświetlaczem o przekątnej 4,3 cala? Taka niewielka różnica w wymiarach nie ma wpływu na czytelność i obsługę sterownika

**ODPOWIEDŹ**

**Tak, Zamawiający dopuszcza takie urządzenie**

**Pakiet 21:**

**PYTANIE 48.**

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych szerokość x głębokość x wysokość: 600 x 600 x 1960 mm i wymiarach wewnętrznych: 480x465x1320 mm?

**ODPOWIEDŹ**

**Tak, Zamawiający dopuszcza takie urządzenie**

**PYTANIE 49.**

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z kompresorami klasycznymi nie inwerterowymi?

**ODPOWIEDŹ**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza takie urządzenie**

**PYTANIE 50.**

3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wyświetlaczem o przekątnej 4,3 cala? Taka niewielka różnica w wymiarach nie ma wpływu na czytelność i obsługę sterownika.

**ODPOWIEDŹ**

**Tak, Zamawiający dopuszcza takie urządzenie**

Zwracamy się z pytaniami do części 6:

PYTANIE 51.

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie przystosowane do przechowywania KKCz z zakresem nastawiania temperatury od +2°C do +6°C?

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuszcza takie urządzenie**

PYTANIE 52.

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 1400 litrów, umożliwiające przechowywanie 720 worków 450ml w pozycji stojącej?

ODPOWIEDŹ

**Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

PYTANIE 53.

3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez wewnętrznej szyby?

ODPOWIEDŹ

**Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

PYTANIE 54.

4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych: 1384 x 814 x 2123 mm (SxGxW)?

ODPOWIEDŹ

**Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

PYTANIE 55.

5. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wnętrzem wykonanym z wysokogatunkowej stali nierdzewnej?

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuszcza takie urządzenie**

PYTANIE 56.

6. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z przyjaznym w obsłudze panelem sterowania, wykorzystującym kolorowy ekran LCD oraz dotykowe przyciski funkcyjne?

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuszcza takie urządzenie**

PYTANIE 57.

7. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w zintegrowany rejestrator parametrów i zdarzeń alarmowych z możliwością archiwizacji bezpośrednio na przenośną pamięć USB?

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuszcza takie urządzenie**

PYTANIE 58.

8. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z poziomem hałasu: 50 dB?

ODPOWIEDŹ

**Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

Zwracamy się z pytaniami do części 7:

PYTANIE 59.

9. Czy Zamawiający dopuści urządzenie przystosowane do przechowywania KKCz z zakresem nastawiania temperatury od +2°C do +6°C?

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuszcza takie urządzenie**

PYTANIE 60.

10. Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez wewnętrznej szyby?

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuszcza takie urządzenie**



PYTANIE 61.

11. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wnętrzem wykonanym z wysokogatunkowej stali nierdzewnej?

10. Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez wewnętrznej szyby?

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuszcza takie urządzenie**

PYTANIE 62.

12. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z przyjaznym w obsłudze panelem sterowania, wykorzystującym kolorowy ekran LCD oraz dotykowe przyciski funkcyjne

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuszcza takie urządzenie**

PYTANIE 63.

13. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w zintegrowany rejestrator parametrów i zdarzeń alarmowych z możliwością archiwizacji bezpośrednio na przenośną pamięć USB?

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuszcza takie urządzenie**

PYTANIE 64.

14. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z poziomem hałasu: 50 dB?

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuszcza takie urządzenie**

Zwracamy się z pytaniami do części 13:

PYTANIE 65.

15. Czy Zamawiający dopuści urządzenie przystosowane do przechowywania KKCz z zakresem nastawiania temperatury od +2°C do +6°C?

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuszcza takie urządzenie**

PYTANIE 66.

16. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 400 litrów, umożliwiające przechowywanie 264 worków 450ml w pozycji stojącej?

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuszcza takie urządzenie**

PYTANIE 68.

17. Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez wewnętrznej szyby?

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuszcza takie urządzenie**

PYTANIE 69.

18. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wysokością 195,5cm?

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuszcza takie urządzenie**

PYTANIE 70.

19. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wnętrzem wykonanym z wysokogatunkowej stali nierdzewnej?

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuszcza takie urządzenie**

PYTANIE 71.

20. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z przyjaznym w obsłudze panelem sterowania, wykorzystującym kolorowy ekran LCD oraz dotykowe przyciski funkcyjne?

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuszcza takie urządzenie**

PYTANIE 72.

21. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w zintegrowany rejestrator parametrów i zdarzeń alarmowych z możliwością archiwizacji bezpośrednio na przenośną pamięć USB?

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuszcza takie urządzenie**

PYTANIE 73.

22. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z poziomem hałasu: 50 dB?

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuszcza takie urządzenie**

Zwracamy się z pytaniami do części 14:

PYTANIE 74.

23. Czy Zamawiający dopuści urządzenie przystosowane do przechowywania KKCz z zakresem nastawiania temperatury od +2°C do +6°C?

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuszcza takie urządzenie**

PYTANIE 75

24. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z szufladami stalowymi na rolkach z perforacją w dnie, umożliwiającą rotację powietrza między workami z krwią?

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuszcza takie urządzenie**

PYTANIE 76

25. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 1400 litrów, umożliwiające przechowywanie 720 worków 450ml w pozycji stojącej?

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuszcza takie urządzenie**

PYTANIE 77

26. Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez wewnętrznej szyby?

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuszcza takie urządzenie**

PYTANIE 78

27. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych: 1384 x 814 x 2123 mm (SxGxW)?

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuszcza takie urządzenie**

PYTANIE 79

28. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wnętrzem wykonanym z wysokogatunkowej stali nierdzewnej?

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuszcza takie urządzenie**

PYTANIE 80

29. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z przyjaznym w obsłudze panelem sterowania, wykorzystującym kolorowy ekran LCD oraz dotykowe przyciski funkcyjne?

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuszcza takie urządzenie**

PYTANIE 81

30. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w zintegrowany rejestrator parametrów i zdarzeń alarmowych z możliwością archiwizacji bezpośrednio na przenośną pamięć USB?

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuszcza takie urządzenie**

PYTANIE 82

31. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z poziomem hałasu: 50 dB?

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuszcza takie urządzenie**

Dotyczy części 12

PYTANIE 83

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wielofunkcyjny fotel elektryczny, którego szerokość całkowita z podłokietnikami wynosi 950 mm?

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuszcza takie urządzenie**

PYTANIE 84

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wielofunkcyjny fotel elektryczny, z zakresem regulacji segmentu nożnego 30°?

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuszcza takie urządzenie**

PYTANIE 85

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wielofunkcyjny fotel elektryczny, który nie posiada materaca ( tapicerki) z możliwością demontażu bez konieczności użycia narzędzi? Zamiast tego fotel, który chcielibyśmy zaoferować posiada atestowaną tapicerkę przeznaczoną do stosowania w placówkach służby zdrowia oraz punktach krwiodawstwa, która posiada estetyczne osłony w segmencie oparcia pleców, siedziska, podłokietnikach oraz podnóżku zapobiegające przedostawaniu się zanieczyszczeń oraz ułatwiające dezynfekcję i mycie.

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuszcza takie urządzenie**

PYTANIE 86

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wielofunkcyjny fotel elektryczny, który posiada podłokietniki z regulacją wysokości 60 mm?

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuszcza takie urządzenie**

PYTANIE 87

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wielofunkcyjny fotel elektryczny, który wyposażony jest w dodatkowy blat boczny na podręczne rzeczy pacjenta między innymi na kubek jednorazowy zamiast odchylanego pulpitu z uchwytem?

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuszcza takie urządzenie**

Dotyczy części 5

PYTANIE 88

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wielofunkcyjny fotel elektryczny, który nie posiada materaca ( tapicerki) z możliwością demontażu bez konieczności użycia narzędzi? Zamiast tego fotel, który chcielibyśmy zaoferować posiada atestowaną tapicerkę przeznaczoną do stosowania w placówkach służby zdrowia oraz punktach krwiodawstwa, która posiada estetyczne osłony w segmencie oparcia pleców, siedziska, podłokietnikach oraz

podnóżku zapobiegające przedostawaniu się zanieczyszczeń oraz ułatwiające dezynfekcję i mycie.

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuszcza takie urządzenie**

PYTANIE 89

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wielofunkcyjny fotel elektryczny, który wyposażony jest w dodatkowy blat boczny na podręczne rzeczy pacjenta między innymi na kubek jednorazowy zamiast odchylanego pulpitu z uchwytem?

ODPOWIEDŹ

**Tak, Zamawiający dopuszcza takie urządzenie**

PYTANIE 90

**Dotyczy części 3 i 11 - Wagomieszarka do pobieranej krwi z przesylem danych**

1. Prosimy o zrezygnowanie z wymogu dotyczącego laptopa, o brzmieniu "Za parametry równoważności określa się osiągnięcie wyniku na minimalnym poziomie 19200pkt w teście cpubenchmark". Z punktu widzenia przeznaczenia komputera powyższe wymaganie nie znajduje zastosowania, a prowadzi jedynie do dwukrotnego zwiększenia jego ceny.

ODPOWIEDŹ

**Zamawiający wykreśla zapis osiągnięcie wyniku na minimalnym poziomie 19200pkt w teście cpubenchmark" dopuszcza takie urządzenie równoważne. Dopuszcza Urządzenia o parametrach pozwalających na bezproblemową komunikację z zamawianym urządzeniem.**

PYTANIE 91

**Dotyczy części 4 i 18 - Automatyczna prasa do preparatyki krwi**

Prosimy o zaakceptowanie maksymalnego terminu dostawy urządzeń do 90 dni od daty podpisania umowy. Powyższe wynika z dostępności surowców niezbędnych do produkcji urządzeń oraz procesów logistycznych, na co bezpośredni wpływ ma konflikt zbrojny w Ukrainie.

ODPOWIEDŹ

**Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu. Środki przeznaczone na zakup powyższego urządzenia pochodzą z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej i Zamawiający zobowiązany jest do rozliczenia się z MON w określonym terminie.**

PYTANIE 92

**Dotyczy części 8 i 16 - Wytrząsaraka do płytek wraz z inkubatorem - zestaw**

Prosimy o zaakceptowanie maksymalnego terminu dostawy urządzeń do 20 tygodni od daty podpisania umowy. Powyższe wynika z dostępności surowców niezbędnych do produkcji urządzeń oraz procesów logistycznych, na co bezpośredni wpływ ma konflikt zbrojny w Ukrainie.

ODPOWIEDŹ

**Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu. Środki przeznaczone na zakup powyższego urządzenia pochodzą z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej i Zamawiający zobowiązany jest do rozliczenia się z MON w określonym terminie**

PYTANIE 93

**Dotyczy części 9 i 17 - Wirówka do preparatyki krwi z chłodzeniem**

Prosimy o zaakceptowanie maksymalnego terminu dostawy urządzeń do 30 tygodni od daty podpisania umowy. Powyższe wynika z dostępności surowców niezbędnych do produkcji urządzeń oraz procesów logistycznych, na co bezpośredni wpływ ma konflikt zbrojny w Ukrainie.

ODPOWIEDŹ

**Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu. Środki przeznaczone na zakup powyższego urządzenia pochodzą z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej i Zamawiający zobowiązany jest do rozliczenia się z MON w określonym terminie**  
PYTANIE 94

**Dotyczy części 25 - Zamrażarka do szokowego mrożenia osocza**

Prosimy o zaakceptowanie maksymalnego terminu dostawy urządzeń do 20 tygodni od daty podpisania umowy. Powyższe wynika z dostępności surowców niezbędnych do produkcji urządzeń oraz procesów logistycznych, na co bezpośredni wpływ ma konflikt zbrojny w Ukrainie.

ODPOWIEDŹ

**Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu. Środki przeznaczone na zakup powyższego urządzenia pochodzą z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej i Zamawiający zobowiązany jest do rozliczenia się z MON w określonym terminie**

1. Treść ust. 1 w rozdziale XI SWZ otrzymuje następujące brzmienie:  
„1. Wykonawca jest związany ofertą przez 90 dni tj od dnia 14 lipca 2022r.
2. Treść ust.14 w rozdziale XII SWZ otrzymuje następujące brzmienie:  
„13. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/wckik/proceedings> na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia **14 lipca.2022 roku** do godziny **09:00.**”
3. Treść ust. 21 w rozdziale XII SWZ otrzymuje następujące brzmienie:  
„18. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **14 lipca.2022** roku, po godzinie **09:05.**

**Kierownik Zamawiającego**

**Z up.**