



Rybnik, dnia 19 października 2023 r.

**Do wszystkich Wykonawców**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na Dostawę mebli w ramach projektu „DIALOG” etap I.

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ NR 1

Dyrektor Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOK w Rybniku, działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j.) zwaną dalej Ustawą Pzp, wyjaśnia co następuje:

#### **Pytanie 1**

„Dzien Dobry Pytania do części 3

Czy dostawa obejmuje wniesienie? Jeśli tak to na jakie kondygnacje? czy jest winda ?C Czy jest Winda? Pozdrawiam”

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający zawarł warunki dostawy w projekcie umowy m.in. dostarczenie mebli we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniach. Dostawa przedmiotu zamówienia zaplanowana jest na wszystkie kondygnacje (III kondygnacje nadziemne oraz piwnica). Zamawiający jest w trakcie budowy windy i nie gwarantuje jej ukończenia i oddania do użytku przed dniem dostawy.

#### **Pytanie 2**

Dzień dobry Kieruję zapytanie do pozycji 17 Sofy z ekoskóry 3+2 (komplet). Zamawiający w OPZ zawarł zapis : kolor do wyboru przez zamawiającego min. FF SOFA- 3 osobowa Wymiary: - szerokość: 180 cm+/-10 cm - głębokość: 60 cm +/- 5cm - wysokość: 85 cm +/- 5cm SOFA – 2 osobowa Wymiary: -szerokość: 130 cm +/-10 cm - głębokość: 60 cm +/- 5cm - wysokość: 85 cm +/- 5c Na rynku nie istnieje produkt który spełniałby w pełni zawarty OPZ. Jeśli Zamawiający oczekuje możliwości wyboru z palety FF i jednocześnie aby sofy były od jednego kompletu w tapicerce ekoskóra, bardzo proszę o dopuszczenie sof o wymiarach jak poniżej z jednoczesną zgodnością co do wyboru bogatej bazy kolorystycznej tapicerki ekoskóra . Wymiary sofy STUDIO

3-osobowej: - Wysokość całkowita: 700 mm, - Wysokość siedziska: 440 mm, - Szerokość całkowita: 1900 mm, - Głębokość całkowita: 750 mm Wymiary sofy STUDIO 2-osobowej:  
- Wysokość całkowita: 700 mm, - Wysokość siedziska: 440 mm, - Szerokość całkowita: 1300 mm, - Głębokość całkowita: 750 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaproponowane wyżej wymiary komplety 3+2. W pozostałym zakresie podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 3**

Zapytanie do pozycji 5,6 lodówka do zabudowy do przechowywania leków i szczepionek. Zamawiający zawarł zapis pojemność chłodziarki min 95 l min 3 regulowane półki, min. zakres temp. min +2o do +8o pojemność zamrażarki min.15 l automatyczne odszraniane chłodziarki Na rynku nie istnieje produkt który będzie spełniał cały zakres zawarty w OPZ. Lodówki przeznaczone na leki i szczepionki nie mają wbudowanych zamrażarek . Proszę o wykreślenie błędnej informacji o zamrażarce przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie z OPZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga aby lodówka do przechowywania leków i szczepionek, była lodówką medyczną w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych.

**Pytanie 4**

Dzień Dobry, proszę o informację czy wymiar pojedynczej szafki z pozycji nr 3 część 3 postępowania to 40x50x180 cm? Takich szafek ma być 40 sztuk? Na zdjęciu jest szafka podwójna. Czy Inwestor dopuszcza, że wszystkie szafki będą podwójne - czyli 20 podwójnych szafek? Czy Inwestor dopuszcza, że wszystkie szafki będą otwierane na jedną stronę?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, iż wymiar pojedynczej szafki z pozycji 3 w części 3 to min.40x50x180cm - 40 sztuk zgodnie ze zwymiarowanym poniżej zdjęciem (przedzielonych w środku przegródką). Każda z szafek otwierana osobno w lewo bądź prawo (ilość do ustalenia na etapie realizacji). W pozostałym zakresie Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 5**

czy regał z pozycji 1 część 3 postępowania może mieć półki z płyty HDF?

**Odpowiedź:**

Zamawiający w części 3 - pozycja 1 (regał metalowy) nie dopuszcza półki z płyty HDF.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SWZ

Pozostałe zapisy bez zmian

W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert:

- nowy termin składania ofert: **26.10.2023 r. do godziny 09:30.**

Wobec powyższego Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ, w pkt.: 14.5 i 14.6 SWZ:

Jest:

14.5. Termin składania ofert: **23.10.2023 r. do godziny 09:30.**

14.6. Termin otwarcia ofert: **23.10.2023 r. o godzinie 10:00.**

Po zmianie:

14.5. Termin składania ofert: **26.10.2023 r. do godziny 09:30.**

14.6. Termin otwarcia ofert: **26.10.2023 r. o godzinie 10:00.**

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SWZ.

Dyrektor Szpitala

Joachim Foltys

(podpis i pieczęć Dyrektora/osoby upoważnionej)