



Wrocław, 3 kwietnia 2019r.

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny  
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**  
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

### **WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych, soczewek, preparatów, wiskoelastyków, sprzętu medycznego dla Klinicznego Oddziału Okulistyki” - znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.13.2019

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) dalej Pzp informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dalej SIWZ w ww. postępowaniu przetargowym:

#### **Pytanie nr 1 (dot. pakietu nr 9 poz. 4, 6, 8, 9, 11):**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Zadania nr 9 pozycji nr 4, 6, 8, 9, 11 co pozwoli innym wykonawcą na złożenie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź na pytanie nr 1: Zapisy SIWZ bez zmian.**

#### **Pytanie nr 2 (dot. pakietu nr 2 poz. 3):**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu utworzenia depozytu w Pakiecie nr 2 Pozycja nr 3 (soczewki toryczna) z uwagi na fakt, że są to soczewki wszczepiane w planowanych zabiegach, gdzie należy najpierw indywidualnie ustalić dla danego pacjenta oprócz mocy sferycznej również moc cylindra?

**Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w załączniku nr 3 wzór umowy w obrębie §1 ust. 3 i 4 i otrzymują one brzmienie:**

„3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar określony w pakietach nr:

- *pakiet 1 poz. 1-22, pakiet nr 2 poz. 3, pakiet 3-4, pakiet 5 poz. 1-4, pakiet 6, pakiet 7 poz. 1-7, pakiet 8 poz. 1, pakiet 9, pakiet 10 poz. 1-7, 47-48, pakiet 11 poz. 1-8, 10-13, pakiet 12-13, pakiet 15 do lokalizacji: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z SP ZOZ, Apteka Zakładowa, ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław;*
- *pakiet 8 poz. 2, pakiet 10 poz. 8-46, pakiet 11 poz. 9 do lokalizacji: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z SP ZOZ, Sekcja Sprzętu Medycznego, ul. Weigla 5 50-981 Wrocław (na podstawie załącznika A do wzoru umowy): Protokół instalacji i przekazania /protokół zdawczo – odbiorczy);*

własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie ..... dni (*min. 1 dzień, max 3 dni - zgodnie ze złożoną ofertą*) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer....., potwierdzonego faxem na numer .....

„4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą dostawą w terminie .....dni (min. 1 dzień – max. 3 dni) od daty otrzymania zamówienia pełny komplet: towaru określonego w pakiecie nr: pakiet 1 poz. 23, **pakiet 2 poz. 1-2**, pakiet 5 poz. 5, pakiet 7 poz. 8-12, pakiet 8 poz. 3-6, pakiet 14 (rozmiary i ilości zostaną podane w protokole przekazania sprzętu medycznego – załącznik B do wzoru umowy), określone w §9 umowy, które będą fakturowane dopiero po przeprowadzeniu wszczepu. Osobami upoważnionymi do odbioru są: Pielęgniarka Bloku Operacyjnego Klinicznego Oddziału Okulistyki tel. 261 660 350 oraz wyznaczony pracownik Wydziału Zaopatrzenia Medycznego tel. 261 660 463.

Towar dostarczony zgodnie z niniejszym ust. 4. Pozostaje własnością Wykonawcy do momentu pobrania ich przez Zamawiającego z miejsca przechowywania.”

**Pytanie nr 3 (dot. pakietu nr 2 poz. 1 – 3):**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 2 pozycja 1 do 3 również soczewek o terminie ważności 12 miesięcy?

**Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 4 (dot. pakietu nr 9 poz. 4):**

Czy zamawiający dopuści również metylocelulozę o pojemności 2,5 ml, lepkość 4000mPas, osmolarność 265-300 mOsmol/l ?

**Odpowiedź na pytanie nr 4: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 5 (dot. pakietu nr 9 poz. 6):**

Czy zamawiający dopuści również dekalinę o parametrach wymienionych poniżej: Fluorowany w 100% perfluorokarbon dziesięciowęglowy Objętość: fiolka 7ml Opakowanie zawiera strzykawkę i sterylną kaniulę 20G Lepkość (25 st. C) 0,8mPas Gęstość (25 st. C) 1,93 g/cm sześcienny. Wskaźnik refrakcji: 1,31 (20 st. C). Temperatura wrzenia 141 st. C. Naprężenie powierzchniowe (37 st. C) 8,8 mBar.

**Odpowiedź na pytanie nr 5: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 6 (dot. pakietu nr 9 poz. 8):**

Czy zamawiający dopuści również olej silikonowy o parametrach wymienionych poniżej: Olej silikonowy, jałowy, apirogeny w gotowych do użycia szklanych strzykawkach, objętość: 10ml Lepkość (25 st. C) 1000-1500 mPas, Gęstość (22 st. C) 0,98 g/cm sześcienny. Wskaźnik refrakcji (20 st. C): 1,4 Oporność objętościowa: 1014 omów/cm kwadratowy, olej musi charakteryzować się bardzo wysoką czystością zapewniającą bezpieczną efektywną stabilną i trwałą tamponadę?

**Odpowiedź na pytanie nr 6: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 7 (dot. pakietu nr 9 poz. 9):**

Czy zamawiający dopuści również olej silikonowy o parametrach wymienionych poniżej: Olej silikonowy, jałowy, apirogeny w gotowych do użycia szklanych strzykawkach, objętość: 10ml Lepkość (25 st. C) 5000-5900mPas, Gęstość (22 st. C) 0,98 g/cm sześcienny, wskaźnik refrakcji (20 st. C): 1,4, Oporność objętościowa: 1014 omów/cm kwadratowy, olej musi charakteryzować się bardzo wysoką czystością zapewniającą bezpieczną efektywną stabilną i trwałą tamponadę?

**Odpowiedź na pytanie nr 7: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).**