

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 144.000 euro**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej zwanej „Pzp”.

Nazwa nadana zamówieniu:

„DOSTAWA ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU PCR REAL - TIME”

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZP-19-131BN

Tryb postępowania - przetarg nieograniczony (art. 10 ust.1 oraz art.39-46 Prawa zamówień publicznych).

Nazwa i adres zamawiającego :

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 KATOWICE ul. Francuska 20/24
Dni pracy Zamawiającego: od pn do pt
Godziny pracy Zamawiającego: od 7:00 do 14:35
Internet:
www.spskm.katowice.pl
<https://platformazakupowa.pl/pn/spskm.katowice>

Kody klasyfikacji CPV:
33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
38434570-2 - Analizatory hematologiczne

Treść SIWZ z załącznikami zatwierdzam :

*Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Motek*

07.11.2019 r.

I) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1) Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników do badań diagnostycznych, materiałów zużywalnych oraz dzierżawa aparatu PCR Real Time.

Szczegółowe parametry w zakresie przedmiotu zamówienia (ilości, parametry) określone są w Załącznikach nr 1, 1A, 1B do SIWZ.

- 2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
3) Brak jakiegokolwiek wypełnienia/uzupełnienia pozycji w Formularzu asortymentowo-cenowym lub oferowanie asortymentu, który nie spełnia wymaganych parametrów lub brak informacji określonych w poszczególnych kolumnach formularzy cenowych będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
4) Oferowana ilość opakowań pomnożona przez oferowaną ilość oznaczeń w opakowaniu musi odpowiadać bez reszty zamawianej ilości oznaczeń.

II) USTALENIA OGÓLNE

- 1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
3) **Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp** Zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. **Zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp** Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń (termin nie dotyczy oświadczenia JEDZ) i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia.
4) **Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:**
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowice ul. Francuska 20/24;
 - W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych panią Marią Gućwa - Rosik przez adres mailowy: iod@spskm.katowice.pl oraz pod adresem korespondencyjnym: Inspektor Danych Osobowych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowice ul. Francuska 20/24;
 - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „**Dostawę odczynników oraz dzierżawę aparatu PCR Real Time ZP-19-131BN**” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
 - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych¹;

¹ **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO²;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

III) USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1) Wykonawca gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 175 z późn. zm.) – z wyłączeniem poz. 7 oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.
- 2) Termin ważności przedmiotu zamówienia w momencie dostawy musi wynosić: **min. 12 miesięcy.**
- 3) W przypadku niskiego wykorzystania ilościowego przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu obowiązywania umowy maksymalnie o 6 miesięcy - podstawa prawna art. 144 ust. 5 Pzp.

IV) USTALENIA ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA. - DOSTAWY

- 1) Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała częściowo na podstawie pisemnych zamówień zamawiającego w ilościach wskazanych w zamówieniu i w terminach określonych w projekcie umowy.
- 2) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko do Magazynu Medycznego.
- 3) Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi w terminie 60 dni licząc od dnia dostarczenia faktury.
- 4) Zamawiający zastrzega, że dostawy mogą odbywać się w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. 7:00 do godz. 14:00 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
- 5) Wszelkie koszty związane z dostawami ponosi Wykonawca.
- 6) Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienia objęte niniejszą umową w cenach i na warunkach określonych w niniejszej umowie.
- 7) Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy lub producenta nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw.
- 8) Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad.

V) TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie w okresie: **12 miesięcy**

VI) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA.

- 1) **O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:**
 1. nie podlegają wykluczeniu;
 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
 3. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
- 2) **Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.**
 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

² **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznej umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie wymogu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia, powinno zostać wykazane przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Zamawiający na podstawie dokumentów i oświadczeń wymaganych w przedmiotowym postępowaniu oceni, czy brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych wymagań zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia.

VII) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia Zamawiający żąda od Wykonawcy:

- 1.1. **oświadczenia wykonawcy** w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wstępnie potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - **Załącznik nr 3** do SIWZ.
- 1.2. **oświadczenia wykonawcy** o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, **w terminie 3 dni** od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie i ceny, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. **Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.**

2) Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty.

- 2.1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. **Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.**
- 2.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w **Rozdziale VII pkt 1) ppkt 1.1 oraz pkt 1 ppkt 1.2** składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
- 2.3. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700).
- 2.4. Jeżeli oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
- 2.5. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. dotyczące wykonawcy składane są w oryginale.

- 2.6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
- 2.7. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
- 2.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 2.9. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
- 2.10. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.
- 2.11. Jeżeli oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
- 2.12. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

3) Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

3.1. W celu potwierdzenia, że oferowane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego na wezwanie będzie żądał dostarczenia:

- a) Formularza Zgłoszenia lub Powiadomienia do Rejestru Wyrobów Medycznych potwierdzający, że oferowany przedmiot zamówienia sklasyfikowany jest jako wyrób medyczny i jest dopuszczony do obrotu i używania w służbie zdrowia na terenie kraju zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (t.j.: Dz. U. 2019 poz. 175) - z wyłączeniem poz. 7;
- b) Deklaracji zgodności CE dla oferowanego przedmiotu zamówienia w języku polskim - z wyłączeniem poz. 7;
- c) Metodyki dla oferowanego przedmiotu zamówienia, a w przypadku jej braku opisu produktu lub ulotki w języku polskim.- dot. wszystkich pozycji;
- d) Aktualnych karty charakterystyki odczynników, a w przypadku braku karty charakterystyki oświadczenia, że oferowany odczynnik nie zawiera substancji niebezpiecznych.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentów wymienionych w punkcie lit. c oraz lit. d na płycie CD wraz z stosownym oświadczeniem potwierdzającym ich zgodność z oryginałem.

3.2. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia (APARAT/ANALIZATOR) odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego na wezwanie będzie żądał dostarczenia:

- a) Certyfikat CE IVD dla oferowanego analizatora
- b) Katalog lub opis techniczno-eksploatacyjny w języku polskim. Treść dołączonego do oferty katalogu lub opisu techniczno-eksploatacyjnego musi potwierdzać wszystkie **wymagane** w SIWZ parametry wskazane w Załącznik nr 1 B do SIWZ. Brak potwierdzenia w dostarczonych dokumentach wymaganego parametru będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
Dopiski, uzupełnienia odręczne w katalogu/opisie techniczno - eksploatacyjnym h nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego przy ocenie oferty.
- c) Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim.

4) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia postępowania, które należy złożyć wraz z ofertą za pośrednictwem platformy zakupowej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- 4.1. **Pełnomocnictwo** - wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu wykonawcy pełnomocnik. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do

oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- 4.2. **W przypadku zaofiarowania przedmiotu zamówienia o parametrach dodatkowo punktowanych do oferty należy dołączyć:**

Dzierżawa aparatu PCR REAL TIME - dokumenty: opis lub instrukcja lub katalog lub folder potwierdzająca parametry w zakresie:

- źródła wzbudzenia
- sposobu umieszczania próbek
- systemu chłodzenia
- analizy danych

Nie dostarczenie wraz z ofertą wymaganych dokumentów z treści którego będzie jednoznacznie wynikało, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia kryterium dodatkowe (JAKOŚĆ), będzie skutkowało nie przyznaniem dodatkowych punktów.

VIII) OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- 1) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. **Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.**
- 2) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.
- 3) **Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.**
- 4) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
- 5) Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
- 6) Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
- 7) Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.
- 8) Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
- 9) Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.
- 10) Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
- 11) Zaleca się, aby wykonawca zbroszuował ofertę oraz ponumerował jej strony.
- 12) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
- 13) Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie:

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na:
**„DOSTAWA ODCZYNNIKÓW
 WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU PCR REAL - TIME ”**
 Oznaczenie sprawy: ZP-19-131BN

- 14) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
- 15) W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na:
**„DOSTAWA ODCZYNNIKÓW
 WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU PCR REAL - TIME ”**
 Oznaczenie sprawy: ZP-19-131BN

- 16) Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.
- 17) W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na:
**„DOSTAWA ODCZYNNIKÓW
 WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU PCR REAL - TIME ”**
 Oznaczenie sprawy: ZP-19-131BN

- 18) Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy.
 19) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. **Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie.**

IX) INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

- 1) W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2188), osobiście, za pośrednictwem postańca, faksu – ten rodzaj komunikacji nie dotyczy wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 123).
 2) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania - ten rodzaj komunikacji nie dotyczy wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ za pośrednictwem platformy zakupowej umieszczonej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/spskm.katowice>
 Treść pytań (bez ujawnienia źródła) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu zmiany SIWZ, zamawiający przekazuje Wykonawcom za pośrednictwem platformy zakupowej.

W TREŚCI PRZESŁANEJ WIADOMOŚCI NALEŻY WSKAZAĆ OZNACZENIE I NAZWĘ POSTĘPOWANIA, KTÓREGO DOTYCZY ORAZ NAZWĘ WYKONAWCY ALBO DOWOLNE OZNACZENIE POZWALAJĄCE NA IDENTYFIKACJĘ WYKONAWCY.

Termin na zadawanie pytań upływa w dniu **13.11.2019 r.**

- 3) Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem telefonu.

X) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w postępowaniu.

XI) TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- 1) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
 3) Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.

XII) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- 1) Miejsce i termin składania ofert:
 a) miejsce składania ofert: SPSKM -

Dział Zamówień Publicznych i Umów, pok. Nr 2

- b) termin składania ofert: do dnia **19.11.2019 r.** do godz. 09:00
- 2) **Miejsce i termin otwarcia ofert:**
- a) miejsce otwarcia ofert: SPSKM - Dział Zamówień Publicznych i Umów, pok. Nr 2
- b) termin otwarcia ofert: w dniu **19.11.2019 r.** o godz. 09:30
- 3) Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia, a wykonawca może otrzymać potwierdzenie złożenia oferty wraz z informacją o terminie jej złożenia.
Ofertę należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych i Umów w pokoju nr 2 (Budynek nr 6) w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 07:00 do 14:35. Dni pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
- 4) Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.
- 5) Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - cen zawartych w ofertach, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
- 6) Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
- 7) Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane w SIWZ lub opisane inaczej niż określił zamawiający w SIWZ.

XIII) OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- Sposobu obliczenia ceny został wskazany w Formularzach asortymentowo – cenowych stanowiących załączniki do SIWZ.
- Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2174 z późniejszymi zmianami).
- Wszystkie kwoty podawane w ofercie tj. ceny jednostkowe jak i wartość oferty winne być wyrażona w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
- Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
- Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę dostawy, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku.

XIV) OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

KRYTERIUM OCENY

Cena - 60%

Jakość - 40%

- Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za CENĘ:

$P_c = (C_{min} / C_{bo}) \times 100 \times 60\%$ gdzie:

C_{min} - cena najniższa spośród ocenianych ofert

C_{bo} - cena badanej oferty

100 - stały współczynnik

P_c - liczba punktów za cenę

2) Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za JAKOŚĆ:

Zamawiający wymaga spełnienia minimalnych wymagań określonych w SIWZ. Oceniany będzie przedmiot zamówienia posiadający *parametry dodatkowo punktowane*. Dodatkowe punkty zostaną przyznane na podstawie dołączonych do oferty dokumentów: opis lub instrukcja lub katalog lub folder.

Treść dołączonego do oferty dokumentu musi potwierdzać dodatkowo oceniany parametry określony poniżej. Brak potwierdzenia w dostarczonych dokumencie dodatkowo ocenianego parametru będzie skutkowało nie przyznaniem dodatkowych punktów - (0 pkt). Dopiski, uzupełnienia odręczne w dokumentach nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego przy ocenie ofert.

Dodatkowe punkty dla Pakiet nr 1 za kryterium JAKOŚĆ dot. dzierżawy aparatu PCR Real Time zostaną przyznane za następujące parametry:

1. Źródło wzbudzenia:

<i>Diody LED</i>	- 10 punktów
<i>Laser</i>	- 5 punktów
<i>Lampa halogenowa</i>	- 0 punktów
2. Probówki z probówkami umieszczane w rotorze lub bloku typu FAST (lub równoważny):

<i>Rotor</i>	- 10 punktów
<i>Blok typu FAST</i>	- 5 punktów
<i>Standardowy blok grzejny</i>	- 0 punktów
3. System chłodzenia:

<i>Cyrkulujące powietrze</i>	- 10 punktów
<i>System Peltiera</i>	- 5 punktów
<i>Inny</i>	- 0 punktów
4. Możliwość analizy danych przed ukończeniem reakcji:

<i>Tak</i>	- 10 punktów
<i>Nie</i>	- 0 punktów

Wykonawca za kryterium JAKOŚĆ w zakresie Pakietu nr 1 może uzyskać maksymalnie 40 pkt. Uzyskane punkty zostaną podstawione do wzoru na P_j.

$P_j = (J_{bo} / J_{max}) \times 100 \times 40\%$ gdzie:

J_{max} - największa ilość punktów za jakość spośród ocenianych ofert

J_{bo20} - ilość punktów badanej oferty

100 21- stały współczynnik

P_j - liczba punktów za jakość

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów za w/w kryteria obliczone wg wzoru:

$$P = P_c + P_j$$

P - łączna ilość punktów za wszystkie kryteria

P_c - liczba punktów za cenę

P_j - liczba punktów za jakość

XV) WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- 1) Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego 30 1130 1091 0003 9110 0620 0003 Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia

(wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego).

- 3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp:
- pieniądku,
 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - gwarancjach bankowych,
 - gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

W przypadku wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w pkt 3. lit. b) - e) SIWZ (tj. art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 Pzp) wykonawca składa oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w tych formach. Data wniesienia zabezpieczenia to data dostarczenia oryginału dokumentu do siedziby Zamawiającego.

- 4) Z zastrzeżeniem pkt 5. SIWZ, z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt.3. lit. b) - e) SIWZ musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego (beneficjenta), zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty stanowiącej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez wykonawcę (zobowiązane).
- 5) Dokument gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinien reprezentować bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego, bowiem tylko taka zabezpiecza interes Zamawiającego w sposób jednoznaczny i bez żadnych wątpliwości. Gwarancja nie może być w zakresie jej zastosowania bardziej uciążliwa dla Zamawiającego niż alternatywna forma pieniężna. Tym samym powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem, powinna być nieodwołalna i winna zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;
 - określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;
 - gwarantowaną kwotę w PLN;
 - termin ważności gwarancji
 - zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do zapłaty kwoty zabezpieczenia nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta gwarancji (Zamawiającego) zawierające oświadczenie, że kwota zabezpieczenia jest mu należna, podając przyczyny zatrzymania zabezpieczenia;
 - termin wypłaty kwoty gwarancji nie powinien przekraczać **14 dni** od dnia otrzymania wezwania do wypłaty;
 - wszelkie spory mogące wynikać z gwarancji (poręczenia) będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby beneficjenta gwarancji (Zamawiającego).
- 6) Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należyte wykonane.
- 7) Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia:
- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
 - przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
 - przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
- 8) Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 3. SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
- 9) Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, musi wynikać, że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tytule treści przelewu należy napisać : **„Zabezpieczenie „Dostawa odczynników oraz dzierzawa aparatu PCR REAL TIME nr sprawy ZP-19-131BN”** Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane usługi.

- 10) Jeżeli wykonawca wnosi zabezpieczenie w walucie obcej, kwota zabezpieczenia zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłoszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) obowiązującego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
- 11) Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formach, o których mowa w pkt 3. lit. b) - e) SIWZ (tj. art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 Pzp) i kwota zabezpieczenia zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota zabezpieczenia zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłoszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
- 12) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
- 13) W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

XVI) INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą – nie wcześniej niż 5 dni od dnia przekazania informacji o wyborze oferty faksem lub mailem – na warunkach będących istotnymi postanowieniami, a stanowiącymi wzór umowy - **Załącznik nr 5** do niniejszej specyfikacji.
2. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców – w przypadku jeżeli taka umowa nie jest dołączona do oferty.
3. Zaleca się, aby umowa konsorcjum regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w szczególności zawierała postanowienia wynikające z charakteru konsorcjum:
 - 1) określenie stron umowy z oznaczeniem lidera konsorcjum,
 - 2) cel zawarcia umowy,
 - 3) czas trwania konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi),
 - 4) zapis o solidarnej odpowiedzialności każdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego za wykonanie umowy,
 - 5) wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania przedmiotu zamówienia.
4. W przypadku nie dopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 3, będzie to uznane przez Zamawiającego za tożsame z uchylaniem się od zwracania umowy.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 Ustawy.
6. Miejsce podpisania umowy to siedziba Zamawiającego. Jeżeli przedstawiciel umocowany do podpisywania umowy nie może podpisać umowy w siedzibie Zamawiającego, to należy zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o przesłanie umowy na adres Wykonawcy.
7. **Brak zwrotu podpisanych umów w terminie do 10 dni od dnia ich otrzymania zostanie potraktowane jako uchylanie się od podpisania umowy, co upoważnia Zamawiającego do zastosowania art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.**

XVII) WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi **Załącznik do SIWZ**.

XVIII) POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

- 1) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 - 1.1. określenia warunków udziału w postępowaniu;
 - 1.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- 1.3. odrzucenia oferty odwołującego;
- 1.4. opisu przedmiotu zamówienia;
- 1.5. wyboru najkorzystniejszej oferty.
- 2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
- 3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
- 4) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
- 5) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
- 6) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
- 7) Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
- 8) Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
- 9) Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
- 10) Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
- 11) W sprawach nie uregulowanych w rozdz. XVII w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Pzp.

Nижe wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej treść:

- 1) **Załącznik nr 1 do SIWZ** - Załącznik asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia
- 2) **Załącznik nr 2 do SIWZ** - Formularz OFERTA
- 3) **Załącznik nr 3 do SIWZ** - wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wstępnie potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
- 4) **Załącznik nr 4 do SIWZ** - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp,
- 5) **Załącznik nr 5 do SIWZ** - projekt umowy

Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć wypełniony i podpisany:

- 1) **Załącznik Nr 1** - Załącznik asortymentowo-cenowy (należy dołączyć: Załącznik nr 1, 1A oraz 1B)
- 2) **Załącznik Nr 2** - Formularz OFERTA
- 3) **Załącznik Nr 3** - wzór oświadczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ
- 4) Dokumenty potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych **w kryterium JAKOŚĆ** (SIWZ - Rozdział VII pkt 4 pkt 4.2.)

W terminie 3 dni od umieszczenia na platformie zakupowej Zamawiającego protokołu z otwarcia ofert Wykonawca zobowiązany jest przestań za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającemu wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym Załącznik Nr 4.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 1 - Dostawa odczynników do badań diagnostycznych wraz z dzierżawą Aparatu PCR Real - Time

Lp.	Nazwa asortymentu	Parametry wymagane	Zamawiana ilość	Wymagana wielkość opakowania	Oferowana ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto [kol. 8 * kol.9]	Wartość podatku VAT [zł]	Wartość brutto [kol.10+kol.11]	Producent oraz numer katalogowy
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	CMV ilościowy	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompletny zestaw przeznaczony do ilościowej detekcji fragmentu DNA wirusa CMV o długości 105 bp. 2. Zawiera wszystkie odczynniki i enzymy niezbędne do ilościowego oznaczania CMV metodą qPCR. 3. Zestaw musi zawierać także drugi heterologiczny system amplifikacji służący do detekcji potencjalnej inhibicji reakcji PCR (wewnętrzna kontrola IC). 4. Zestaw musi zawierać 4 standardy umożliwiające określenie ilości wirusowego DNA w kopiach /mikrolitr. 5. Zawarta w zestawie polimeraza typu Hot Start z zablokowanym miejscem aktywnym przez chemiczną modyfikację. 6. Czułość analityczna zestawu wynosi 0,36 kopii/ul (p = 0,05). 7. Zestaw przeznaczony do diagnostyki in vitro. 8. Zestaw wystarcza na przeprowadzenie <u>96 reakcji</u>. 9. Zestaw kompatybilny z aparatem PCR Real Time 	1.728 testów	96 testów						
2.	EBV ilościowy	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zestaw zawiera wszystkie odczynniki niezbędne do ilościowego oznaczania wirusa EBV metodą qPCR. 	960 testów	96 testów						

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Mastermiks zawiera wszystkie odczynniki i enzymy potrzebne do specyficznej amplifikacji fragmentu wirusa EBV o długości 97 bp i do bezpośredniej detekcji amplikonu w kanale zielonym aparatu. 3. Zestaw musi zawierać także drugi heterologiczny system amplifikacji służący do detekcji potencjalnej inhibicji reakcji PCR (wewnętrzna kontrola IC) w kanale żółtym. 4. Polimeraza typu Hot Start z zablokowanym miejscem aktywnym poprzez modyfikację chemiczną. 5. Zestaw musi zawierać 4 standardy do sporządzenia krzywej standardowej umożliwiające określenie ilości wirusowego DNA w kopiach / mikrolitr. 6. Czułość analityczna zestawu wynosi 1,02 kopii/μl ($p = 0,05$). 7. Zestaw przeznaczony do diagnostyki in vitro. 8. Zestaw wystarcza na przeprowadzenie <u>24</u> reakcji. 9. Zestaw kompatybilny z aparatem PCR Real Time. 									
3.	HCV ilościowy	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zestaw przeznaczony do ilościowego oznaczania RNA wirusa HCV metodą RT-PCR. 2. Wykrywa genotypy 1,2,3,4,5 i 6 wirusa HCV. 3. Zawiera mastermiks gotowy do użycia, polimerazę typu HotStart, odwrotną transkryptazę, dNTP, zoptymalizowany bufor, primery i sondy. 4. Amplifikacja fragmentu wirusa HCV o długości 240 bp 5. Zakres liniowy: 65 do 1 x 10⁶ IU/ml. 6. Zestaw zawiera wewnętrzną 	672 testów	96 testów							

		<p>kontrolę dodawaną do izolacji lub reakcji oraz 4 standardy o znanym stężeniu do sporządzania krzywej standardowej.</p> <p>7. Zestaw zawiera odwrotną transkryptazę o czułości pozwalającej na wykrywanie bardzo małych ilości materiału wirusa.</p> <p>8. Czułość analityczna zestawu nie może być gorsza niż 0,19 IU/ul z $p=0,05$.</p> <p>9. Zestaw przeznaczony do diagnostyki in vitro.</p> <p>10. Zestaw wystarcza na przeprowadzenie <u>96 reakcji</u>.</p> <p>11. Zestaw kompatybilny z aparatem PCR Real Time</p>							
4.	HBV ilościowy	<p>1. Zestaw do ilościowego oznaczania DNA wirusa HBV metodą qPCR.</p> <p>2. Wykrywa genotypy 1,2,3,4,5 i 6 wirusa HBV.</p> <p>3. Mastermiks zawiera wszystkie odczynniki i enzymy potrzebne do specyficznej amplifikacji fragmentu wirusa HBV o długości 134 bp.</p> <p>4. Zestaw musi zawierać także drugi heterologiczny system amplifikacji służący do detekcji potencjalnej inhibicji reakcji PCR (wewnętrzna kontrola IC) w kanale żółtym.</p> <p>5. Polimeraza typu Hot Start z zablokowanym miejscem aktywnym poprzez modyfikację chemiczną.</p> <p>6. Zestaw musi zawierać 5 standardów do sporządzenia krzywej standardowej umożliwiających określenie ilości wirusowego DNA w kopiach / mikrolitr.</p> <p>7. Czułość analityczna zestawu nie może być gorsza niż 0,02 IU/μl ($p =$</p>	672 testów	96 testów					

		0,05). 8. Zestaw przeznaczony do diagnostyki in vitro. 9. Zestaw wystarcza na przeprowadzenie 96 reakcji. 10. Zestaw kompatybilny z aparatem PCR Real Time.								
5.	BKV ilościowy	1. Zestaw przeznaczony do wykonania ilościowej reakcji oznaczenia DNA wirusa BK w próbkach ludzkiego osocza lub moczu. 2. Zawiera wszystkie odczynniki niezbędne do ilościowego oznaczania BKV metodą qPCR. 3. W skład zestawu wchodzi odczynniki i enzymy do amplifikacji określonego obszaru genomu BKV o długości 274 bp. 4. Zestaw musi zawierać także drugi, heterologiczny system amplifikacji, służący do detekcji potencjalnej inhibicji reakcji PCR, którą wykrywa się jako kontrolę wewnętrzną (IC). 5. Zestaw musi zawierać 4 zewnętrzne kontrole dodatnie umożliwiające określenie ilości wirusowego DNA w kopiach / mikrolitr. 6. Próg detekcji dla aparatu wynosi 0,195 kopii/mikrolitr (p = 0,05). 7. Zawarta w zestawie polimeraza typu Hot Start z zablokowanym miejscem aktywnym poprzez modyfikację chemiczną. 8. Zestaw wystarcza na przeprowadzenie <u>96 reakcji</u> . 9. Zestaw przeznaczony do diagnostyki in vitro. 10. Zestaw kompatybilny z aparatem PCR Real Time	480 testów	96 testów						
6.	Zestaw do izolacji	1. Zestaw dedykowany do diagnostyki in vitro (certyfikat CE-IVD).	250 testów	50 testów						

ZP-19-131BN

	kwasów nukleinowych wirusów	2. Zestaw wystarcza na min. 50 izolacji. 3. Zestaw kompatybilny i zwalidowany z odczynnikami do amplifikacji zawartymi w pozostałych pozycjach									
7.	Materiały zużywalne	Probówki PCR o objętości 0,2 ml	6.000 sztuk	1.000 sztuk							
RAZEM:											

Zamawiający wymaga zaofiarowania wyłącznie pełnych opakowań handlowych. Oferowana ilość opakowań pomnożona przez wymaganą wielkość opakowaniu musi odpowiadać zamawianej ilości.

_____ dnia _____ 2019 r.

.....
Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy

Wymagany termin ważności przedmiotu zamówienia w momencie dostawy: min. 12 miesięcy

Oferowany termin ważności dla przedmiotu zamówienia w momencie dostawy wynosi:* miesięcy

* w przypadku nie wypełnienia oferowanego terminu ważności Zamawiający przyjmie minimalny wymagany termin ważności.

FORMULARZ CENOWY
dotyczy: dzierżawa aparatu PCR REAL TIME

Model/typ:

Lp.	Nazwa urządzenia	Producent	Cena netto za 1 miesiąc dzierżawy	Wartość netto za cały okres dzierżawy (12 miesięcy)	Wartość VAT	Wartość brutto za cały okres dzierżawy (12 miesięcy)
1						
<i>WARTOŚĆ OGÓŁEM:</i>						

_____ dnia _____ 2019 r.

.....
Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE
DLA APARATU PCR REAL TIME**

Producent:

Model/Typ:

Rok produkcji Aparatu PCR Real - Time: 2018

Wartość rynkowa Aparatu PCR Real – Time: zł brutto

Lp.	Zestawienie wymaganych parametrów
1.	Zgodność z Dyrektywą 98/79/EC dot. wyrobów medycznych, urządzenie posiada oznakowanie CE IVD
2.	Termocykler przeznaczony do ilościowej analizy stężenia DNA i RNA, oznaczania ładunku wirusów i umożliwiający analizę profilu metylacji
3.	Urządzenie multipleksowe, minimum 5 – kanałowe
4.	Nie wymagające stosowania barwnika referencyjnego
5.	System ze stałą wielkością drogi optycznej między źródłem światła i detektorem
6.	Zakres temperatur od 35°C do 99°C
7.	Jednorodność temperatury między poszczególnymi próbkami nie gorsza niż $\pm 0,02^{\circ}\text{C}$
8.	Dokładność nastaw temperatury nie gorsza niż $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
9.	Rozdzielczość pomiaru nie gorsza niż $\pm 0,02^{\circ}\text{C}$
10.	Szybkość chłodzenia $\geq 20^{\circ}\text{C/s}$
11.	Szybkość grzania $\geq 15^{\circ}\text{C/s}$
12.	Wykorzystanie wszystkich optycznych możliwości aparatu bez konieczności kalibracji przed wykonaniem oznaczenia
13.	Stacja sterująca w postaci komputera przenośnego
14.	Oprogramowanie do projektowania reakcji, detekcji i analizy amplifikacji DNA w czasie rzeczywistym umożliwiające kontrolę systemu, zbieranie i przechowywanie danych oraz analizę wyników
15.	Masa urządzenia poniżej 13 kg
16.	Dane serwisanta uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń / awarii przedmiotu zamówienia:

	<p>Osoba do kontaktu*:</p> <p>.....</p> <p>Imię i nazwisko</p> <p>Telefon:</p> <p>Mail:</p>
--	---

_____ dnia _____ 2019 r.

.....
Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy

**FORMULARZ OFERTOWY
DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO
IM. ANDRZEJA MIEŁĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
W KATOWICACH**

Nazwa wykonawcy:

Siedziba:

REGON: NIP:

Tel.:

Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym:
.....

Tel:..... e-mail:

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy:
.....

Tel:..... e-mail:

Osoba upoważniona do podpisania umowy :
.....

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie dostaw na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

Dostawy - ODCZYNNIKI

bez podatku VAT.....zł

podatek VAT%zł

z podatkiem VATzł

Słownie:zł

DZIERŻAWA APARATU:

Cena bez podatku VAT.....zł

podatek VAT%zł

Cena z podatkiem VATzł

Słownie:zł

- 1) Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
- 2) Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.
- 3) Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

ZP-19-131BN

- 4) Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: **TAK / NIE***
- 5) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym Załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- 6) Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w Rozdziale XIII pkt. 5 SIWZ: **TAK / NIE***
- W przypadku zaznaczenia odpowiedzi: TAK należy wypełnić:
powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył
- 7) Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy:

bez udziału podwykonawców / z udziałem podwykonawców *

Miejscowość dnia2019 r.

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy

* - *niepotrzebne skreślić*

** - *wypełnia wykonawca*

Zamawiający:
SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

.....

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „*Dostawa odczynników oraz dzierżawa aparatu PCR REAL TIME*” nr sprawy ZP-19-131BN prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „*Dostawa odczynników oraz dzierżawa aparatu PCR REAL TIME*” nr sprawy ZP-19-131BN” prowadzonego przez SPSKM w Katowicach.

_____ dnia _____ 2019 r.
miejsowość

Czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....
.....
.....

_____ dnia _____ 2019 r.
miejsowość

*Czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy*

Zamawiający:
 SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego
 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

.....
 (pełna nazwa/firma)

.....
 adres

.....
 NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

.....

.....
 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „*Dostawa odczynników oraz dzierżawa aparatu PCR REAL TIME*” nr sprawy ZP-19-131BN, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są „*Dostawa odczynników oraz dzierżawa aparatu PCR REAL TIME*” nr sprawy ZP-19-131BN prowadzonym przez SPSKM Katowice oświadczamy, że:

- a) nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych *,
- b) należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

_____ dnia _____ 2019 r.

 Czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
 do reprezentowania Wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić

* należy zaznaczyć właściwą odpowiedź, wykonawca, który należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

UMOWA - PROJEKT

Zawarta w dniu w Katowicach pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

z siedzibą: **40-027 Katowice ul. Francuska 20 – 24**

NIP: **954 22 70 611**

który reprezentuje:

Dyrektor - dr n. med. Włodzimierz Dziubdziała

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”

a

.....
z siedzibą:

NIP :..... REGON :.....

który reprezentuje:

1

2.....

zwanym w treści umowy „ Wykonawcą”.

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego - zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy, zgodnie z zapisami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ze złożoną ofertą w postępowaniu o zamówienie publiczne jest:
 - a) dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
 - b) dzierżawa aparatu PCR Rael Time model/typ: zwanego dalej „urządzeniem” określonym w Załącznikach nr do niniejszej umowy.
 - c) przeszkolenie wyznaczonego personelu Zamawiającego w zakresie obsługi dzierżawionego urządzenia w siedzibie Zamawiającego na koszt Wykonawcy w terminie 3 dni robocze od daty zainstalowania aparatu.
 - d) przeprowadzanie konserwacji i napraw urządzenia w terminach uzgodnionych przez Strony. W ramach serwisu wymagana jest fizyczna obecność serwisanta w przypadku awarii lub innej sytuacji wymagającej usług serwisowych w terminie do 24 godzin od zgłoszenia awarii w dni robocze (przyjazd Inżyniera Serwisowego w przypadku awarii w ciągu 24 godzin w dni robocze, z jednoczesną możliwością kontaktu telefonicznego zarówno w dni wolne jak i święta).
2. Wykonawca zapewnia opiekę merytoryczną i aplikacyjną przez cały okres dzierżawy. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za konserwację, serwis i naprawy urządzenia wchodzi w skład ceny dzierżawy.
3. Przedmiot umowy określony w § 1 pkt.1 litera b), będzie dostarczony do siedziby Zamawiającego transportem Wykonawcy, na jego koszt i odpowiedzialność, w terminie **do 14 dni** od daty podpisania umowy. Za dzień dostarczenia uważa się dzień, w którym zostanie podpisany protokół odbioru urządzeń przez obie Strony.
4. Protokół odbioru zostanie podpisany po zainstalowaniu, uruchomieniu i sprawdzeniu przez Zamawiającego czy dostarczone urządzenia są wolne od wad. Przez wadę rozumie się każdą niezgodność z opisem zawartym w SIWZ i ofertą Wykonawcy.
5. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z wyznaczonego terminu, będzie to traktowane, jako odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy.
6. Osobą upoważnioną w imieniu Zamawiającego do podpisania protokołu odbioru jest Kierownik Laboratorium lub osoba przez niego wskazana.
7. Zamawiający wymaga, aby dokumentacja urządzeń oraz wszelkie instrukcje, aplikacje oraz opisy parametrów technicznych Wykonawca dostarczył w języku polskim.
8. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy tj.: **od r. dor.**
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania dostaw w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. Minimalna ilość przedmiotu umowy, jaką zamawiający powinien zamówić w toku realizacji umowy wynosi w zakresie rzeczowym i ilościowym - 60% ilości przedmiotu zamówionego określonego w SIWZ.

§ 2 Dostawa

1. Przedmiotem dostawy są odczynniki laboratoryjne oraz materiały zużywalne wyszczególnione w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Łączna wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 pkt 1 ppkt a) wynosi netto zł plus należny podatek VAT tj. Razem:zł brutto (słownie:).
3. Ceny jednostkowe przedmiotu umowy określa oferta Wykonawcy.
4. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w ilościach wskazanych w zamówieniu w terminie do 14 dni od daty otrzymania zamówienia.
Strony ustalają, iż dostawa następować będzie na podstawie pisemnych zamówień składanych przez Zamawiającego za pośrednictwem e-maila lub faksu, szczegółowo określających ilości towaru.
Zamawiający zastrzega, że dostawy wraz z wniesieniem do magazynu mogą odbywać się w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. 7:00 do godz. 14:00. w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 175 z późn. zm.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie - nie dotyczy poz. 7.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania Zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępniem od umowy nawet w części. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie.
7. W przypadku dostarczenia przedmiotu zamówienia, z wadami, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany ich na wolne od wad na własny koszt, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
8. W przypadku stwierdzenia błędnego (mniejszego) oszacowania przez Wykonawcę oferowanych ilości odczynników i materiałów kontrolnych w stosunku do ilości badań podanych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia braków na własny koszt w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.
9. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienia objęte niniejszą umową w cenach i na warunkach określonych w niniejszej umowie.
10. Przedmiot umowy powinien być przez Wykonawcę opakowany w sposób zapobiegający jego przypadkowemu uszkodzeniu i oznakowany w sposób niebudzący wątpliwości, co do tożsamości przedmiotu dostawy.
11. Za dostarczone odczynniki i materiały zużywalne Wykonawca wystawi fakturę VAT. Zamawiający dopuszcza dostarczenie faktury VAT oddzielnie do siedziby Zamawiającego, niezwłocznie po dostawie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ustrukturyzowanych faktur drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 09 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Wykonawcy uprawnieni są do składania faktur za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania na stronie: <https://efaktura.gov.pl>
12. Faktura VAT będzie uregulowana przez Zamawiającego w terminie do 60 dni od daty jej otrzymania.
13. Za dzień płatności strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
14. Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w przypadku:
 - a) zmiany numeru katalogowego, w sytuacji, gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez producenta zmodyfikowany, udoskonalony produkt;
 - b) zmianę nazwy handlowej produktu przy zachowaniu jego parametrów;
 - c) zmianę sposobu konfekcjonowania;
 - d) zakończenia produkcji, wycofania z rynku lub czasowej niedostępność na rynku przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy - w takim przypadku dopuszcza się zmianę na inny nowy produkt pod warunkiem, że będzie miał takie same lub lepsze parametry w porównaniu z określonymi w SIWZ.
Aby wprowadzić taką zmianę umowy Wykonawca musi stosownymi dokumentami udowodnić Zamawiającemu zaistnienie wszystkich powyżej określonych przestanków tj. że proponowany nowy produkt jest zgodny z SIWZ oraz że brak produktu umowy nie wynika z winy Wykonawcy.
Powyższe zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem wartości umowy, podwyższeniem cen jednostkowych i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. Obniżenie cen jednostkowych i wartości umowy jest dopuszczalne;
 - e) niskiego wykorzystania ilościowego przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu obowiązywania umowy maksymalnie o 6 miesięcy - podstawa prawna art. 144 ust. 5 Pzp.
15. Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu umowy w zakresie dostaw:
.....
tel...../fax.....

e-mail.....

Zmiana osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu umowy wymaga pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę i nie powoduje konieczności zmiany niniejszej umowy w drodze aneksu.

§ 3

Dzierżawa

1. Przedmiotem dzierżawy jest urządzenie o parametrach zgodnych z Załącznikiem nr do niniejszej umowy.
2. Łączna wartość przedmiotu umowy (dzierżawy) określonej w § 1 pkt 1 ppkt b) wynosi netto zł plus należny podatek VAT tj. Razem:zł brutto (słownie:).
3. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem aparatu PCR REAL - TIME i wdzierżawia je Zamawiającemu w okresie 12 miesięcy tj.: **od** r. **do**r.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne urządzenia, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności.
5. Na czas wystąpienia awarii urządzenia powyżej dwóch dni Wykonawca zapewni kompleksowe wykonanie zleconych badań, których nie można było wykonać w laboratorium Zamawiającego z powodu awarii.
6. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zwolni Zamawiającego od ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszeń określonych w pkt. 4.
7. Zamawiający oświadcza, że będzie użytkował przedmiot dzierżawy z należytą starannością w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu.
8. Zamawiający nie może dokonywać przemieszczeń dzierżawionego urządzenia poza pomieszczenia laboratorium, bez pisemnej zgody Wykonawcy.
9. Zamawiający nie ma prawa oddawania dzierżawionego urządzenia we władanie osobom trzecim.
10. Zamawiający ma obowiązek ubezpieczyć dzierżawione urządzenie od kradzieży i zdarzeń losowych na własny koszt.
11. Czynsz dzierżawny płatny będzie na podstawie comiesięcznej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w wysokości zgodnej z treścią oferty Wykonawcy, tj. w wysokości zł brutto, w tym VAT:
12. Faktura VAT będzie uregulowana przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty jej otrzymania. Za dzień płatności strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
13. Zamawiający dopuszcza składanie ustrukturyzowanych faktur drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 09 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Wykonawcy uprawnieni są do składania faktur za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania na stronie: <https://efaktura.gov.pl>
14. Po terminie związania umową Wykonawca odbierze urządzenie za protokołem zdawczo-odbiorczym, na własny koszt.
15. Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym ponad zwykłe zużycie.
16. Wcześniejsze wyczerpanie ilości dostawy określonej w § 2 Dostawy pkt 1 umowy powoduje automatyczne rozwiązanie niniejszej umowy, a strony rozliczają się według stanu na dzień zakończenia umowy.
17. Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu umowy w zakresie dzierżawy:
.....
tel...../fax.....,
e-mail.....

§ 4

Kary umowne i odsetki

1. W przypadku braku realizacji w całości lub części zamówienia w zakresie dostaw odczynników, materiałów zużywalnych przez Wykonawcę, powstania opóźnienia w realizacji zamówienia bądź nie wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminach określonych § 2 pkt 4 i 7 niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 1% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy - za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku braku realizacji zamówienia w zakresie dzierżawy urządzenia lub powstania opóźnień powstałych w terminach określonych w § 1 pkt 1 lit. c, lit. d oraz § 1 pkt 3 niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 100 zł - za każdy dzień opóźnienia.
3. W przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy określonego w § 2 pkt. 2.

4. W przypadku braku zapewnienia przez Wykonawcę ciągłości badań w wyniku zaistnienia okoliczności o których mowa w § 1 pkt 3 oraz § 3 pkt 5 Zamawiający w celu utrzymania ciągłości działalności zastrzega sobie prawo wykonania badań w innym laboratorium z żądaniem zapłaty za wykonanie świadczenia, zachowując prawo do roszczenia o naprawienia szkody wynikającej z opóźnienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartości wskazanych wyżej kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
6. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji którejkolwiek z dostaw częściowych Zamawiający w celu utrzymania ciągłości działalności zastrzega sobie prawo zakupu zamówionych produktów u innego sprzedawcy z żądaniem zapłaty różnicy w cenie jeśli nastąpiła, zachowując prawo do roszczenia o naprawienia szkody wynikającej z opóźnienia.
7. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji którejkolwiek z dostaw częściowych Zamawiający w celu utrzymania ciągłości działalności zastrzega sobie prawo zakupu zamówionych produktów u innego sprzedawcy z żądaniem zapłaty różnicy w cenie jeśli nastąpiła, zachowując prawo do roszczenia o naprawienia szkody wynikającej z opóźnienia.
8. W przypadku opóźnienia w terminie płatności Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych.
9. Kary umowne naliczone zgodnie z punktem 1 niniejszego paragrafu nie mogą przekroczyć łącznie 20% wartości brutto przedmiotu umowy.

§ 5

Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania.
3. Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia i naliczyć karę umowną określoną w § 4 pkt. 1 niniejszej umowy w przypadku naruszenia istotnych postanowień umowy, w szczególności: trzykrotnego niedostarczenia przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie podanym w § 2 pkt 4 niniejszej umowy bądź trzykrotnego niewykonania bądź nieterminowego wykonania obowiązków określonych w § 2 pkt 7 i 8.

§ 6

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej za dostawę i dzierżawę podanej w ofercie obejmującej okres wykonywania umowy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokościzł Wykonawca wniósł w dniu w formie
3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należyte wykonane. (Jeśli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy).

§ 7

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
2. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, jak również wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające z wykonania przedmiotu umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Jakkolwiek czynność prawna Wykonawcy, mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, z uwzględnieniem postanowień art. 54 ust. 5 ustawy dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, pod rygorem nieważności.
4. W przypadku zaistnienia sporów, Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego ich rozstrzygnięcia, na drodze negocjacji. Jeżeli po 30 dniach od rozpoczęcia negocjacji, Strony nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1010 z późn. zm.), jak również zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy

z dnia 10 Maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1781 z późn. zm.), ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 742 z późn. zm.), w tym w szczególności do:

- a) ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustaw,
 - b) przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie,
 - c) zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy
 - d) zwrotu wszelkich zawierających dane osobowe nośników danych przekazanych przez Zamawiającego oraz trwałego zniszczenia wszystkich ich kopii,
 - e) niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych.
6. Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust.1 obowiązuje Wykonawcę także po rozwiązaniu umowy.
 7. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powoduje odpowiedzialność Wykonawcy za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu (na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego) oraz stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
 8. Serwis urządzeń w czasie obowiązywania umowy może być również realizowany zdalnie poprzez bezpieczne połączenie VPN w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu, przeprowadzenia obowiązkowych aktualizacji, udzielania szybkiej pomocy merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego. Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych Osobowych.
 9. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem jednego egzemplarza dla Wykonawcy i trzech dla Zamawiającego.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY