



Grudziądz, dnia 16.01.2024 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy asortymentu medycznego wielorazowego użytku na okres 24 miesięcy (znak sprawy: Z/100/PN/23).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 135 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605 ze zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na *dostawy asortymentu medycznego na okres 24 miesięcy (znak sprawy: Z/100/PN/23)*, wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zapytanie 1:

*Zadanie 5: Dostawa kabli do defibrylatorów Lifepak - Załącznik nr 2 do SWZ
ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ CENOWY*

Ad 1,2. Czy Zamawiający, będzie wymagał, by zaoferowane akcesoria były w pełni kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodnie z instrukcją obsługi i zaleceniami producenta Producent defibrylatorów LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub nieskuteczność terapii wynikające z użycia akcesoriów niewymienionych w CE lub instrukcji obsługi defibrylatora.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie do osobnych pozycji kabli do monitorowania EKG:

Pkt 1. Kabel monitorujący EKG, 5-odprowadzeniowy kabel do EKG w pełni kompatybilny z Physio-Control/Stryker:

LIFEPAK 12, Physio-Control/Stryker;

LIFEPAK 20, Physio-Control/Stryker;

LIFEPAK 20e, Physio-Control/Stryker

Pkt 2. Kabel monitorujący EKG, kabel główny do 12-odprowadzeniowego EKG z 4-odprowadzeniową wiązką odprowadzeń kończynowych, kabel do 12-odprowadzeniowego EKG z 6-odprowadzeniową wiązką odprowadzeń przedsercowych w pełni kompatybilny z Physio Control/Stryker:

LIFEPAK 15, Physio-Control/Stryker

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie powyższego asortymentu medycznego wielorazowego użytku do osobnych pozycji wynikającymi z odmiennych podłączeń do poszczególnych modeli defibrylatorów LIFEPAK.

Zwracamy się również z prośbą o określenie ilości wskazanego powyżej asortymentu medycznego wielorazowego użytku stosowanego w poszczególnych modelach defibrylatorów LIFEPAK.





Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości kable do monitorowania EKG oraz przewody NIBP spiralne, rok produkcji co najmniej 2022 r., akcesoria są pełnowartościowe, nie powystawowe, gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych nakładów ponoszonych ze strony Zamawiającego?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji Załącznika nr 2 do SWZ w powyższym zakresie jak poniżej.

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 137 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **asortymentu medycznego wielorazowego użytku na okres 24 miesięcy (znak sprawy: Z/100/PN/23), w następującym zakresie:**

- w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – wykreśla się treść Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 5 zastępując nową treścią Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 5 jak w załączeniu.

