

Projekt „BRaIn – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji” (RPLD.01.01.00-10-0003/17)  
współfinansowany przez Unię Europejską,  
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  
Łódzkiego na lata 2014-2020

Wykonawcy postępowania  
ZP/84/2021

Łódź, dn. 30.09.2021 r.

**Dot.: udzielenia odpowiedzi na pytania zadane w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa aparatury w ramach realizacji projektu „BRaIn – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji” – ZP/84/2021.**

**Działając w oparciu o art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawa zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień w zakresie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania:**

### **Dotyczy wzoru umowy**

#### **Pytanie 1:**

**Dotyczy wzoru umowy, § 1, ustęp 3, podpunkt k, pozycja - Zestaw do ilościowej analizy PCR IVD-1 szt pakiet II.**

zamawiający zapisał:

„k) oprogramowanie nie może uniemożliwiać pracy urządzenia z powodu przeterminowania ważności przeglądów, kalibracji itp.;"

Zwracamy się z ponowną prośbą o pochylenie się nad naszym pytaniem dotyczącym real time pcr. Zamawiający wyspecyfikował aparat, który posiada IVD. Utrzymanie w dobrej kondycji aparatu który jest wyrobem medycznym jest niezbędnym elementem do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tego urządzenia. Biorąc pod uwagę fakt, że odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie urządzenia częściowo spoczywa na producencie, producent ma prawo wymagać by urządzenie było utrzymywane zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi urządzenia. W okresie 5 letniej gwarancji na urządzenie które chcemy Państwu zaproponować zobowiązujemy się dostarczyć wszelkich niezbędnych kalibracji i przeglądów pozwalających na zachowanie ciągłości pracy oprogramowania dostarczonego do aparatu real time pcr.

W związku z czym zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu na:

„oprogramowanie nie może uniemożliwiać pracy urządzenia z powodu przeterminowania ważności przeglądów, kalibracji itp. **w okresie 5 letniej gwarancji**”

Nie zaakceptowanie powyższego zapisu uniemożliwi złożenie oferty z uwagi na fakt, iż nie jesteśmy w stanie spełnić wszystkich wymogów zamawiającego a jednocześnie jesteśmy zmuszeni działać zgodnie z wytycznymi producenta.

#### **Odpowiedź:**

Wyrażamy zgodę. Modyfikacja załącznika nr 4 do SWZ wzór umowy w załączeniu.

Kanclerz

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Dr n. med. Jacek Grabowski