



.....  
.....


Znak: AE/ZP-27-27/24

Tarnów, 2024-04-18

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 221.000 EURO) na dostawę nadłóżkowych poziomych paneli zasilających pojedynczych 2 szt., podwójnych 8 szt. oraz potrójnych 2 szt.**

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznika Nr 5 do SWZ - Czy Zamawiający zamiast korpusów paneli w kształcie prostokąta dopuści równie funkcjonalny kształt trapezu z zaokrąglonymi brzegami jak na załączonym szkicu ?**



2. **Dotyczy Załącznika Nr 5 do SWZ - Czy Zamawiający dopuści wysokość urządzenia 262 mm?**
3. **Dotyczy Załącznika Nr 5 do SWZ - Czy Zamawiający dopuści grubość korpusu jednostki na poziomie 100 mm?**
4. **Dotyczy Załącznika Nr 5 do SWZ - Czy Zamawiający dopuści wykonanie instalacji gazowych wewnątrz panelu z miękkich rur miedzianych? Pozostałe parametry zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego.**
5. **Dotyczy Załącznika Nr 5 do SWZ - Czy Zamawiający dopuści dolny kanał posiadający oświetlenie miejscowe led 1x12W o temperaturze 3000K i wskaźniku odwzorowania Ra 80?**
6. **Dotyczy Załącznika Nr 5 do SWZ - Czy Zamawiający dopuści kanał posiadający oświetlenie ogólne led 1x72W o temperaturze 3000K i wskaźniku odwzorowania Ra 80?**
7. **Dotyczy Załącznika Nr 5 do SWZ - W związku z brakiem możliwości sterowania równoległe przełącznikiem oświetlenia dolnego i manipulatorem czy Zamawiający odstąpi od którejs z ww. opcji ? Płytką przekaźnikowa sterująca oświetleniem nie ma możliwości jednoczesnego podłączenia zarówno manipulatora jak i przycisku na panelu. Moduł ten nie obsługuje 2 funkcji. W celu sprawnego korzystania z oświetlenia miejscowego prosimy o rezygnację z jednego rozwiązania (przycisku na panelu lub z manipulatora)**
8. **Dotyczy Załącznika Nr 5 do SWZ - Czy Zamawiający dopuści półkę pod kardiomonitor / szufladę o gabarycie 450x320 mm (długość x szerokość) ? Wymiar ten będzie bardziej funkcjonalny, ponieważ umożliwi ustawienie wielu modeli kardiomonitorów o różnych gabarytach ,ponadto w przypadku zastosowania szuflady będzie ona większej pojemności czyli bardziej praktyczna dla personelu medycznego.**
9. **Czy Zamawiający zgodzi się na przeprowadzenie szkolenia personelu szpitala w dniu protokolarnego odbioru przedmiotu umowy z odpowiednio wcześniejszym zawizowaniem dnia zaplanowanego ukończenia prac montażowych?**
10. **Dotyczy pkt 9.1 SWZ -Warunki udziału w postępowaniu - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawcy, który na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem składania ofert w**



postępowaniu, wykonał co najmniej jedną dostawę sprzętu medycznego, o łącznej wartości równej lub większej niż 150 000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy).

11. **Dotyczy pkt 9.1 SWZ -Warunki udziału w postępowaniu** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawcy, który na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem składania ofert w postępowaniu, wykonał co najmniej jedną dostawę kolumn medycznych, o łącznej wartości równej lub większej niż 150 000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy).
12. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przygotowanie miejsca do montażu oraz doprowadzenie niezbędnych mediów leży po stronie Zamawiającego.
13. **Dotyczy Załącznika Nr 5 do SWZ** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie panela o grubości korpusu jednostki 85 mm i wysokości 322 mm.
14. **Dotyczy Załącznika Nr 5 do SWZ** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie panela o grubości korpusu jednostki 85 mm i wysokości 233 mm.
15. **Dotyczy Załącznika Nr 5 do SWZ** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie panela o grubości korpusu jednostki 85 mm i wysokości 205 mm.
16. **Dotyczy Załącznika Nr 5 do SWZ** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie panela o grubości korpusu jednostki 85 mm i wysokości 280 mm.
17. **Dotyczy Załącznika Nr 5 do SWZ** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie panela o grubości korpusu jednostki 85 mm i wysokości 471 mm.
18. **Dotyczy Załącznika Nr 5 do SWZ** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie panela o przekroju poprzecznym w kształcie trapezu? Panel o przekroju poprzecznym w kształcie trapezu i dłuższej podstawie przylegającej do ściany jest bardziej ergonomiczny, łatwiejszy do czyszczenia, oświetlenie umieszczone w nachylonych płaszczyznach jest efektywniejsze niż w przypadku umieszczenia ich w płaszczyznach prostopadłych do ściany.
19. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych w zakresie paneli, z uwagi na fakt, iż producent nie przewiduje dla owego wyrobu wykonywania przeglądów gwarancyjnych.
20. Prosimy Zamawiającego o określenie obowiązującego terminu płatności. Przedstawione zapisy umowy nie zawierają takiej informacji.
21. Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji. Oferowane panele są bardzo proste w obsłudze, wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z ich obsługą w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi (w jęz. polskim, dostarczanej wraz z dostawą), zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne Użytkownikom, czy personelowi technicznemu. Konieczność realizacji powyższego wymogu dla oferowanych urządzeń przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.
22. **Dotyczy pkt 24 SWZ** - Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu na usunięcie w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad do maksymalnie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 20 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli zaistnieje taka konieczność.
23. **Dotyczy pkt 24 SWZ** - Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1% % wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie umownym, z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
24. **Dotyczy pkt 24 SWZ** - Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej do wysokości 1 % wartości brutto przedmiotu umowy - w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości.
25. **Dotyczy pkt 24 SWZ** - Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w:
  - dokonaniu naprawy oraz usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi,
  - dostarczeniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu o tożsamy parametrach na żądanie Zamawiającego w okresie gwarancji/rękojmi,
  - demontażu i ponownym zamontowaniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, w okresie gwarancji/rękojmi, w terminie, o którym mowa w pkt. 24.11. SWZ lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.



26. **Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt 9 do SWZ** - Czy Zamawiający dopuszcza montaż paneli ściennych o grubości korpusu jednostki 80 mm?
27. **Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt 16 do SWZ** - Czy Zamawiający dopuszcza montaż paneli ściennych z kanałem dolnym, posiadającym oświetlenie LED, którego wskaźnik Ra nie został określony, natomiast jest to oświetlenie bezpośrednie LED 1 x 12 W, o temperaturze 4000 K?
28. **Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt 17 do SWZ** - Czy Zamawiający dopuszcza montaż paneli ściennych z kanałem górnym, posiadającym oświetlenie LED, którego wskaźnik Ra nie został określony, natomiast jest to oświetlenie pośrednie LED 2x17W, o temperaturze 4000 K ?
29. **Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt 21 do SWZ** - Czy wymieniając jako wyposażenie pojedynczego panelu "manipulator oświetlenia dolnego -1 szt" Zamawiający ma na myśli dodatkowy przewód podłączany do paneli ściennych z słuchawką umożliwiającą pacjentowi manipulowanie oświetleniem?
30. **Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt 24 do SWZ** - Czy wszystkie 4 półki mają wisieć na jednym panelu, czy też dedykowane są one dla wszystkich paneli ?
31. Czy Zamawiający mając na względzie dobre wykonanie przedmiotu zamówienia udostępni zdjęcie panelu, którego demontaż jest objęty niniejszym postępowaniem?
32. Czy zdemontowane panele należy w całości powierzyć Zamawiającemu? W tym przypadku Zamawiający poniesie ewentualne koszty utylizacji urządzeń.
33. Uwzględniając poprzednie odpowiedzi do postępowania dotyczące braku instalacji przyzywu w montowanych panelach nadłóżkowych, czy Zamawiający odstąpi od konieczności dostawy paneli wyposażonych w manipulator pacjenta (wymaganie nr 21 zawarte w załączniku nr 5)??
34. Uwzględniając poprzednie odpowiedzi do postępowania dotyczące braku instalacji przyzywu w montowanych panelach nadłóżkowych, czy Zamawiający odstąpi od konieczności dostawy paneli wyposażonych w sterowanie oświetleniem miejscowym z manipulatora pacjenta (wymaganie nr 19 zawarte w załączniku nr 5)? Jeśli Zamawiający nie odstąpi od podanych zapisów to prosimy o udostępnienie karty katalogowej producenta manipulatora i schematów elektrycznych, w celu dobrania odpowiedniego przekaźnika sterującego pracą oświetlenia.
35. Czy Zamawiający zmieni zapisy SWZ pkt. 18.1 „Wykonawca jest związany ofertą przez 90 dni tj. do dnia 27.07.2024 r....” na „Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni tj. od dnia złożenia oferty...”.
- Obecne zapisy SWZ są ze sobą terminowo sprzeczne, gdyż Wykonawca po złożeniu oferty, będzie związany ofertą dłużej, niż termin wezwania do realizacji.
36. Czy Zamawiający mając na uwadze, że średni czas produkcji paneli nadłóżkowych wynosi 4 tygodnie, wydłuży czas realizacji zamówienia po uprzednim wezwaniu poprzez email lub faxem z 14 dni na 28 dni? Panele nadłóżkowe są produkowane na specjalne zamówienie, które poprzedza akceptacja karty materiałowej, w tym rysunków technicznych. Zatem nie jest możliwe skrócenie czasu wykonania przedmiotu Zamówienia.
37. Czy Zamawiający mając na uwadze dobre wykonanie przedmiotu zamówienia, zobowiązuje się do akceptacji karty materiałowej paneli w ciągu 3 dni od jej złożenia drogą elektroniczną, która zostanie przesłana bezzwłocznie po wyłonieniu wykonawcy przetargu? Karta materiałowa zawiera szczegóły dotyczące rozwiązań technicznych, a także wyglądu panelu i rozmieszczenia gniazd gazowych i elektrycznych, dlatego stanowi podstawę dobrej komunikacji pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad.1**

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie paneli o przekroju poprzecznym w kształcie trapezu z zaokrąglonymi brzegami.

**Ad.2**

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie paneli posiadających wysokość korpusu 262 mm.

**Ad.3**

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie paneli posiadających grubość korpusu jednostki 100 mm.

**Ad.4**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie paneli posiadających instalacje gazowe wewnątrz panelu wykonane ze sztywnych miękkich rur miedzianych z wyraźnym oznaczeniem poszczególnych gazów.

**Ad.5**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.



**Ad.6**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Ad.7**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Ad.8**

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie półki/szuflady pod kardiomonitor o wymiarach 450mm x320mm, pod warunkiem, że będzie posiadała obciążenie maksymalne netto 10 kg.

**Ad.9**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Ad.10**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Ad.11**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Ad.12**

Zamawiający informuje, iż wszystkie media niezbędne do montażu paneli są wpuszczone w ścianę. Zgodnie z wymogiem określonym w SWZ Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zamontował i uruchomił zaoferowane panele, tym samym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał wszystkie czynności związane z montażem i uruchomieniem zaoferowanych paneli, w tym m.in. ewentualne wykucie bruzd pod instalacje wraz z zatynkowaniem i przygotowaniem w/w miejsc do ostatecznego malowania ścian (przedmiot zamówienia nie obejmuje malowania ścian). Ponadto Zamawiający informuje, iż Wykonawca przed montażem dostarczonych paneli zdemontuje istniejące panele w ilości 16 sztuk.

**Ad.13**

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie paneli posiadających wysokość korpusu 322 mm oraz grubość korpusu jednostki 85 mm.

**Ad.14**

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie paneli posiadających wysokość korpusu 233 mm oraz grubość korpusu jednostki 85 mm.

**Ad.15**

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie paneli posiadających wysokość korpusu 205 mm oraz grubość korpusu jednostki 85 mm.

**Ad.16**

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie paneli posiadających wysokość korpusu 280 mm oraz grubość korpusu jednostki 85 mm.

**Ad.17**

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie paneli posiadających grubość korpusu jednostki 85 mm.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie paneli posiadających wysokość korpusu 471 mm.

**Ad.18**

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie paneli o przekroju poprzecznym w kształcie trapezu.

**Ad.19**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Ad.20**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem pkt IV.1 Formularza Ofertowego Wykonawca winien zaoferować termin zapłaty od dnia wystawienia faktury, przy czym nie może on być krótszy niż 30 dni.

**Ad.21**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Ad.22 – Ad.25**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Ad.26**

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie paneli posiadających grubość korpusu jednostki 80 mm.

**Ad.27**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Ad.28**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.



**Ad.29**

Zamawiający informuje, iż zaoferowany przez Wykonawcę panel winien być wyposażony w manipulator oświetlenia dolnego, który stanowi przewód odpinany od panelu z wyłącznikiem światła miejscowego dolnego.

**Ad.30**

Zamawiający informuje, iż w Sali pacjentów Nr 8 każdy panel winien być wyposażony w jedną półkę pod kardiomonitor.

**Ad.31**

Zamawiający informuje, iż w załączeniu udostępnia zdjęcia paneli do demontażu – Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2 do niniejszego pisma. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż demontaż dotyczy 9 sztuk paneli, jak na zdjęciu w Załączniku Nr 1 do pisma oraz 7 sztuk paneli, jak na zdjęciu w Załączniku Nr 2 do pisma.

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w Załączniku Nr 5 do SWZ w pkt.28 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne”

**zapis o treści:**

„Montaż dostarczonych paneli na Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii zgodnie z „Lokalizacją miejsca montażu nadłóżkowych poziomych paneli zasilających stanowiących przedmiot zamówienia” stanowiącą Załącznik Nr 5a do SWZ“

**zmienia na zapis o treści:**

„Montaż dostarczonych paneli na Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii zgodnie z „Lokalizacją miejsca montażu nadłóżkowych poziomych paneli zasilających stanowiących przedmiot zamówienia” stanowiącą Załącznik Nr 5a do SWZ. Wykonawca przed montażem dostarczonych paneli zdemontuje istniejące panele w ilości 16 sztuk. Zdemontowane istniejące panele Wykonawca przekaze Zamawiającemu.“

**Ad.32**

Zamawiający informuje, iż zdemontowane panele należy przekazać Zamawiającemu.

**Ad.33**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Ad.34**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż manipulator stanowi przedmiot zamówienia, który winien zaoferować Wykonawca.

**Ad.35**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wskazał termin związania ofertą w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu działając na podstawie art.220 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605 z póź.zm.). Zgodnie z w/w artykułem Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

**Ad.36**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Ad.37**

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na propozycję opisaną przez Wykonawcę w pytaniu.

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w Załączniku Nr 5 do SWZ w pkt.16 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne”

**zapis o treści:**

„Dolny kanał posiadający oświetlenie miejscowe ledowe min. 1 x 8W o temperaturze min. 4000K i wskaźniku odwzorowania Ra min. 90“

**zmienia na zapis o treści:**

„Dolny kanał posiadający oświetlenie miejscowe ledowe min. 1 x 8W o temperaturze min. 4000K i wskaźniku odwzorowania Ra min. 80“

2/w Załączniku Nr 5 do SWZ w pkt.17 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne”



**zapis o treści:**

„Górny kanał posiadający oświetlenie ogólne ledowe min. 1 x 10W o temperaturze min. 4000K i wskaźniku odwzorowania Ra min. 90“

**zmienia na zapis o treści:**

„Górny kanał posiadający oświetlenie ogólne ledowe min. 1 x 10W o temperaturze min. 4000K i wskaźniku odwzorowania Ra min. 80“

W związku ze zmianą treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dokonaną w odpowiedzi Ad.31 oraz wyżej dokonanymi zmianami treści Specyfikacji Warunków Zamówienia działając na podstawie art.137 ust.1, 4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605 z póź.zm.), Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

**- składanie ofert do dnia 30.04.2024r. godz. 09:00,**

**- otwarcie ofert w dniu 30.04.2024r. godz. 10:00,**

W związku z przedłużonym terminem składania ofert Wykonawca jest związany ofertą do dnia 28.07.2024r.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w punkcie 18.1., 19.1., 20.1., Załączniku Nr 5 oraz zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 5 do SWZ po zmianie treści SWZ, Załącznik Nr 1 do niniejszego pisma oraz Załącznik Nr 2 do niniejszego pisma.

Otrzymują:

1/ Platforma Zamawiającego

2/ a/a

**DYREKTOR**  
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika  
w Tarnowie

*Marcin Kuta*



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl

www.ssz.tar.pl - tel. 14 63 10 100 - fax. 14 62 13 637 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

ING BANK ŚLĄSKI S.A. 83 1050 1562 1000 0090 3255 1757

