

Katowice, 14.07.2025 r.

Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy
ul. Korczaka 27
40 – 340 Katowice

Postępowanie: „Dostawa drobnego sprzętu medycznego, płynów infuzyjnych i środków dezynfekcyjnych oraz pieluchomajtek w 2025 i 2026 roku”.

Oznaczenie sprawy: 01/TP/DSM/2025

PYTANIE 1: Pakiet nr 3 poz. 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika 10 l o wymiarach:

- wysokość: 258 mm
- średnica górna: 243 mm
- średnica dolna: 216 mm
- otwór wrzutowy: 90 mm?

ODPOWIEDŹ: tak

PYTANIE 2: Pakiet nr 3 poz. 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika 5 l o wymiarach:

- wysokość: 220 mm
- średnica górna: 220x185 mm
- średnica dolna: 170x135 mm
- otwór wrzutowy: 100x70 mm?

ODPOWIEDŹ: tak

PYTANIE 3: Pakiet nr 3 poz. 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika 3,5-4 l o wymiarach:

- wysokość: 157 mm
- średnica górna: 225 mm
- średnica dolna: 225 mm
- otwór wrzutowy: 90 mm?

ODPOWIEDŹ: tak

PYTANIE 4: Pakiet nr 3 poz. 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika 2 l o wymiarach:

- wysokość: 210 mm
- średnica górna: 130 mm
- średnica dolna: 110 mm
- otwór wrzutowy: 100x70 mm?

ODPOWIEDŹ: tak

PYTANIE 5: Pakiet nr 5 poz. 36-39

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek z białym/mlecznym kontrastującym tłokiem?

ODPOWIEDŹ: tak

PYTANIE 6: Pakiet nr 5 poz. 41

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek z rozszerzoną skalą 50(60)ml?

ODPOWIEDŹ: tak

PYTANIE 7: Pakiet nr 5 poz. 49

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyceny za op. a'200 szt.?

ODPOWIEDŹ: nie

PYTANIE 8: Pakiet nr 5 poz. 57

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu z kolcem ściętym dwupłaszczyznowo?

ODPOWIEDŹ: tak

PYTANIE 9: Pakiet nr 5 poz. 110

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski z drenem 2 m?

ODPOWIEDŹ: tak

DYREKTOR
Centrum Psychiatrii w Katowicach
im. dr. Krzysztofa Czumy
mgr/MBA Tomasz Broda