



**Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego**

51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5

NIP: 895-16-31-106, Regon: 000290469

tel. cent. 71/325-03-56 do 59; 71/326-13-27 do 31; sekretariat 71/395-74-26; fax 71/326-06-22



**DOLNY
ŚLĄSK**



Rzeczpospolita
Polska



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Wrocław, dnia 11.08.2023 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup i dostawa urządzeń i sprzętu medycznego II - w związku z realizacją projektu „Doposażenie poradni w ramach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego, w celu podniesienia jakości i dostępności usług medycznych na terenie województwa dolnośląskiego”

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (TJ Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Pytanie 1 Dotyczy zad. 2

pkt. 2 Prosimy o dopuszczenie pulsoksymetru bez wyświetlania wartości indexu perfuzji w technologii Nellcor Oximax z krzywą pletyzmograficzną i wskaźnikiem słupkowym siły pulsu prezentującymi siłę tętna.

Odpowiedź 1

Zamawiający nie dopuszcza pulsoksymetru bez wyświetlania wartości indexu perfuzji w technologii Nellcor Oximax z krzywą pletyzmograficzną i wskaźnikiem słupkowym siły pulsu prezentującymi siłę tętna.

Pytanie nr 2:

Pytanie 2 Dotyczy zad. 2 pkt. 3 Prosimy o dopuszczenie dokładności pulsu ± 2 bpm, pozostałe wartości w pk. 3 bez zmian.

Odpowiedź 2

Zamawiający zgodnie z pkt. 3 OPZ wymaga dokładności pulsu +/- 2bpm.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Pytanie nr 3:

Pytanie 3 Dotyczy zad. 2 pkt. 6 Prosimy o dopuszczenie pulsoksymetru przesyłającego dane do komputera za pomocą złącza mini-USB.

Odpowiedź 3

Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych do komputera za pomocą złącza mini-USB, nie rezygnując z komunikacji Bluetooth.

Pytanie nr 4:

Pytanie 4 Dotyczy zad. 2 pkt. 7 Prosimy o dopuszczenie pulsoksymetru bez stacji dokującej – pulsoksymetr który oferujemy waży 1,5 kg i ma 5- godzinną baterię oraz zasilanie sieciowe.

Odpowiedź 4

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia bez stacji dokująco-ładowującej.

Pytanie nr 5:

Pytanie 6 Dotyczy zad. 2 pkt. 10 Prosimy o dopuszczenie pulsoksymetru nie posiadającego pokrowca.

Odpowiedź 6

Zamawiający wymaga dołączenia pokrowca do każdego urządzenia.

Sporządziła: **Agnieszka Bolewska**