

## OGŁOSZENIE

### Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 11/PN/2022

(art. 135 pzp)

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne,  
w trybie PODSTAWOWYM,

zgodnie z art. 275, pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych

(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm), zwanej dalej „ppz”,

wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy

na: **DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU  
NA POTRZEBY ZAMAWIAJĄCEGO**

Z dnia: **09-08-2022r. (aktualizacja 1)**

Nazwa (firma) Zamawiającego	SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
Adres Zamawiającego	SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA UL. 30-go STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW. TEL./FAX 58.777.66.73 Adres poczty elektronicznej: dombrowski.robert@szpitaletczewskiesa.pl Adres strony internetowej: <a href="http://www.szpitaletczewskiesa.pl">www.szpitaletczewskiesa.pl</a> KRS:0000386185, NIP: 593-25-26-795, REGON: 220620689

### **Pytania 1.**

#### **1.1. Pakiet 1, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie przyrządu o długości komory kroplowej 55 mm w części przezroczystej.

#### **1.2. Pakiet 1, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie przyrządu o długości komory kroplowej 62 mm

#### **1.3. Pakiet 1, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie przyrządu z igłą dwukanałową ściętą trójplaszczynowo wykonaną ze wzmocnionego ABS.

#### **1.4. Pakiet 1, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą wykonaną z medycznego PVC

#### **1.5. Pakiet 1, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie przyrządu pakowanego w opakowanie foliowe

#### **1.6. Pakiet 1, poz. 2**

Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą wykonaną z medycznego PVC

#### **1.7. Pakiet 1, poz. 2**

Proszę o dopuszczenie przyrządu z logo identyfikującym przyrząd bezpośrednio na zaciskaczu rolkowym

#### **1.8. Pakiet 1, poz. 2**

Proszę o dopuszczenie przyrządu bez opaski stabilizującej dren w środku opakowania

**1.9. Pakiet 1, poz. 3**

Proszę o dopuszczenie worka w kolorze żółtym

**1.10. Pakiet 1, poz. 3**

Proszę o dopuszczenie worka o wymiarach 210 x 300 mm

**1.11. Pakiet 1, poz. 3**

Proszę o dopuszczenie przyrządu oraz worka pakowanych osobno

**1.12. Pakiet 1, poz. 3**

Proszę o dopuszczenie przyrządu oraz worka wycenianych osobno (w dwóch pozycjach asortymentowych) ze względu na różne stawki podatku VAT.

**1.13. Pakiet 1, poz. 3**

Proszę o dopuszczenie przyrządu o długości komory kroplowej 55 mm w części przezroczystej.

**1.14. Pakiet 1, poz. 3**

Proszę o dopuszczenie przyrządu o długości komory kroplowej 62 mm

**1.15. Pakiet 1, poz. 3**

Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą wykonaną z medycznego PVC

**1.16. Pakiet 1, poz. 3**

Proszę o dopuszczenie przyrządu z igłą dwukanałową ściętą trójpłaszczyznowo wykonaną ze wzmocnionego ABS.

**1.17. Pakiet 1, poz. 3**

Proszę o dopuszczenie przyrządu z logo identyfikującym przyrząd bezpośrednio na zaciskaczu rolkowym

**Odpowiedź:**

**Ad. 1.1. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Ad. 1.2. Zamawiający dopuszcza.**

**Ad. 1.3. Zamawiający dopuszcza.**

**Ad. 1.4. Zamawiający dopuszcza.**

**Ad. 1.5. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Ad. 1.6. Zamawiający dopuszcza.**

**Ad. 1.7. Zamawiający dopuszcza.**

**Ad. 1.8. Zamawiający dopuszcza.**

**Ad. 1.9. Zamawiający dopuszcza, bowiem zawarł nawet taki warunek w opisie przedmiotu zamówienia, co do tego koloru.**

**Ad. 1.10. Zamawiający dopuszcza.**

**Ad. 1.11. Zamawiający dopuszcza.**

**Ad. 1.12. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający uzna ww. sposób obliczenia ceny za prawidłowy, jak również wycenę w jednej pozycji z jedną stawką podatku VAT. W przypadku rozbicia na dwie pozycje Zamawiający zezwala modyfikację tabeli cenowej w odpowiedni sposób bądź dokonanie wyliczeń pod tabelą i wskazanie wyników wyliczeń w pierwotnie zawartej pozycji w tabeli asortymentowo – cenowej. Niezależnie od przyjętego sposobu wyceny Zamawiający nie może mieć wątpliwości jak taka wycena została dokonana.**

**Ad. 1.13. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Ad. 1.14. Zamawiający dopuszcza.**

**Ad. 1.15. Zamawiający dopuszcza.**

**Ad. 1.16. Zamawiający dopuszcza.**

**Ad. 1.17. Zamawiający dopuszcza.**

## **Pytania 2.**

**2.1. Pakiet 1, poz.1,3.** Czy Zamawiający dopuści IS oraz IS bursztynowy (odpowiednio do pozycji) bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO, objętość komory kroplowej: 10,56 cm<sup>3</sup> (dł komory 6 cm, promień 0,75 cm)?

**2.2. Pakiet 1, poz.1,3.** Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania IS oraz IS bursztynowy (odpowiednio do pozycji) z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

**2.3. Pakiet 1, poz.1,3.** Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania IS oraz IS bursztynowy (odpowiednio do pozycji) z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.

**2.4. Pakiet 1, poz.1,3.** Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych IS oraz IS bursztynowy (odpowiednio do pozycji) bez dodatkowego zaczepek na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**2.5. Pakiet 1, poz.1,3.** Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy IS oraz IS bursztynowy (odpowiednio do pozycji) bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną

identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

**2.6. Pakiet 1, poz.1,3.** Czy Zamawiający dopuści przyrządy IS oraz IS bursztynowy (odpowiednio do pozycji) z ostrą igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?

**2.7. Pakiet 1, poz. 3.** Czy zamawiający dopuści worek o wymiarze 310 mm x 170 mm, w kolorze żółtym, nieprzeziernym?

**2.8. Pakiet 1, poz. 3.** Czy zamawiający dopuści wycenę w osobnej pozycji z uwagi na inną stawkę Vat, osłona posiada 23% Vat, natomiast przyrząd IS Bursztynowy jest na 8% VAT?

**2.9. Pakiet 1, poz. 2.** Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200 $\mu$ m, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostrą igła biorcza dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, całkowita długość komory ok. 10 cm, rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczepek na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier – folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm<sup>3</sup>, powierzchnia komory 36,52 cm<sup>2</sup>, powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm<sup>2</sup> ( objętość 3,69 cm<sup>3</sup>), sterylizacja EO?

**2.10. Pakiet 1, poz. 2.** Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.

**2.11. Pakiet 1, poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepek na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**2.12. Pakiet 1, poz. 2.** Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, a całkowita długość komory ok. 10 cm ?

**2.13. Pakiet 1, poz. 2.** Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

**2.14. Pakiet 1, poz. 2.** Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwi bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

2.15. **Pakiet 1, poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści przyrządy TS z ostrą igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?

**Odpowiedź:**

**Ad. 2.1. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Ad. 2.2. Zamawiający dopuszcza.**

**Ad. 2.3. Zamawiający dopuszcza.**

**Ad. 2.4. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Ad. 2.5. Zamawiający dopuszcza.**

**Ad. 2.6. Zamawiający dopuszcza.**

**Ad. 2.7. Zamawiający dopuszcza worek o wymiarze 310 mm x 170 mm (zgodnie ze SWZ żółty lub zielony)**

**Ad. 2.8. Zamawiający dopuszcza. Patrz odpowiedź do zapytania 1.12, powyżej.**

**Ad. 2.9. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Ad. 2.10. Zamawiający dopuszcza.**

**Ad. 2.11. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Ad. 2.12. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Ad. 2.13. Zamawiający dopuszcza.**

**Ad. 2.14. Postępować zgodnie ze SWZ, gdzie zawarto wymagania Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia.**

**Ad. 2.15. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytania 3.**

3.1. Pakiet nr 2. Czy Zamawiający może oszacować minimalne ilości układów w jednym zamówieniu? Z racji dostaw producenta proponujemy 10 szt. w jednym zestawie.

3.2. Pakiet nr 2. Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 5 dni roboczych? Termin 3 dniowy dostawy akcesoriów jest trudny do wykonania i budzi obawy co do należytej realizacji umowy.

**Odpowiedź:**

**Ad. 3.1. Minimalne ilości układów w jednym zamówieniu to 50 szt.**

**Ad. 3.2. Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 5 dni roboczych.**

**Stosowne zmiany zostaną dokonane na etapie sporządzania umowy.**

**Pytania 4.**

4.1. Pakiet 1 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji z komora kroplową o długości 55mm w części przezroczystej, wykonaną z medycznego PCV w wersji bez zawartości ftalanów?

4.2. Pakiet 1 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji z dwukanałową igłą biorcza wykonaną z ABS bez wzmocnienia włóknem szklanym?

4.3. Pakiet 1 pozycja 1 Czy Zamawiający oczekuje, żeby przyrząd był wyposażony w

skrzydełka dociskowe, co zdecydowanie ułatwia wkłucie się przyrządu do pojemnika?

4.4. Pakiet 1 pozycja 1 Czy Zamawiający oczekuje przyrządu posiadającego wytłoczoną nazwę producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu?

4.5. Pakiet 1 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do transfuzji z komorą kroplową wykonaną z PCV bez zawartości ftalanów, bez opaski/gumki stabilizującej dren wewnątrz opakowania, reszta parametrów jak w swz.

4.6. Pakiet 1 pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści wycenę zestawu do przetaczania płynów i leków światłoczułych (przyrząd do infuzji + osłonka na butelkę / worek) jako dwie oddzielne pozycje ze względu na rozbieżną stawkę podatku VAT?

4.7. Pakiet 1, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści przyrząd i worek pakowany oddzielnie? W przypadku negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty?

4.8. Pakiet 1, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji bursztynowy z komora kroplową o długości 55mm w części przezroczystej, wykonaną z medycznego PCV w wersji bez zawartości ftalanów?

4.9. Pakiet 1, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji z dwukanałową igłą biorczą wykonaną z ABS bez wzmocnienia włóknem szklanym?

**Odpowiedź:**

**Ad. 4.1. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Ad. 4.2. Zamawiający dopuszcza.**

**Ad. 4.3. Postępować zgodnie ze SWZ, gdzie ujęto wszystkie wymagania co do przedmiotu zamówienia.**

**Ad. 4.4. Postępować zgodnie ze SWZ, gdzie ujęto wszystkie wymagania co do przedmiotu zamówienia.**

**Ad. 4.5. Zamawiający dopuszcza.**

**Ad. 4.6. Zamawiający dopuszcza. Patrz odpowiedź do zapytania 1.12.**

**Ad. 4.7. Zamawiający nie rozumie pytania. Nie wymaga worka pakowanego razem z przyrządem. Proszę zapoznać się ze SWZ. Postępować zgodnie ze SWZ.**

**Ad. 4.8. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Ad. 4.9. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytania 5.**

5.1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 3. dopuści zaoferowanie worka do osłony oraz przyrządu wycenionych osobno w dwóch pozycjach ze względu na różną stawkę vat?

5.2. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 3. dopuści worek do osłony o wymiarach 200mmx300mm? Rozmiar wskazany przez Zamawiającego jest znacznie droższy od proponowanego, a różnica jest tylko 1cm.

**Odpowiedź:**

**Ad. 5.1. Zamawiający dopuszcza.**

**Ad. 5.2. Zamawiający dopuszcza worek do osłony o wymiarach 200mm x 300mm**

Zatwierdził: Prezes Zarządu – Maciej Bieliński