

CZĘŚĆ IV – dostawa wielopanelowych urządzeń jednorazowego użytku do wstępnego wykrywania środków odurzających działających podobnie do alkoholu (narkotestery)

Formularz kalkulacji cenowej wraz z opisem przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2.4 do SWZ/zał. nr 2 do umowy

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa brutto zł **	Wartość brutto zł ** (kol.4x5)	Nazwa oferowanego produktu (wykonawca jest zobowiązany podać nazwę producenta)
1	2	3	4	5	6	7
1	<p>Wielopanelowe urządzenia jednorazowego użytku do wstępnego wykrywania w ślinie środków odurzających działających podobnie do alkoholu (narkotestery).</p> <p>1. Testery muszą wykrywać 6 grup narkotyków do następujących wartości progowych wykrywalności (zakres czułości) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - amfetaminy (AMP) 50 ng/ml - pochodnych amfetaminy (MDMA) 50ng/ml - kokainy (COC) 20 ng/ml - opiatów (OPI) 40 ng/ml - benzodiazepiny (BZO) 20 ng/ml - kannabinoli (THC) 20ng/ml <p>2. Jednoczęściowe i zintegrowane.</p> <p>3. Przystosowane do pobierania śliny od kierującego pojazdem lub innej osoby, wykonania w warunkach nielaboratoryjnych np. w warunkach kontroli drogowej w temperaturze od 5 °C do 40 °C przy wilgotności względnej do 95 %.</p> <p>4. Posiadające kontrolkę wskazującą odpowiednią ilość próbki śliny oraz prawidłowość wykonania badania.</p> <p>5. Czas uzyskania wyniku badania od momentu pobrania próbki nie może być dłuższy niż 10 minut.</p> <p>6. Testery muszą być pakowane pojedynczo i posiadać widoczne i czytelne oznaczenia na opakowaniu: nazwę urządzenia, datę ważności, numer serii oraz nazwę producenta.</p> <p>7. Opakowanie winno zabezpieczać przed zniszczeniem kasety lub dostaniem się substancji, które mogłyby sfalszować wynik badania.</p> <p>8. Do każdego urządzenia musi być dołączona instrukcja obsługi w j. polskim.</p>	szt.	800			
				Razem		

* Cenę w kolumnie 5 i 6 należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
 W tym VAT..... %

.....
 podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,
 w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika wykonawcy

