



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.

19-300 Elk, ul. Baranki 24,

tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala

tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

tel. 87 620-95-93

tel. 87 620-95-76

tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl

e-mail: przetargi@promedica.elk.pl

www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 2

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/4256/2021

Data: 13.09.2021r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawę odczynników immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.” Znak Sprawy 3988 / 2021.

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1

Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z zapisem w Załączniku nr 4 do SWZ - w podanej ilości badań zawarta została już ilość niezbędna do wykonania kalibracji i kontroli.

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż, wymaga zaoferowania kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych dla ilości 73 700 badań zgodnie z sumą wszystkich badań wyspecyfikowanych w Załączniku nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia. Modyfikacja nr 1 z dnia 13.09.2021 r. Załącznika nr 3 do SWZ Formularz Asortymentowo - Cenowy, Modyfikacja nr 1 z dnia 13.09.2021 r. Załącznika nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.

PYTANIE nr 2 dot. Załącznika nr 3 do SWZ Formularz Asortymentowo – Cenowy

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga zaoferowania kalibratorów, kontroli i zużywalnych do wskazanej ilości 71300 badań, a nie do sumy wszystkich badań wy specyfikowanych w formularzu (tj. 73 700 badań).

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych dla ilości 73 700 badań zgodnie z sumą wszystkich badań wyspecyfikowanych w formularzu. Modyfikacja nr 1 z dnia 13.09.2021 r. Załącznika nr 3 do SWZ Formularz Asortymentowo - Cenowy, Modyfikacja nr 1 z dnia 13.09.2021 r. Załącznika nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.

PYTANIE nr 3 dot. Załącznika nr 3 do SWZ Formularz Asortymentowo – Cenowy

W związku z tym iż do wykonywania badań niezbędne są kalibratory, kontrole i zużywalne konfekcjonowane w op. handlowych serdeczna prośba o wyrażenie zgody na dodanie kolumny ilość opakowań handlowych oraz potwierdzenie iż wartość netto wszystkich materiałów należy wyliczyć poprzez przemnożenie ilości oferowanych opakowań handlowych i ceny op. handlowego. Cena jednostkowa netto wyliczona dla jednostkowego badania byłaby jedynie wartością przybliżoną zapisaną do dwóch miejsc po przecinku i nie odwzorowałaby stanowi realnego kosztu ponoszonego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dokonuje Modyfikacji nr 1 z dnia 13.09.2021 r. Załącznika nr 3 do SWZ - Formularz Asortymentowo – Cenowy i wymaga złożenia oferty zgodnie z tym formularzem.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

