

DEZ/1237/2023

Jelenia Góra, dnia 26.09.2023 r.

DO WYKONAWCÓW

**Dostawa, montaż i uruchomienie wytrząsarki medycznej (urządzenie sterujące + wytrząsarka na 6 fiolek) z przeznaczeniem do Pracowni Leku Cytostatycznego
NPU/00709/2023**

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania (zapytania ofertowego) jak w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

ZESTAW 1:

Dotyczy Punktu 5.4.2. Dokumenty przedmiotowe

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby przedłożyć w ramach potwierdzenia klasy bezpieczeństwa przynajmniej IP 21 według normy PN-EN 60529, oświadczenie producenta?

Odpowiedź: Zgoda

Z up. Dyrektora WCSKJ
Przemysław Bogdanowicz