



**UNIWERSYTET  
ŁÓDZKI**

Dział Zakupów

Łódź, dnia 22.11.2019 r.

Dotyczy: ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki nr postępowania 43/ZP/2019/N.

Pytania oraz wyjaśnienia treści ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki

Złożono następujące pytania. Poniżej zamawiający zamieszcza treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

Dotyczy części nr 6:

1. Czy Zamawiający dopuści model z legalizacją z ustawieniem filtrów środowiskowych : poziom średni.? ( 3 nastawy niski/średni (model z legalizacją)/wysoki).

Wyjaśnienie.

Nie. Z uwagi na konieczność wykonywania pomiarów odpowiedniej jakości i zgodnie z najwyższymi standardami legalizacji, wymagane jest ustawienie filtrów środowiskowych na poziomie wysokim (pełnym). Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy zawarte w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki zawarte w Załączniku nr 3 (Opis przedmiotu zamówienia) dotyczącym części 6.

2. Czy Zamawiający dopuści model z legalizacją z opcją tarowania ręcznego?

Wyjaśnienie.

Nie. Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy zawarte w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki zawarte w Załączniku nr 3 (Opis przedmiotu zamówienia) dotyczącym części 6.

KIEROWNIK  
DZIAŁU ZAKUPÓW UL  
*mgr Sebastian Rudziński*