



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-10/20

Tarnów, 2020-03-04

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214.000 EURO na dostawę respiratorów stacjonarnych 2 sztuki oraz respiratora stacjonarno-transportowego 1 sztuka.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 - Respirator stacjonarny 2 sztuki, Załącznik Nr 6.1 pkt.15** – Czy Zamawiający w ramach promowania nowoczesnych technologii przyzna punkty za dodatkowy tryb wentylacji: oddechu na dwóch poziomach ciśnienia z gwarantowana objętością Bilevel- VG?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 - Respirator stacjonarny 2 sztuki, Załącznik Nr 6.1 pkt.17-** Czy Zamawiający w ramach promowania nowoczesnych technologii przyzna punkty za wentylację bezdechu z możliwością ustawienia parametrów oddechowych i rodzaju wentylacji i VCV, PCV, PRVC, Bilevel?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 - Respirator stacjonarny 2 sztuki, Załącznik Nr 6.1 pkt.38** - Czy Zamawiający zaakceptuje skokowo regulowany czas narastania?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1 - Respirator stacjonarny 2 sztuki, Załącznik Nr 6.1 pkt.60** - Czy Zamawiający w ramach akceptacji równoważnego rozwiązania będzie punktował pięcioma punktami pomiar obrazujący procent przecieku w układzie pacjenta? Przeciek w % wskazuje wielkość przecieku z poprzedniego oddechu i jest skalkulowany na podstawie rzeczywistych wdechowych i wydechowych objętości oddechowych, który można obserwować także przy włączonej kompensacji przecieku. Możliwe jest obrazowanie objętości przecieku podczas testu urządzenia.
5. **Dotyczy Pakietu Nr 1 - Respirator stacjonarny 2 sztuki, Załącznik Nr 6.1 pkt.61** - Czy Zamawiający w ramach promowania nowoczesnych technologii, w zamian za brak pomiaru z tego punktu, będzie punktował dwoma punktami możliwość rozbudowy o pomiar kalorymetrii pośredniej z wizualizacją pomiarów na ekranie respiratora oraz obsługa pomiaru z menu respiratora?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 1 - Respirator stacjonarny 2 sztuki, Załącznik Nr 6.1-** Czy w ramach pakietu nr 1 Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy na: do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy?
7. **Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy pkt.XVI.15** - Brak górnego limitu naliczenia kary umownej w praktyce może powodować, iż jej celem nie będzie zagwarantowanie Zamawiającemu sprawiedliwej rekompensaty czy zdyscyplinowanie wykonawcy, ale umożliwienie Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej. Wobec powyższego czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy punktu: Kara umowna nie może przekraczać 10 % maksymalnego wynagrodzenia / wartości brutto kontraktu.
8. **Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy pkt.XVI.15 b)** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości do: 2,5% wartości brutto przedmiotu umowy?
9. **Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy pkt.XVI.20** - Wnioskujemy o wykreślenie tego punktu z umowy. Środkiem dyscyplinującym Wykonawcę do należytego wykonania umowy są m.in. kary umowne z tytułu zwłoki w dostawie lub odstąpienia od umowy. Zamawiający nie ma podstaw, aby dokonać zakupu towaru od innych Wykonawców na koszt Wykonawcy związanego z Zamawiającym umową.





10. **Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy § 7 pkt. 2.** Odstąpienie od umowy jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze stron, w związku z czym prosimy Zamawiającego o dodanie do punktu następującego zastrzeżenia: Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowo, odpowiedni termin nie krótszy niż 14 dniowy.
11. **Dotyczy SIWZ pkt.1.4.3.3** - Katalogi/ulotki producenta są materiałami reklamowymi tworzonymi dla szerokiego grona odbiorców, a nie konkretnego Zamawiającego, Wobec powyższego nie jest możliwe umieszczenie na nich wszystkich informacji i parametrów, które są wymagane w danym postępowaniu. Czy w przypadku braku potwierdzenia parametru na katalogach lub ulotkach producenta, Zamawiający dopuści załączenie oświadczenia producenta lub autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnianie opisanego wymagania?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 1 - Respirator stacjonarny 2 sztuki, Załącznik Nr 6.1 pkt.5** - Czy Zamawiający uzna za równoważny respirator przeznaczony dla pacjentów dorosłych i dzieci o objętości oddechowej od 20 ml przy trybach wentylacji objętościowych, co spełnia wymagania wagowe opisane przez Zamawiającego?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 1 - Respirator stacjonarny 2 sztuki, Załącznik Nr 6.1 pkt.9-** Czy Zamawiający dopuści respirator, który posiada awaryjne zasilanie z wbudowanego akumulatora na 30 min?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 1 - Respirator stacjonarny 2 sztuki, Załącznik Nr 6.1 pkt. 24-** Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator, który jest wyposażony w tryb wentylacji Proporcjonalnego wspomaganie oddechu spontanicznego PPS, ale bez trybu Variable Pressure Support, który jest trybem obecnie rzadko stosowanym w warunkach klinicznych?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 1 - Respirator stacjonarny 2 sztuki, Załącznik Nr 6.1 pkt. 41-** Czy Zamawiający dopuści do przetargu i przyzna maksymalną ilość punktów za respirator wyposażony w częściowo ciśnieniowy wyzwalacz oddechowy o stałej wartości czułości ciśnieniowej 0,2 cmH₂O współpracujący z regulowanym wyzwalaczem przepływowym?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.2

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.3

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.4

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.5

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.6

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.7

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.XVI.15 „Ogólnych warunków umowy” **dodaje zapis o treści:**

„Łączna wysokość kar określonych w pkt. a), b) i d) nie może przekroczyć 10% wartości brutto przedmiotu umowy.”





Ad.8

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.XVI.15 b) „Ogólnych warunków umowy” **zapis o treści:**

„b) 5 % wartości brutto przedmiotu umowy - w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości,”

zmienia na zapis o treści:

„b) 2,5 % wartości brutto przedmiotu umowy - w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości,”

Ad.9

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.XVI SIWZ – „Ogólne warunki umowy”.

Ad.10

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.XVI.22 b) „Ogólnych warunków umowy” **zapis o treści:**

„b) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z wymaganiami SIWZ, umową lub wymaganiami Zamawiającego, bez konieczności jego wezwania przez Zamawiającego do należytego realizowania umowy,”

zmienia na zapis o treści:

„b) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z wymaganiami SIWZ, umową lub wymaganiami Zamawiającego, po uprzednim wezwaniu do usunięcia naruszenia w terminie nie krótszym niż 7 dni,”

Ad.11

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem zawartym w pkt. IV.1.4.3.3. SIWZ Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona jest zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego dokonane przed udzieleniem zamówienia materiały informacyjne (w języku polskim) dotyczące oferowanego w zakresie Pakietu Nr 1 i Pakietu Nr 2 przedmiotu zamówienia oraz jego zdjęcie (fotografię). Zgodnie z ww. zapisem Zamawiający wymaga złożenia materiałów informacyjnych (w języku polskim) dotyczących oferowanego w zakresie Pakietu Nr 1 i Pakietu Nr 2 przedmiotu zamówienia oraz jego zdjęcia (fotografii), nie wymaga natomiast, aby złożone materiały informacyjne potwierdzały wszystkie wymagane przez Zamawiającego w Załącznikach Nr 6.1 i 6.2 do SIWZ parametry techniczne.

Ad.12

Zamawiający dopuści również zaoferowanie respiratora przeznaczonego dla pacjentów dorosłych i dzieci o objętości oddechowej od 20 ml przy trybach wentylacji objętościowych.

Ad.13

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.14

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.15

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie

Marcin Kula

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Platforma Zamawiającego
3. a/a

