

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
podinsp. Andrzej BORYCKI

Załącznik nr 1

Zatwierdzam

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest naprawa komory ninhydrynowej model **Weiss Technik FDC 018** służącej do ujawniania śladów daktyloskopijnych. Naprawa polegać będzie na wymianie grzałki parownika.

STARSZY TECHNIK
Sekcji VI Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
M. Plebanska
Martyna PLEBANSKA

KIEROWNIK
Sekcji VI Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
M. Lewinski
ml. asp. Marek LEWIŃSKI