

Konin, dnia 02.08.2022 r.

WSZ-EP-28/1107/2022

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/  
strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn „Dostawa staplerów dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.”, nr sprawy WSZ-EP-28/2022.

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust.6 ustawy z dnia 11września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r.. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pakiet 3 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zszywki wykonane ze stali nierdzewnej, w rozmiarze 7,2mm (szerokość) x 4,9mm (wysokość) x0,6mm (średnica zszywki)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie zszywek ze stali nierdzewnej w pakiecie nr 3 pozycja 1, pozostałe parametry zgodnie z SWZ. W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ (Formularz asortymentowo-cenowy). Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**