UWAGA:
WYMIARY PODANE NA CIĄGACH WYMIAROWYCH W cm.
WYMIARY NA ODNOŚNIKACH W mm.

DWUTEOWNIKI POŁĄCZYĆ PRZEWIĄZKAMI 120x80x5
SPAWANYMI DO PÓŁEK, CO 80 cm











1. VIBROMAT
2. 37 mm ZAGŁĘBIENIE W PODŁODZE
3. STOPA MAGNESU Z OTWOREM ŚREDNICY 38.1 mm
4. ALUMINIOWA PODKŁADKA Z OTWOREM Ø22 mm (75x75x19mm)
5. POWIERZCHNIA WYKOŃCZONEJ PODŁOGI
6. WKŁADKA WYPEŁNIAJĄCA LUB WYLEWKA CEMENTOWA
7. PODŁOGOWA OSŁONA RF
8. STROP
9. 3/4-10 NIERDZEWNA ŚRUBA (DŁUGOŚĆ 76 mm)



-24-

Nr rys. 6	Nazwa rysunku		
Skala 1:25	Szczegóły		
Data 02-2011			
Obiekt	Pracownia rezonansu magnetycznego		
Lokalizacja	Gryfice, ul. Niechorska 27		
Autorzy projektu			
Architektura+Konstrukcja	mgr inż. Jakub Rzeźniczak	Nr upr. 1131/88/Lo	
		Nr upr. 362/82/Lo	
	mgr inż. Marek Krośny	Nr upr. 1477/91/Lo	
	tech. bud. Mieczysław Pachura	Nr upr. 364/82/Lo	
Sprawdzający	inż. Marek Łysiak	Nr upr. 111/98/Lo	