



WSSz -NZZ – 939/23

Łódź, dnia 27. 12. 2023 r.

**Uczestnicy postępowania
przetargowego**

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy Pzp na zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiochirurgii – ZP 56/23

Na podstawie art. 135 ustawy z dn. 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. poz. 2022 poz. 1710 ze zm.) oraz w związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

1. **Pakiet nr. 4** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika balonowego wysokociśnieniowego do walwuloplastyki o RBP 8-4 atm (8atm dla średnic 14-18mm, 6atm dla średnic 20-22mm, 4atm dla średnic 24-30mm), wykonanego z materiału Nylon 12, o podatności na rozciągnięcie poza średnicę nominalną +/- 10%, z dwoma markerami radiocieniującymi, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala
im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

mgr Krzysztof Zarychta