



L.dz. *WI.647*...../2021/DZP

Olsztyn, 23.04.2021 r.

*Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu*

## ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

**Dotyczy: postępowania nr 109/2021/ZO/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.: Dostawa aparatury oraz komponentów do produkcji pasz na potrzeby Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu nr 00002-6521.1-OR1400004/17/20 pt. „Dywersyfikacja produkcyjnej funkcji stawów ziemnych w oparciu o semi-intensywny wychów okonia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.**

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, informuje, że w zakresie części nr 4, dopuszcza zaoferowanie miernika wilgotności sypkich komponentów pasz, którego błąd powtarzalności pomiaru wynosi  $<0,5\%$ , przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych parametrów wskazanych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Z poważaniem,

  
KANCLERZ  
mgr inż. *Bogusław Stec*

Sporządziła: *Dorota Borkowska*

SPECJALISTA

*zob.*

*Dorota Borkowska*

---

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE  
Dział Zamówień Publicznych  
ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 311, 10-719 Olsztyn  
tel. +48 89 524 51 11  
fax +48 89 523 32 78      [www.uwm.edu.pl/dzp](http://www.uwm.edu.pl/dzp)