

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH – II znak sprawy WszSL/FZ-66/20

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT – otwarcie 21.12.2020r.		OFERTA NR 1	OFERTA NR 2	OFERTA NR 3	OFERTA NR 4	OFERTA NR 5	OFERTA NR 6	OFERTA NR 7	
Numer Części	KWOTA NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA:	kryteria oceny ofert	Sklep Medyczny Marta Kadziewicz, Popieluszki 15, 10-693 Olsztyn	KREDOS Zbigniew Kadziewicz ul. Popieluszki 10/21 10-695 Olsztyn	BIAMEDITEK Sp. Z o. o. ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok	MEDIM Sp. Z o. o. Puławska 45B, 05-500 Piaseczno	VIRIDIAN POLSKA Sp. Z o. o., Morgowa 4, 04-224 Warszawa	MEDEN-INMED Sp. Z o. o. , Wenedów 2, 75-847 Koszalin	BTL POLSKA Sp. Z o. o., Leonidasa 49, 09-239 Warszawa
1	77 000,00	Cena	x	x	x	x	75 600,00	x	x
		Parametry użytkowo-techniczne	x	x	x	x	<p>Ekran LCD o przekątnej 15,6' oraz wysokiej rozdzielczość 1366x768 dpi. Waga 6,7kg; Pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametrów 10 dni; Monitor wyposażony w funkcję ręcznego zaznaczania zdarzeń wraz z pamięcią wszystkich krzywych z okresu zapisanego zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych 3 krzywych. Możliwość dopisania własnych notatek do zdarzenia z możliwością ich edycji; Pamięć 200 zdarzeń alarmowych wraz z wszystkimi danymi cyfrowymi oraz krzywymi z momentu zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych 3 krzywych; Możliwość stosowania czujników Masimo, Nelcor oraz własnej - FAST za pomocą opcjonalnego, dedykowanego kabla łączącego; Możliwość rozbudowy. Drukarka termiczna; Możliwość rozbudowy (na etapie zamówienia). Inwazyjny pomiar rzutu minutowego serca metodą termodylucji; Awaryjne zasilanie zabezpieczające pracę centrali na 10 minut (LIPS)</p>	x	x
		Okres gwarancji i rękojmi	x	x	x	x	24 miesiące	x	x

2	25 000,00	Cena	x	x	23 760,00	x	24 840,00	x	x
		Parametry użytkowo-techniczne	x	x	21 poziomów energii wyladowania w zakresie od 1 do 360J, ograniczenie energii wyladowania do 50 J przy defibrylacji wewnętrznej; Ustawianie poziomów energii przy pomocy pokrętła na płycie czołowej defibrylatora i łyżkach; Przekątna ekranu 7 cali; Czas pracy na akumulatorze: w przypadku monitorowania 6 godz., a w przypadku defibrylacji 300 wyladowań z energią 200J; Automatyczny test sprawności defibrylatora z sygnalizacją dźwiękową i wizualną ewentualnego błędu.	x	20 poziomów energii wyladowania w zakresie od 1 do 200J, ograniczenie energii wyladowania do 50 J przy defibrylacji wewnętrznej; Ustawianie poziomów energii przy pomocy pokrętła na płycie czołowej defibrylatora; Przekątna ekranu 7 cali; Czas pracy na akumulatorze: w przypadku monitorowania 2,5 godz., a w przypadku defibrylacji 100 wyladowań z energią 200J; Automatyczny test sprawności defibrylatora z sygnalizacją dźwiękową i wizualną ewentualnego błędu.	x	x
		Okres gwarancji i rękojmi	x	x	60 miesięcy	x	48 miesiecy	x	x
3	51 000,00	Cena	x	x	45 360,00	x	x	x	x
		Parametry użytkowo-techniczne	x	x	Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo oparta na 2 osłoniętych kolumnach cylindrycznych z osłoną o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji (nie osłoniętych tworzywem składającym się w harmonijkę). Platforma leża podzielona na 2 segmenty wypełnione płytami z tworzywa HPL przeznaczonymi dla promieni RTG na całej długości leża; Wózek wyposażony w podziałkę w poprzek i wzdłuż leża oraz wyprofilowaną ramę ułatwiającą pozycjonowanie kasety RTG; Składane, ergonomiczne rączki do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy i nóg pacjenta ułatwiające dostęp do pacjenta (m.in. podczas akcji reanimacyjnej). Rączki składane poniżej poziomu materaca; Pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga regulowana hydraulicznie w zakresie $\pm 16^\circ$ przy użyciu pedałów nożnych z obu dłuższych stron wózka; Półka na defibrylator/monitor/uchwyty na dokumentację nie wychodząca poza obręb	x	x	x	x

		Okres gwarancji i rękojmi	x	x	37 miesięcy	x	x	x	x
--	--	---------------------------	---	---	-------------	---	---	---	---

4	25 000,00	Cena	x	x	x	x	x	14 950,00	x	
		Parametry użytkowo-techniczne	x	x	x	x	x	x	14,1 kg; 300W; 43dB;	x
		Okres gwarancji i rękojmi	x	x	x	x	x	x	24 miesiące	x
5	11 000,00	Cena	8 596,00	9 936,00	x	x	x	x	10 368,00	
		Parametry użytkowo-techniczne	Interpretacja badania EKG zależna od wieku pacjenta podawanego w dniach, miesiącach i latach; Wbudowany ekran graficzny kolorowy 5,7", umożliwiający jednoczesny, czytelny podgląd 12 kanałów EKG (rozdzielczość 640 x 480) z panelem dotykowym; Interfejs komunikacyjny 2x USB; Częstotliwość próbkowania 1000 Hz/kanał; Przetwornik A/C 24bit; Zapis i odczyt badań z PenDriva w standardzie zgodnym z EN 1064; Waga 1,3 kg bez wyposażenia, 1,8 kg z wyposażeniem; Pamięć ponad 1000 badań; Interfejs komunikacyjny: BLUETOOTH lub WI-FI;	Interpretacja badania EKG zależna od wieku pacjenta podawanego w dniach, miesiącach i latach; Wbudowany ekran graficzny kolorowy 7", umożliwiający jednoczesny, czytelny podgląd 12 kanałów EKG (rozdzielczość 640 x 480) z panelem dotykowym, Interfejs komunikacyjny 3x USB; Częstotliwość próbkowania 1000 Hz/kanał; Przetwornik A/C 24bit; Zapis i odczyt badań z PenDriva w standardzie zgodnym z EN 1064; Waga 1,3 kg bez wyposażenia, 1,8 kg z wyposażeniem; Pamięć ponad 1000 badań; Interfejs komunikacyjny: BLUETOOTH lub WI-FI;	x	x	x	x	interpretacja badania EKG zależna od wieku pacjenta podawanego w dniach, miesiącach i latach; Wbudowany ekran graficzny kolorowy 5,7", umożliwiający jednoczesny, czytelny podgląd 12 kanałów EKG (rozdzielczość 640 x 480) z panelem dotykowym;; Interfejs komunikacyjny USB, RS232, USB, opcjonalnie LAN; Częstotliwość próbkowania 2000 Hz/kanał; Przetwornik A/C 13bit; zapis i odczyt badań z PenDriva w standardzie zgodnym z EN 1064 poprzez dołączone oprogramowanie; Waga 3,2 kg; pamięć ponad 1000 badań poprzez dołączone oprogramowanie, opcjonalnie interfejs komunikacyjny WI-FI;; oprogramowanie EKG do przeprowadzania prób wysiłkowych.	
		Okres gwarancji i rękojmi	60 miesięcy	60 miesięcy	x	x	x	x	36 miesięcy	
6	75 760,00	Cena	x	x	x	75 763,33	x	x	x	
		Okres gwarancji i rękojmi	x	x	x	24 miesiące	x	x	x	
		Termin usunięcia wad	x	x	x	10 dni	x	x	x	

Zamawiający uprzejmie przypomina, że zgodnie z Rozdziałem VII pkt 1.3. siwz oraz zgodnie z art. 24 ust. 11 uPzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja Zamówień
Publicznych