



WOJSKOWE CENTRUM
KRWIODAWSTWA i KRWIOLECZNICTWA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
00-671 Warszawa 1, ul. Koszykowa 78



Warszawa, dnia 13.01.2023 r.

Uczestnicy postępowania publicznego Nr 48/U/2022

WCKiK – SZP.2612.1.48/U/2022

Dotyczy: *pytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu publicznym Sprawa Nr 48/U/2022.*

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zmianami) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ w postępowaniu publicznym prowadzonym w trybie podstawowym, którego przedmiotem są usługi w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw sprzętu medycznego (Sprawa 48/U/2022).

Dotyczy wzoru umowy

Pytanie nr 1

Dot. § 5 ust. 14 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

Każdorazowo po dokonaniu naprawy, zmiany miejsca podłączenia urządzenia Wykonawca dokona pomiaru rezystancji, wystawi protokół walidacji instalacyjnej montowanego urządzenia oraz dokona wpisu w paszporcie urządzenia u użytkownika sprzętu w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego kosztorys wykonania ww. czynności.

Odpowiedź na pytanie nr 1

TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

§ 5 ust. 14 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

Każdorazowo po dokonaniu naprawy, zmiany miejsca podłączenia urządzenia Wykonawca dokona pomiaru rezystancji, wystawi protokół walidacji instalacyjnej montowanego urządzenia oraz dokona wpisu w paszporcie urządzenia u użytkownika sprzętu w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego kosztorys wykonania ww. czynności.

Pytanie nr 2

Dot. § 5 ust. 15 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

Przedmiot umowy będzie wykonywany na podstawie zleceń Zamawiającego według potrzeb i możliwości, przy czym czas wykonania przeglądu wyniesie 15 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego a czas naprawy wyniesie 3 dni robocze.

Pytanie nr 3

Dot. § ust. 6 pkt. 2) – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

Wykonawca po dokonaniu diagnozy w terminie do 2 dni roboczych dokonanej diagnozy:

a) *opracowuje kosztorys cenowy na dokonanie naprawy obejmujący:*

–zestawienie części zamiennych niezbędnych do wymiany oraz o ile jest to niezbędne do naprawy Urządzenia, zestawienie niezbędnych materiałów eksploatacyjnych,

–szacunkowy koszt części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych

–liczbę roboczogodzin niezbędną do wykonanie naprawy,

b) *przesyła Zamawiającemu kosztorys naprawy;*

Pytanie nr 4

Dot. § 6 ust. 9 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

Minimalna wartość umowy, jaką Zamawiający gwarantuje zrealizować wynosi 90% wartości, o której mowa w ust. 4 pkt. 1)

Odpowiedź na pytanie nr 2-4

NIE. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany.

Pytanie nr 5

Dot. § 9 ust. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji:

1) 12 miesięcznej - na wymienione części z wyłączeniem akumulatorów, dla których gwarancja wynosi 6 m-cy, chyba, że producent udziela dłuższej gwarancji.

2) 6 miesięcznej - na wykonane usługi.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający zmienia § 9 ust. 2 wzoru umowy w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji:

- 3) 12 miesięcznej - na wymienione części z wyłączeniem akumulatorów dla których gwarancja wynosi 6 m-cy, chyba, że producent udziela dłuższej gwarancji.
- 4) 12 miesięcznej - na wykonane usługi.

Pytanie nr 6

Zmawiający w § 10 (*Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kary umowne*) przy wysokości kar umownych odwołuje się do § 6 ust. 5, który mówi brzmi następująco: Cena jednej roboczogodziny wynosi netto zł, brutto zł. Prosimy o zweryfikowanie czy Zamawiający nie miał na myśli ust. 6 tj. Łączna wartość niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty.....

Odpowiedź na pytanie nr 6

TAK. Zamawiający miał na myśli § 6 ust. 6 tj. Łączna wartość niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty.....

W związku z tym § 10 ust. 2 pkt. 2,3,4 otrzymują brzmienie:

- 2) 0,2 % wartości brutto wynagrodzenia, określonego w § 6 ust. 6 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu usługi,
- 3) 0,1 % wartości brutto wynagrodzenia, określonego w § 6 ust. 6 za każdy dzień zwłoki w usunięciu wadliwości wykonanej usługi,
- 4) 15 % łącznej wartości brutto wynagrodzenia, określonego w § 6 ust. 6 w przypadku rozwiązania przez Zamawiającego lub Wykonawcę umowy lub odstąpienia od umowy leżących po stronie Wykonawcy.

a § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 20 % łącznej wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 6.

Dotyczy XIV. Kryteria oceny oferty.

Pytanie nr 7

Zamawiający w rozdziale XIV opisał kryteria i sposób oceny ofert. Jedynym z punktowanych kryteriów jest *Czas przystąpienia do diagnozy awarii* – waga kryterium 10 pkt przy czym punkty będą przyznawane na poniższych zasadach:

0 punktów - termin **rozpoczęcia naprawy urządzenia** powyżej 72 godzin od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.

5 punktów – termin rozpoczęcia naprawy urządzenia od 49 do 71 godzin od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.

10 punktów – termin rozpoczęcia naprawy urządzenia do 48 godzin od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego

Zwracamy się z prośbą o weryfikację zapisów ponieważ ww. zapisy są rozbieżne.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający ujednolica zapisy w rozdziale XIV w części dotyczącej kryterium „Czas przystąpienia do diagnozy awarii– waga kryterium 10 pkt przy czym punkty będą przyznawane na poniższych zasadach:

0 punktów - czas przystąpienia do diagnozy awarii urządzenia powyżej 72 godzin od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.

5 punktów – czas przystąpienia do diagnozy awarii urządzenia od 49 do 72 godzin od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.

10 punktów – czas przystąpienia do diagnozy awarii urządzenia do 48 godzin od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego

Dotyczy formularza nr 2 - Arkusz asortymentowo-cenowy

Pytanie nr 8

W formularzu asortymentowo-cenowym w kolumnie nr 12 prosi o podanie *Cena netto: przeglądu technicznego jednego urządzenia/jednej roboczogodziny (kolumna 3-10)* Czy w wskazanej rubryce należy podać zarówno cenę netto przeglądu technicznego urządzenia jak i jednej roboczogodziny?

Odpowiedź na pytanie nr 8

TAK we wskazanej rubryce należy podać zarówno cenę netto przeglądu technicznego i konserwacji urządzenia jak i jednej roboczogodziny napraw.

Pytanie nr 9

W formularzu asortymentowo-cenowym w kolumnie nr 13 prosi o podanie *Wartości netto: przeglądu technicznego urządzeń/roboczogodzin napraw z kolumny 12* Zwracam się z prośbą o wskazanie jak obliczyć wartość netto roboczogodzin napraw. Czy prawidłowym działaniem będzie pomnożenie kolumny 11 x kolumna 12 w zakresie roboczogodziny?

Odpowiedź na pytanie nr 9

TAK, prawidłowym działaniem będzie pomnożenie kolumny 11 x kolumna 12 w zakresie roboczogodziny

Dotyczy wzoru umowy

Pytanie nr 10

Dotyczy załącznik nr 6 – projekt umowy - §5 punkt 5, podpunkt 1

Czy Zamawiający dopuści zmianę:

*„Wykonawca przedstawia Zamawiającemu, w **terminie 5 dni roboczych** od daty wykrycia konieczności, ofertę cenową na wykonanie naprawy z podaną liczbą roboczogodzin przewidzianych na jej wykonanie oraz zestawienie kosztów części koniecznych do wymiany, a także przewidywalny czas naprawy”?*

Pytanie nr 11

Dotyczy załącznik nr 6 – projekt umowy - §5 punkt 5, podpunkt 2

Czy Zamawiający dopuści zmianę:

*„Zamawiający może zaakceptować przedstawiony kosztorys naprawy wówczas wysłał Wykonawcy Zlecenie Wykonania Usługi (załącznik nr 4 do umowy). **Termin realizacji naprawy zostanie uzgodniony z Wykonawcą.**”?*

Pytanie nr 12

Dotyczy załącznik nr 6 – projekt umowy - §5 punkt 5, podpunkt 3

Czy Zamawiający dopuści zmianę:

*„W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę rażąco wysokiej ceny w ofercie, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o wyjaśnienie. Wykonawca w terminie **5 dni roboczych** jest zobowiązany do udzielenia ich na piśmie”?*

Pytanie nr 13

Dotyczy załącznik nr 6 – projekt umowy - §5 punkt 6, podpunkt 2

Czy Zamawiający dopuści zmianę:

*„Wykonawca po dokonaniu diagnozy w terminie do **5 dni roboczych** od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego dokonanej diagnozy”?*

Pytanie nr 14

Dotyczy załącznik nr 6 – projekt umowy - §5 punkt 6, podpunkt 3

Czy Zamawiający dopuści zmianę:

*„Zamawiający w **terminie do 5 dni roboczych**, może zaakceptować przedstawiony kosztorys naprawy, wówczas wysłał Wykonawcy Zlecenie Wykonania Usługi, którego wzór określa załącznik nr 4 do umowy, w **którym zakres i termin jej realizacji zostanie uzgodniony z Wykonawcą**”?*

Pytanie nr 15

Dotyczy załącznik nr 6 – projekt umowy - §5 punkt 4

Czy Zamawiający dopuści zmianę:

„w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę rażąco wysokiej ceny w kosztorysie, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o wyjaśnienie. Wykonawca w terminie **5 dni roboczych** jest zobowiązany do udzielenia ich na piśmie”?

Odpowiedź na pytanie nr 10-15

NIE. Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych zmian.

Pytanie nr 16

Dot. część 9

Czy Zamawiający wymaga imiennych certyfikatów wystawionych bezterminowo przez producenta sprzętu lub osoby przez niego upoważnione, dotyczących przeszkolenia w zakresie pełnej obsługi serwisowej urządzenia w Części nr 9?

Odpowiedź na pytanie nr 16

NIE. Zamawiający nie wymaga imiennych certyfikatów wystawionych bezterminowo przez producenta sprzętu lub osoby przez niego upoważnione, dotyczących przeszkolenia w zakresie pełnej obsługi serwisowej urządzenia w Części nr 9.

Pytanie nr 17

Dot. Arkusz asortymentowo-cenowy kolumna: „Stawka VAT”

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wpisana w kolumnie stawka podatku VAT jest stawką obowiązującą, jaką wykonawca ma zastosować? Czy też wykonawca może zastosować stawkę podatku VAT w oparciu o przepisy prawa oraz własną wiedzę?

Uzasadnienie: zgodnie z nową matrycą stawek podatku VAT, wprowadzoną 1 lipca 2020 r. (załącznikiem 3 do ustawy o VAT) stawką 8 % zostały objęte świadczenia usług napraw i konserwacji wszystkich wyrobów medycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Polski (poz. 69 nowego załącznika do ustawy o VAT), które zostały zakwalifikowane przez producenta jako wyrób medyczny, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r.

W związku z powyższym, w przypadku chociażby urządzeń w części 9, 24, 27-33, które zostały zakwalifikowane przez producenta jako wyrób medyczny, zgodnie z ustawą o

wyrobach medyczny z dn. 20.05.2010 r, powinna zostać zastosowana stawka Vat 8 % zarówno na przegląd i konserwację, jak i przy wycenie roboczogodziny na naprawy.

Dzięki udzielonej odpowiedzi, będzie możliwość zastosowania właściwej stawki podatku VAT.

Odpowiedź na pytanie nr 17

Zamawiający dokonuje zmiany stawki VAT w arkuszu asortymentowo-cenowym

Pytanie nr 18

Dot. zapisów SWZ rozdz. VI pkt 2

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o doprecyzowanie, w których częściach Zamawiający będzie wymagał osoby posiadającej certyfikat FGAZ, gdyż np. w częściach 9, 24, 27-33 wymaganie certyfikatu FGAZ jest bezpodstawne

Odpowiedź na pytanie nr 18

W częściach 9, 24, 27-33 Zamawiający nie wymaga certyfikatu FGAZ

Pytanie nr 19

Dot. zapisów SWZ rozdz. XIV pkt 1 ppkt 1.1 lit. b (druga)

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o zmianę zapisu w opisie zasad przyznawania punktów i dostosowanie do określenia kryterium. W opisie jest: „termin rozpoczęcia naprawy urządzenia”, a zgodnie z określeniem kryterium, powinno być: „termin przystąpienia do diagnozy awarii urządzenia”. Pragniemy nadmienić, że termin rozpoczęcia naprawy urządzenia, jest zależny od decyzji Zamawiającego, przygotowania i zaakceptowania kosztorysu (zgodnie z zapisami w Umowie § 5 ust. 5, 6), czyli nie jest bezpośrednio i jedynie zależny od woli wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 19

Zamawiający ujednolica zapisy w rozdziale XIV w części dotyczącej kryterium „Czas przystąpienia do diagnozy awarii– waga kryterium 10 pkt przy czym punkty będą przyznawane na poniższych zasadach:

0 punktów - czas przystąpienia do diagnozy awarii urządzenia powyżej 72 godzin od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.

5 punktów – czas przystąpienia do diagnozy awarii urządzenia od 49 do 72 godzin od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.

10 punktów – czas przystąpienia do diagnozy awarii urządzenia do 48 godzin od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego

Pytanie nr 20

Dot. Umowa § 5 ust. 12

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o wykreślenie z paragrafu 5 ustępu 12, gdyż jest on sprzeczny bezpośrednio z § 5 ust. 5 i 6 Umowy. Zamawiający akceptuje za każdym razem kosztorys cenowy naprawy, więc nie ma podstaw, aby później obniżać koszty, skoro Wykonawca działa na podstawie Zlecenia Wykonana Usługi, będącego akceptacją kosztorysu.

Odpowiedź na pytanie nr 20

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 21

Dot. Umowa § 6 ust. 3

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o wykreślenie z paragrafu 6 ustępu 3, gdyż w świetle istniejących przepisów, Zamawiający nie ma prawa narzucać wykonawcy marży, bo tym samym pośrednio wpływa na ustalenie ceny ofertowej.

Uzasadnienie: zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 maja 2009 r., sygn. akt: KIO /UZP 586/09: „Charakter postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie pozwala Zamawiającemu na określanie cen za wykonanie przedmiotu zamówienia. Obowiązkiem Zamawiającego jest, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy p.z.p., ustalenie z należytą starannością szacunkowej wartości zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest także określić w specyfikacji istotnych warunków zamówienia sposób obliczenia ceny (art. 36 ust. 1 pkt 12 ustawy p.z.p.). Ponadto, ustawodawca zobowiązał Zamawiającego do podania bezpośrednio przed otwarciem ofert kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 86 ust. 3 ustawy p.z.p.), dając mu jednocześnie możliwość unieważnienia postępowania w sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p.). Co więcej, regulacje ustawy p.z.p. w zakresie dialogu konkurencyjnego, w trybie którego prowadzone jest przedmiotowe postępowanie nie pozwalają na prowadzenie z Wykonawcami negocjacji w zakresie zaoferowanych przez nich cen. Cena za realizację zamówienia podawana jest przez Wykonawcę na etapie składania ofert i nie może być modyfikowana. Fakt, iż cena jest

elementem oferty wynika także z przepisów kodeksu cywilnego, który w art. 66 § 1 stanowi, iż oferta jest oświadczeniem drugiej stronie woli zawarcia umowy zawierającym istotne jej postanowienia, do których niewątpliwie należy cena. Stanowisko, iż określenie ceny za realizację zamówienia jest czynnością Wykonawcy można wywieść ponadto z faktu, iż cena jest obligatoryjnym kryterium oceny ofert w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (art. 91 ust. 2 ustawy p.z.p.) i często jest jedynym lub głównym elementem konkurencji pomiędzy Wykonawcami. Powyższe prowadzi do wniosku, iż ustalenie przez Zamawiającego górnej granicy kwoty prowizji wykracza poza przyznane mu w ustawie p.z.p. kompetencje”.

Odpowiedź na pytanie nr 21

NIE. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określa jedynie górną granicę marży, natomiast Wykonawca ma swobodę w określaniu ceny w granicach górnej granicy marży, marża jest również elementem cenotwórczym.

Pytanie nr 22

Dot. zapisów umowy § 10

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 10 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnęte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź na pytanie nr 22

NIE, wynagrodzenie jest ceną za usługę świadczoną przez wykonawcę. Zgodnie z postanowieniami art. 7 pkt 1 ustawy PZP jeżeli jest mowa w ustawie o cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178), nawet jeżeli jest płacona na rzecz osoby niebędącej przedsiębiorcą. Nadto zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług w **cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy**, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

Tym samym Zamawiający zastrzega wysokość kary umownej do określonej procentowo wysokości ceny usługi, a zatem obejmującej również podatek VAT. Takie działania są w pełni uzasadnione.

Pytanie nr 23

Zwracamy się o wyjaśnienie treści następujących postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej również „SWZ”, w zakresie części nr 23 (urządzenie do inaktywacji patogenów w osoczu), 25 (Reveos), 46 (zgrzewarki do jałowego łączenia drenów) i 54 (zgrzewarki dielektryczne do drenów):

Punkt VI.2) lit b) SWZ

Czy wystarczające będzie przedłożenie oświadczenia własnego wykonawcy we wskazanym zakresie? Jeżeli nie, kto powinien złożyć oświadczenie?

Odpowiedź na pytanie nr 23

TAK, wystarczające będzie przedłożenie oświadczenia własnego wykonawcy we wskazanym zakresie

Pytanie nr 24

Zwracamy się o wyjaśnienie treści następujących postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej również „SWZ”, w zakresie części nr 23 (urządzenie do inaktywacji patogenów w osoczu), 25 (Reveos), 46 (zgrzewarki do jałowego łączenia drenów) i 54 (zgrzewarki dielektryczne do drenów):

Punkt VI.2) lit d) tiret pierwsze i punkt VII.1.3) lit. a. SWZ oraz § 2 ust. 8 punkt 1) wzoru umowy (załącznik nr 6 do SWZ)

Wnosimy o odstąpienie od wymagania dysponowania co najmniej 1 osobą posiadającą ważne Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (D) – wskazane świadectwo nie jest wymagane do realizacji zamówienia w zakresie pakietów 23, 25, 46 i 54.

Odpowiedź na pytanie nr 24

NIE. Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ

Pytanie nr 25

Zwracamy się o wyjaśnienie treści następujących postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej również „SWZ”, w zakresie części nr 23 (urządzenie do inaktywacji patogenów w osoczu), 25 (Reveos), 46 (zgrzewarki do jałowego łączenia drenów) i 54 (zgrzewarki dielektryczne do drenów):

Punkt VI.2) lit d) tiret trzecie i punkt VII.1.3) lit. c. SWZ oraz § 2 ust. 8 punkt 3) wzoru umowy (załącznik nr 6 do SWZ)

Wnosimy o odstąpienie od wymagania dysponowania co najmniej 1 osobą posiadającą certyfikat FGAZ, wydany przez Urząd Dozoru Technicznego, w zakresie naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane, zgodnie z treścią ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych – wskazane świadectwo nie jest wymagane do realizacji zamówienia w zakresie pakietów 23, 25, 46 i 54.

Odpowiedź na pytanie nr 25

W częściach 23, 25, 46, 54 Zamawiający nie wymaga certyfikatu FGAZ

Pytanie nr 26

Zwracamy się o wyjaśnienie treści następujących postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej również „SWZ”, w zakresie części nr 23 (urządzenie do inaktywacji patogenów w osoczu), 25 (Reveos), 46 (zgrzewarki do jałowego łączenia drenów) i 54 (zgrzewarki dielektryczne do drenów):

Punkt VI.2) lit d) tiret czwarte i punkt VII.1.3) lit. d. SWZ oraz § 2 ust. 8 punkt 4) wzoru umowy (załącznik nr 6 do SWZ)

Wnosimy o odstąpienie od wymagania dysponowania co najmniej 1 osobą posiadającą dokument świadczący o ukończeniu szkolenia uprawniającego do napraw zgrzewarek, objętych pakietem nr 46. Naprawy tych zgrzewarek wykonywane są bowiem w centralnym serwisie poza Polską (na terenie UE). Serwis w Polsce jedynie przeprowadza wstępną diagnostykę oraz organizuje naprawę w serwisie zagranicznym.

Odpowiedź na pytanie nr 26

NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 27

Zwracamy się o wyjaśnienie treści następujących postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej również „SWZ”, w zakresie części nr 23 (urządzenie do inaktywacji patogenów w osoczu), 25 (Reveos), 46 (zgrzewarki do jałowego łączenia drenów) i 54 (zgrzewarki dielektryczne do drenów):

§ 1 ust. 3 pkt 4) wzoru umowy (załącznik nr 6 do SWZ)

Wnosimy o odstąpienie od wymogu sprawdzenia parametrów sprzętu wg normy PN-EN 62353 w odniesieniu do części nr 46 i 54. Wskazana norma dotyczy wyrobów medycznych, natomiast urządzenia objęte częściami nr 46 i 54 przedmiotu zamówienia nie są wyrobami medycznymi.

Odpowiedź na pytanie nr 27

NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 28

Zwracamy się o wyjaśnienie treści następujących postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej również „SWZ”, w zakresie części nr 23 (urządzenie do inaktywacji patogenów w osoczu), 25 (Reveos), 46 (zgrzewarki do jałowego łączenia drenów) i 54 (zgrzewarki dielektryczne do drenów):

§ 1 ust. 3 pkt 6) wzoru umowy (załącznik nr 6 do SWZ)

Czy orzeczenie o stanie sprzętu nienadającego się do naprawy może być zawarte w Raporcie Serwisowym?

Odpowiedź na pytanie nr 28

TAK, orzeczenie o stanie sprzętu nienadającego się do naprawy może być zawarte w Raporcie Serwisowym

Pytanie nr 29

Zwracamy się o wyjaśnienie treści następujących postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej również „SWZ”, w zakresie części nr 23 (urządzenie do

inaktywacji patogenów w osoczu), 25 (Reveos), 46 (zgrzewarki do jałowego łączenia drenów) i 54 (zgrzewarki dielektryczne do drenów):

§ 1 ust. 4 pkt 5) wzoru umowy (załącznik nr 6 do SWZ)

Wnosimy o ograniczenie wymagania sprawdzenia bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego do wypadków, w których ma to zastosowanie ze względu na zakres i istotę naprawy. Wyjaśniamy, że nie wszystkie naprawy wymagają sprawdzenia zarówno mechanicznego, jak i elektrycznego. Potrzeba takiego sprawdzenia zależy od części oraz dołączonej procedury wymiany/naprawy danego elementu.

Odpowiedź na pytanie nr 29

NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 30

Zwracamy się o wyjaśnienie treści następujących postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej również „SWZ”, w zakresie części nr 23 (urządzenie do inaktywacji patogenów w osoczu), 25 (Reveos), 46 (zgrzewarki do jałowego łączenia drenów) i 54 (zgrzewarki dielektryczne do drenów):

§ 2 ust. 2 zdanie pierwsze wzoru umowy (załącznik nr 6 do SWZ)

Wnosimy o wyrażenie zgody, by w zakresie części nr 46 przedmiotu zamówienia naprawy i zalecane przeglądy okresowe zgrzewarek co najmniej co 20 tys. zgrzewów wykonywane były w siedzibie serwisu poza Polską (na terenie Unii Europejskiej).

Wyjaśniamy, że naprawy zalecane przez producenta oraz przeglądy po kolejnych co najmniej 20 tys. zgrzewów wykonywane są w centralnym serwisie poza Polską (na terenie UE). Pozostałe przeglądy wykonywane są w Polsce przez serwis w Polsce.

Odpowiedź na pytanie nr 30

TAK Zamawiający wyraża zgodę by w zakresie części nr 46 przedmiotu zamówienia naprawy i zalecane przeglądy okresowe zgrzewarek co najmniej co 20 tys. zgrzewów wykonywane były w siedzibie serwisu poza Polską (na terenie Unii Europejskiej)

Pytanie nr 31

Zwracamy się o wyjaśnienie treści następujących postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej również „SWZ”, w zakresie części nr 23 (urządzenie do inaktywacji patogenów w osoczu), 25 (Reveos), 46 (zgrzewarki do jałowego łączenia drenów) i 54 (zgrzewarki dielektryczne do drenów):

§ 2 ust. 5 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SWZ)

Czy osoba wykonująca usługę może przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem zamiast identyfikatora ze zdjęciem?

Odpowiedź na pytanie nr 31

TAK. Zamawiający wyraża zgodę, aby osoba wykonująca usługę może przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem zamiast identyfikatora ze zdjęciem

Pytanie nr 32

Zwracamy się o wyjaśnienie treści następujących postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej również „SWZ”, w zakresie części nr 23 (urządzenie do inaktywacji patogenów w osoczu), 25 (Reveos), 46 (zgrzewarki do jałowego łączenia drenów) i 54 (zgrzewarki dielektryczne do drenów):

§ 2 ust. 11 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SWZ)

Wnosimy o potwierdzenie, że wymóg wykonywania napraw zgodnie z ustawą z 7 kwietnia 2022 r. nie dotyczy części nr 46 i 54, ponieważ urządzenia objęte tymi częściami nie stanowią wyrobów medycznych w rozumieniu wskazanej ustawy.

Odpowiedź na pytanie nr 32

NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 33

Zwracamy się o wyjaśnienie treści następujących postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej również „SWZ”, w zakresie części nr 23 (urządzenie do inaktywacji patogenów w osoczu), 25 (Reveos), 46 (zgrzewarki do jałowego łączenia drenów) i 54 (zgrzewarki dielektryczne do drenów):

§ 5 ust. 5 pkt 1) wzoru umowy (załącznik nr 6 do SWZ)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by termin na przedstawienie oferty cenowej był liczony w dniach roboczych?

Odpowiedź na pytanie nr 33

TAK. Zamawiający wyraża zgodę, by termin na przedstawienie oferty cenowej był liczony w dniach roboczych.

Pytanie nr 34

Zwracamy się o wyjaśnienie treści następujących postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej również „SWZ”, w zakresie części nr 23 (urządzenie do inaktywacji patogenów w osoczu), 25 (Reveos), 46 (zgrzewarki do jałowego łączenia drenów) i 54 (zgrzewarki dielektryczne do drenów):

§ 5 ust. 5 pkt 2) i ust. 6 pkt 3) wzoru umowy (załącznik nr 6 do SWZ)

Wnosimy, by termin napraw zgrzewarek objętych częścią nr 46 przedmiotu zamówienia wynosił co najmniej 30 dni. Zgrzewarki te są bowiem naprawiane w serwisie centralnym poza Polską (na terenie Unii Europejskiej).

Odpowiedź na pytanie nr 34

NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 35

Zwracamy się o wyjaśnienie treści następujących postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej również „SWZ”, w zakresie części nr 23 (urządzenie do inaktywacji patogenów w osoczu), 25 (Reveos), 46 (zgrzewarki do jałowego łączenia drenów) i 54 (zgrzewarki dielektryczne do drenów):

§ 5 ust. 5 pkt 2) i ust. 6 pkt 3) wzoru umowy (załącznik nr 6 do SWZ)

Czy Zamawiający zobowiązuje się do wyznaczania adekwatnego/odpowiedniego terminu realizacji napraw zgodnego z terminem zaoferowanym w kalkulacji?

Odpowiedź na pytanie nr 35

NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 36

Zwracamy się o wyjaśnienie treści następujących postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej również „SWZ”, w zakresie części nr 23 (urządzenie do inaktywacji patogenów w osoczu), 25 (Reveos), 46 (zgrzewarki do jałowego łączenia drenów) i 54 (zgrzewarki dielektryczne do drenów):

§ 5 ust. 6 pkt 1) wzoru umowy (załącznik nr 6 do SWZ)

Czy przystąpienie do diagnozy awarii może nastąpić zdalnie?

Odpowiedź na pytanie nr 36

NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 37

Zwracamy się o wyjaśnienie treści następujących postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej również „SWZ”, w zakresie części nr 23 (urządzenie do inaktywacji patogenów w osoczu), 25 (Reveos), 46 (zgrzewarki do jałowego łączenia drenów) i 54 (zgrzewarki dielektryczne do drenów):

§ 5 ust. 6 pkt 1) wzoru umowy (załącznik nr 6 do SWZ)

Czy termin na przystąpienie do diagnozy awarii liczony jest w godzinach przypadających w dni robocze?

Odpowiedź na pytanie nr 37

NIE. Termin na przystąpienie do diagnozy awarii liczony jest w godzinach.

Pytanie nr 38

Zwracamy się o wyjaśnienie treści następujących postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej również „SWZ”, w zakresie części nr 23 (urządzenie do inaktywacji patogenów w osoczu), 25 (Reveos), 46 (zgrzewarki do jałowego łączenia drenów) i 54 (zgrzewarki dielektryczne do drenów):

§ 5 ust. 8 i ust. 9 oraz § 9 ust. 6 pkt 2) wzoru umowy (załącznik nr 6 do SWZ)

Wnosimy o wyrażenie zgody, by naprawy zgrzewarek (pakiet nr 46) wykonywane były w siedzibie serwisu poza Polską (na terenie Unii Europejskiej).

Wyjaśniamy, że naprawy oferowanych zgrzewarek objętych pakietem nr 46 wykonywane są w centralnym serwisie poza Polską (na terenie UE). Serwis w Polsce przeprowadza wstępną diagnostykę oraz organizuje naprawę w serwisie zagranicznym.

Odpowiedź na pytanie nr 38

TAK. Zamawiający wyraża zgodę by naprawy zgrzewarek (pakiet nr 46) wykonywane były w siedzibie serwisu poza Polską (na terenie Unii Europejskiej)

Pytanie nr 39

Zwracamy się o wyjaśnienie treści następujących postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej również „SWZ”, w zakresie części nr 23 (urządzenie do inaktywacji patogenów w osoczu), 25 (Reveos), 46 (zgrzewarki do jałowego łączenia drenów) i 54 (zgrzewarki dielektryczne do drenów):

§ 9 ust. 2 pkt 1) wzoru umowy (załącznik nr 6 do SWZ)

Wnosimy o skrócenie terminu gwarancji na wymienione części do 3 miesięcy.

Odpowiedź na pytanie nr 39

NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 40

Zwracamy się o wyjaśnienie treści następujących postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej również „SWZ”, w zakresie części nr 23 (urządzenie do inaktywacji patogenów w osoczu), 25 (Reveos), 46 (zgrzewarki do jałowego łączenia drenów) i 54 (zgrzewarki dielektryczne do drenów):

§ 10 ust. 2 pkt 1) – 4) i ust. 4 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SWZ)

Wnosimy, by podstawą naliczania kar umownych we wskazanych przypadkach była wartość netto. Wartość brutto obejmuje podatek VAT, który wykonawca zobowiązany jest

odprowadzić do budżetu Państwa. Naliczanie kary za niewykonanie obowiązków umownych od wartości podatku (należności publicznoprawnej) jest nieuzasadnione.

Odpowiedź na pytanie nr 40

NIE. Wynagrodzenie jest ceną za usługę świadczoną przez wykonawcę. Zgodnie z postanowieniami art. 7 pkt 1 ustawy PZP, jeżeli jest mowa w ustawie o cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178), nawet jeżeli jest płacona na rzecz osoby niebędącej przedsiębiorcą. Nadto zgodnie z art. 3 ust. 2 stawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług w **cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy**, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową. Tym samym Zamawiający zastrzega wysokość kary umownej do określonej procentowo wysokości ceny usługi, a zatem obejmującej również podatek VAT. Takie działania są w pełni uzasadnione.

Pytanie nr 41

Zwracamy się o wyjaśnienie treści następujących postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej również „SWZ”, w zakresie części nr 23 (urządzenie do inaktywacji patogenów w osoczu), 25 (Reveos), 46 (zgrzewarki do jałowego łączenia drenów) i 54 (zgrzewarki dielektryczne do drenów):

§ 10 ust. 2 pkt 2) – 3) wzoru umowy (załącznik nr 6 do SWZ)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by kara umowna była naliczana od wartości usługi, której dotyczy zwłoka lub wada?

Odpowiedź na pytanie nr 41

NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 42

Zwracamy się o wyjaśnienie treści następujących postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej również „SWZ”, w zakresie części nr 23 (urządzenie do

inaktywacji patogenów w osoczu), 25 (Reveos), 46 (zgrzewarki do jałowego łączenia drenów) i 54 (zgrzewarki dielektryczne do drenów):

§ 10 ust. 2 pkt 4) wzoru umowy (załącznik nr 6 do SWZ)

Wnosimy o obniżenie stawki kary umownej z 15% do 10%.

Odpowiedź na pytanie nr 42

NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 43

Zwracamy się o wyjaśnienie treści następujących postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej również „SWZ”, w zakresie części nr 23 (urządzenie do inaktywacji patogenów w osoczu), 25 (Reveos), 46 (zgrzewarki do jałowego łączenia drenów) i 54 (zgrzewarki dielektryczne do drenów):

Arkusze asortymentowo – cenowe (załącznik nr 2 do SWZ)

Pakiety nr 23 i 25 pozycja „Przeгляд techniczny i konserwacja” – wnosimy o zmianę stawki VAT z 23% na 8%.

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług stawką 8% objęte są Usługi napraw i konserwacji wyrobów medycznych. Przeglądy techniczne stanowią konserwację wyrobów i powinny być opodatkowane stawką 8%.

Odpowiedź na pytanie nr 43

TAK. Zamawiający dokonuje zmiany stawki VAT w arkuszu asortymentowo-cenowym

Pytanie nr 44

Zwracamy się o wyjaśnienie treści następujących postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej również „SWZ”, w zakresie części nr 23 (urządzenie do inaktywacji patogenów w osoczu), 25 (Reveos), 46 (zgrzewarki do jałowego łączenia drenów) i 54 (zgrzewarki dielektryczne do drenów):

Arkusze asortymentowo – cenowe (załącznik nr 2 do SWZ)

Pakiety nr 46 i 54 pozycja „Roboczogodzina napraw” – wnosimy o zmianę stawki VAT z 8% na 23%.

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług stawką 8% objęte są Usługi napraw i konserwacji wyrobów medycznych. Urządzenia objęte pakietami nr 46 i 54 nie stanowią wyrobów medycznych. Ich naprawa podlega zatem opodatkowaniu stawką 23%.

Odpowiedź na pytanie nr 44

NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 45

Zwracamy się o wyjaśnienie treści następujących postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej również „SWZ”, w zakresie części nr 23 (urządzenie do inaktywacji patogenów w osoczu), 25 (Reveos), 46 (zgrzewarki do jałowego łączenia drenów) i 54 (zgrzewarki dielektryczne do drenów):

Arkusze asortymentowo – cenowy (załącznik nr 2 do SWZ), Część 23

Jako jedyny, autoryzowany dystrybutor w zakresie serwisu produktów firmy Terumo Blood and Cell Technologies na terenie Polski i zgodnie z naszą wiedzą prosimy o dodanie w Części 23 jednego dodatkowego urządzenia, dla którego powinny być również wykonywane przeglądy techniczne. Wyżej wymienione urządzenie pracuje w OT w Bydgoszczy.

Odpowiedź na pytanie nr 45

TAK. Zamawiający zmienia zapisy Arkusza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 2 do SWZ)

Pytanie nr 46

Zwracamy się o wyjaśnienie treści następujących postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej również „SWZ”, w zakresie części nr 23 (urządzenie do inaktywacji patogenów w osoczu), 25 (Reveos), 46 (zgrzewarki do jałowego łączenia drenów) i 54 (zgrzewarki dielektryczne do drenów):

Arkusze asortymentowo – cenowy (załącznik nr 2 do SWZ), Część 46

Jako jedyny, autoryzowany dystrybutor w zakresie serwisu produktów firmy Terumo Blood and Cell Technologies na terenie Polski i zgodnie z naszą wiedzą prosimy o dodanie w Części 46 trzech dodatkowych urządzeń dla których powinny być również wykonywane przeglądy

techniczne. Wyżej wymienione urządzenia pracują w OT w Warszawie, OT w Lublinie i OT w Szczecinie

Odpowiedź na pytanie nr 46

TAK. Zamawiający zmienia zapisy Arkusza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 2 do SWZ)

Pytanie nr 47

Zwracamy się o wyjaśnienie treści następujących postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej również „SWZ”, w zakresie części nr 23 (urządzenie do inaktywacji patogenów w osoczu), 25 (Reveos), 46 (zgrzewarki do jałowego łączenia drenów) i 54 (zgrzewarki dielektryczne do drenów):

Arkusze asortymentowo – cenowy (załącznik nr 2 do SWZ), Część 25

Jako jedyny, autoryzowany dystrybutor w zakresie serwisu produktów firmy Terumo Blood and Cell Technologies na terenie Polski i zgodnie z naszą wiedzą prosimy o sprostowanie w Części 25 ilości urządzeń dla których powinny być wykonywane przeglądy techniczne.

W OT w Warszawie znajduje się 1 urządzenie, dla którego wykonuje się 2 przeglądy techniczne w ciągu roku.

W OT we Wrocławiu znajdują się 2 urządzenia. Ponieważ urządzenia są dzierżawione, umowa dzierżawy uwzględnia odpowiednią ilość przeglądów technicznych oraz ewentualnych napraw. Nie ma konieczności wykazywania, wyżej wymienionych urządzeń w arkuszu asortymentowo-cenowym.

Odpowiedź na pytanie nr 47

TAK. Zamawiający zmienia zapisy Arkusza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 2 do SWZ)

Pytanie nr 48

Dotyczy pakietów: 9, 42, 49, 50 i 64

Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał autoryzację producenta na prowadzenie serwisu technicznego, wraz z dostępem do nowych i oryginalnych części zamiennych?

Odpowiedź na pytanie nr 48

NIE, Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca posiadał autoryzację producenta na prowadzenie serwisu technicznego, wraz z dostępem do nowych i oryginalnych części zamiennych

Pytanie nr 49

Dotyczy rozdziału VII pkt 1 ppkt 3.d

Czy Zamawiający wymaga, aby certyfikaty szkoleń posiadane przez pracowników Wykonawcy były wystawione w konkretnym okresie czasu, np. maksymalnie 2-3 lata?

Uzasadnienie: Dokument wystawiony w sposób opisany powyżej, da Zamawiającemu jasną informację, czy dedykowany zespół serwisantów Wykonawcy posiada jak najbardziej aktualną wiedzę i umiejętności na temat serwisowanych urządzeń.

Odpowiedź na pytanie nr 49

NIE, Zamawiający nie wymaga, aby certyfikaty szkoleń posiadane przez pracowników Wykonawcy były wystawione w konkretnym okresie, np. maksymalnie 2-3 lata

Pytanie nr 50

Czy w przypadku braku autoryzacji producenta, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał umowy licencyjne uprawniające do dysponowania dokumentacją techniczną wytwórcy (instrukcje serwisowe, procedury i zakres czynności), w zakresie przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź na pytanie nr 50

TAK. W przypadku braku autoryzacji producenta, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał umowy licencyjne uprawniające do dysponowania dokumentacją techniczną wytwórcy (instrukcje serwisowe, procedury i zakres czynności), w zakresie przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 51

Dotyczy rozdziału VII pkt 1 ppkt 3.c

Czy w przypadku pakietów nr 9, 42, 49, 50 i 64 Zamawiający wyrazi zgodę na odstępianie od wymogu posiadania certyfikatu FGAZ, ze względu na fakt, iż urządzenia w tych pakietach nie są urządzeniami chłodniczymi?

Odpowiedź na pytanie nr 51

W częściach 9, 42, 49, 50, 64 Zamawiający nie wymaga certyfikatu FGAZ

Pytanie nr 52-54 - dot. części: 35, 36, 37, 63, 65.

Pytanie nr 52

Czy w związku ze zmianą ustawy o VAT z dn. 1 lipca 2020 r. w zakresie wysokości stawki podatku VAT usług związanych z naprawą i konserwacją urządzeń medycznych (VAT 8%) Zamawiający dopuści możliwość rozdzielenia arkusza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 2 do SWZ) w pozycji: „Przegląd techniczny i konserwacja” odpowiednio na wiersze dotyczące usługi (VAT 8%) oraz ceny części zamiennych (VAT 23%) dla urządzeń będących wyrobami medycznymi?

Uzasadnienie: Zamawiający wskazuje w arkuszu asortymentowo-cenowym w pozycji: „Przegląd techniczny i konserwacja” jedynie stawkę VAT wynoszącą 23%.

Odpowiedź na pytanie nr 52

Zamawiający dokonuje zmiany stawki VAT w arkuszu asortymentowo-cenowym

Pytanie nr 53

Czy Zamawiający dopuści w zakresie pozycji 65 (załącznik nr 2 do SWZ) zmianę ilości wymaganych przeglądów w kolumnach 10 i 11 dot. ilości przeglądów urządzeń z 1 na 2, ze względu na wytyczne producenta odnośnie terminów wykonywania przeglądów technicznych (analyzer do badań immunohematologicznych IH-500 – dwa przeglądy w roku)?

Odpowiedź na pytanie nr 53

TAK. Zamawiający zmienia zapisy Arkusza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 2 do SWZ)

Pytanie nr 54

Czy Zamawiający dla części 35, 36, 37, 63, 65 odstąpi od warunku podanego w Rozdz. VI. pkt 1) d) SWZ: „Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, dysponował: co najmniej 1 osobą, posiadającą certyfikat FGAZ, wydany przez Urząd Dozoru Technicznego, w zakresie naprawy i obsługi technicznej **urządzeń i instalacji chłodniczych** zawierających substancje kontrolowane, zgodnie z treścią ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o

niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych” gdyż w/w urządzenia nie są urządzeniami chłodniczymi?

Odpowiedź na pytanie nr 54

W częściach 35, 36, 37, 63, 65 Zamawiający nie wymaga certyfikatu FGAZ

Pytanie nr 55

Dotyczy części 6, 7, 56, 60,

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę stawki VAT w arkuszu asortymentowo cenowym z 23% na 8%? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, stawka VAT na usługę przeglądu technicznego sprzętu medycznego wynosi 8%?

Odpowiedź na pytanie nr 55

Zamawiający dokonuje zmiany stawki VAT w arkuszu asortymentowo-cenowym

Na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 -Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zmianami) Zamawiający zmienia treść SWZ w następującym zakresie:

1. Treść ust. 1 w rozdziale IX SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest obowiązany wnieść **wadium w wysokości:**

Część nr 25 Reveos.....300,00 pln

Część nr 56 Separatory składników krwi - MCS+ Haemonetics.....150,00 pln

2. Treść ust. 1 w rozdziale X SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Wykonawca jest związany ofertą przez 90 dni tj. od dnia **25.01.2023 r. do dnia 24.04.2023 r.**

3. Treść ust. 11 pkt 3 w rozdziale XI SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/wckik/proceedings> na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia **25.01.2023 roku** do godziny **09:00.**”

4. Treść ust. 11 pkt 10 w rozdziale XI SWZ otrzymuje następujące brzmienie:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **25.01.2023** roku, po godzinie **09:05**.”

W imieniu Zamawiającego