



AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte
ul. J. Śmidowicza 69, 81 – 127 Gdynia,
www.amw.gdynia.pl



AMW-KANC.SZP.2712.12.2024

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie nieograniczonym art. 132 Pzp pt.: **Modernizacja Laboratorium Podstaw Elektrotechniki**

ZAPYTANIA III DO SWZ oraz ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, otrzymał zapytanie dotyczące SWZ i udzielił następującej odpowiedzi:

Zapytanie 1:

Dotyczy części VI.

Magnetometr występuje w różnych wykonaniach i z różnymi sondami. Proszę o informację w jakie sondy powinien zostać wyposażony? Czy do przyrządu powinny zostać zaoferowane dodatkowe akcesoria typu przewody, oprogramowanie, baterie/zasilacz, ładowarka baterii?

Odpowiedź 1:

Magnetometr powinien zostać wyposażony w sondy PFD 100 oraz PP-2-5.
Nie jest wymagane ani oprogramowanie ani dodatkowe wyposażenie.