

Mrągowo, dnia 18.11.2024r.

NZ/22/24

Do wiadomości uczestników postępowania

W odpowiedzi na zadane przez wykonawców pytania dotyczące treści dokumentacji postępowania na „Dostawa materiałów szewnych” Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o.o. odpowiada jak niżej:

1. **Dot. Pakietu 1, poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

2. **Dot. Pakietu 2, poz. 6.** Czy Zamawiający oczekuje w pozycji 5 igłę podwójną?

Odp. Tak, w pozycji 6 Zamawiający oczekuje igły podwójnej.

Prezes Zarządu
Piotr Jakubczyk