

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania:

Dostawa – 1 kpl urządzeń do badania zawartości alkoholu typu:**DRAGER 9510 IR wraz z wzorcowaniem**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do badania zawartości alkoholu o następujących parametrach:

Lp.	Wymagane parametry:
a)	Alkomat parametry: - zakres pomiaru 0 - 3 mg/l, - przygotowanie do pomiaru zgodnie z opisem w instrukcji obsługi producenta - czujnik – podczerwień, - pamięć pomiarów – minimum 500 wyników badań, - temperatura pracy 0°C do + 40°C - wbudowana drukarka termiczna - wyświetlacz LCD z podświetlaniem - menu w języku Polskim
b)	10 rolek papieru
c)	Instrukcja w języku polskim
d)	Pokrywa ochronna
e)	Zasilacz sieciowy i akumulatorowy
f)	Łuski jednorazowy sterylne – 250 szt. do urządzenia
g)	Walizka transportowa

SPECJALISTA
 WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA
 K. W. Rzeszowie
 Jerzy BRZEŃSKI

Do urządzenia należy dostarczyć Świadectwo Wzorcowania

Gwarancja na urządzenia: minimum 24 miesiące.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na dostarczone produkty.

Opracował:
 Artur Wolczyński
 SYSTEM
 WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA
 WP w Rzeszowie
 asp. Artur Wolczyński