

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG:271.KS.56...../2023

Tarnów, dnia 16.08.2023 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest na dostawę angioplastyki tętnicy szyjnej oraz neuroprotekcja – sprzęt medyczny do koronarografii i koronaroplastyki dla pracowni angiokardiografii Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - sprawa nr 56/2023

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 11.08.2023 r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 do części nr 7

Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów SIWZ dopuści do przetargu Stentgraft do angioplastyki obwodowej, OTW producenta Atrium Medical/ USA o następujących parametrach technicznych:

- Stentgraft zbudowany z rozprężanego na balonie stentu, stent stalowy: stal nierdzewna 316L, powleczonego wszczepialnym materiałem ePTFE: (zewnątrznie i wewnątrznie), poprawiającym sztywność liniową wraz z zachowaniem dotychczasowej giętkości, konstrukcja: wycinane laserowo
- Kompatybilny z przewodnikiem 0,035", system OTW, dł. shaftu 80 cm i 120 cm, dwa markery złote umiejscowione na obydwu końcach balonu.
- Śr. stentgraftu: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm; długość stentgraftu: 16, 22, 32, 38, 59 mm (dla śr. 5, 6, 7 mm) dł. 16, 22, 32, 38, 59 mm (dla śr. 8,9 mm); dł. 32, 38, 59 mm (dla śr. 10 mm) dł. 38, 59 mm kompatybilny z koszulką 6F (dla śr. 5-6 mm) dł. 16, 22 mm i 7F (dla śr. 5,6,7,8,9,10 mm) dł. 16,22,32,38,59 mm
- RBP 12 ATM
- NBP 8 ATM
- Ponad 15 letnie doświadczenie kliniczne, ponad 500 publikacji naukowych

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian

Otrzymują: Adresat
a/a

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Anna Czech

Z-ca MENEDŻER
DZIAŁU LOGISTYKI

Stanisław Miódz

SPECJALISTA
DZIAŁU LOGISTYKI

Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie

mgr Karolina Strzałba