

Chełmno, 26.04.2022 r.

N/znak: ZOZ.II/ZP/74/2022

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa nici chirurgicznych i siatek powięzionych dla ZOZ Chełmno”, nr post. 21/2022.

Na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmienia treść SWZ.

Pytanie nr 1

dotyczy: Pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pak. 7 siatek chirurgicznych w rozmiarach:

Poz. 2 - 7,5cm x 15 cm

Poz. 4 – 10cmx15cm

Pozostałe rozmiary zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2

dotyczy: Pakiet nr 7 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 2 siatek chirurgicznych w rozmiarze 8cmx12cm

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

dotyczy: Pakiet nr 7 poz. 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 6 siatek chirurgicznych w rozmiarze 20cmx30cm

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4

dotyczy: Pakiet 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej szwów z igłą odwrotnie tnącą?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5

dotyczy: Pakiet 2 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej szwów z igłą odwrotnie tnącą?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6

dotyczy: Pakiet 2 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej szwów z igłą o długości 40mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7

dotyczy: Pakiet 2 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej szwów z igłą odwrotnie tnącą?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8

dotyczy: Pakiet nr 2, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 25 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9

dotyczy: Pakiet nr 3

Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, wchłaniające, jednowłóknowe, okres podtrzymywania 40% po 14 dniach, 15% po 21 dniach, 5% po 28 dniach i czasie wchłaniania 90-120 dni?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 10

dotyczy: Pakiet nr 3, poz. 1, 6, 8, 9, 11

Czy Zamawiający dopuści nici o długości 75cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 11

dotyczy: Pakiet nr 3, poz.5, 8

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 12

dotyczy: Pakiet nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą lub igłę tnącą wzmocnioną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza igłę odwrotnie tnącą.

Pytanie nr 13

dotyczy: Pakiet nr 4, poz. 2-7

Czy Zamawiający dopuści nici o długości 75cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 14

dotyczy: Pakiet nr 5, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści nici o długości 75cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 15

dotyczy: Pakiet nr 7 poz.2

Czy Zamawiający dopuści siatkę chirurgiczną w rozmiarze 8cm x 15cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 16

dotyczy: Pakiet nr 9, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 39 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 17

dotyczy: Pakiet nr 9, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści igłę tnącą?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 18

dotyczy: Pakiet nr 9, poz. 5, 8

Czy Zamawiający dopuści nici o długości 100 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 19

dotyczy: Pakiet nr 10, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści nici o długości 90 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 20

dotyczy: projektu umowy

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1 a-c):

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:

a) za każdorazową zwłokę w realizacji złożonego zamówienia w wysokości 0,5 % wartości brutto złożonego zamówienia, w zakresie której Wykonawca pozostaje w zwłoce, za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto złożonego zamówienia, w zakresie której Wykonawca pozostaje w zwłoce**

b) z tytułu każdorazowej zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad – w wysokości 0,5% wartości brutto złożonego zamówienia, w zakresie której Wykonawca pozostaje w zwłoce, za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto złożonego zamówienia, w**

zakresie której Wykonawca pozostaje w zwłoce

c) zrealizowania dostawy niezgodnie z zamówieniem pod względem asortymentowym, jakościowym lub ilościowym, w wysokości **0,25 %** wartości brutto złożonego zamówienia

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 21

dotyczy: projektu umowy

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź: Do § 3 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„Na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Zamawiający udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na adres poczty e-mail: apteka2@zoz.chelmno.pl , ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy”.

Pytanie nr 22

dotyczy: projektu umowy

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 8 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów z „...od dnia otrzymania informacji o reklamacji Zamawiającego” na „... od dnia uznania reklamacji”

Odpowiedź: § 4 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w ciągu 5 dni od dnia uznania reklamacji przez Wykonawcę”.

Pytanie nr 23

dotyczy: pakiet nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 w poz. 1 dopuści igłę odwrotnie tnącą? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 24

dotyczy: pakiet nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 w poz. 2 dopuści igłę odwrotnie tnącą? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 25

dotyczy: pakiet nr 2 poz. 6

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 w poz. 6 dopuści igłę odwrotnie tnącą? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 26**dotyczy: Pakietu nr 1, pozycji nr 1 i 2**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1, Pozycjach nr 1 i 2 dopuści igłę o długości 36 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**Pytanie nr 27****dotyczy: Pakietu nr 1, pozycji nr 3 - 5**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1, Pozycjach nr 3 - 5 dopuści długość nici 250 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**Pytanie nr 28****dotyczy: Pakietu nr 2, pozycji nr 1 – 10**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2, Pozycjach nr 1 – 10 dopuści długość nici 90 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**Pytanie nr 29****dotyczy: Pakietu nr 2, pozycji nr 1**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2, Pozycji nr 1 dopuści igłę odwrotnie tnącą o długości 25 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**Pytanie nr 30****dotyczy: Pakietu nr 2, pozycji nr 2**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2, Pozycji nr 2 dopuści igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**Pytanie nr 31****dotyczy: Pakietu nr 2, pozycji nr 3**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2, Pozycji nr 3 dopuści igłę o długości 40 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**Pytanie nr 32****dotyczy: Pakietu nr 2, pozycji nr 4 i 6**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2, Pozycjach nr 4 i 6 dopuści igłę o długości 25 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**Pytanie nr 33****dotyczy: Pakietu nr 2, pozycji nr 8 i 10**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2, Pozycjach nr 8 i 10 dopuści igłę o długości 18 lub 20 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający w Pakiecie nr 2, w pozycjach nr 8 i 10 dopuści igłę o długości 18 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 34**dotyczy: Pakietu nr 3**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3, dopuści nici syntetyczne , wchłaniające, jednowłóknowe, okres podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 60% po 28 dniach, 50% po 42 dniach ?

Odpowiedź: Zgodnie SWZ.

Pytanie nr 35**dotyczy: Pakietu nr 3, pozycji nr 3 i 4**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3, Pozycjach nr 3 i 4 dopuści igłę o długości 36 mm i długość nici 70 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 36**dotyczy: Pakietu nr 3, pozycji nr 6**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3, Pozycji nr 6 dopuści igłę o długości 36 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 37**dotyczy: Pakietu nr 3, pozycji nr 7**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3, Pozycji nr 7 dopuści długość nici 70 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 38**dotyczy: Pakietu nr 3, pozycji nr 8**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3, Pozycji nr 8 dopuści igłę o długości 24 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 39**dotyczy: Pakietu nr 3, pozycji nr 10 i 12**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3, Pozycji nr 10 i 12 dopuści długość nici 70 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 40**dotyczy: Pakietu nr 4, pozycji nr 2**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4, Pozycji nr 2 dopuści długość nici 90 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 41**dotyczy: Pakietu nr 4, pozycji nr 3**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4, Pozycji nr 3 dopuści igłę o długości 40 lub 48 mm i długość nici 90 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 42**dotyczy: Pakietu nr 4, pozycji nr 4**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4, Pozycji nr 4 dopuści igłę o długości 36 mm i długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 43**dotyczy: Pakietu nr 4, pozycji nr 5-7**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4, Pozycjach nr 5-7 dopuści długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 44**dotyczy: Pakietu nr 4, pozycji nr 10-12**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4, Pozycjach nr 10-12 dopuści długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 45**dotyczy: Pakietu nr 4, pozycji nr 13 i 15**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4, Pozycjach nr 13 i 15 dopuści igłę o długości 36 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 46**dotyczy: Pakietu nr 4, pozycji nr 14**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4, Pozycji nr 14 dopuści igłę o długości 40 lub 48 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 47**dotyczy: Pakietu nr 4, pozycji nr 16**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4, Pozycji nr 16 dopuści długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 48**dotyczy: Pakietu nr 4, pozycji nr 17**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4, Pozycji nr 17 dopuści igłę wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 49**dotyczy: Pakietu nr 4, pozycji nr 19**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4, Pozycji nr 19 dopuści igłę o długości 70 mm i długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 50**dotyczy: Pakietu nr 7, pozycji nr 2**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7, Pozycji nr 2 dopuści siatkę chirurgiczną o wymiarach 6 cm x 13 cm ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**Pytanie nr 51****dotyczy: Pakietu nr 7, pozycji nr 4**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7, Pozycji nr 4 dopuści siatkę chirurgiczną o wymiarach 10 cm x 15 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**Pytanie nr 52****dotyczy: Pakietu nr 12, Pozycja nr 1**Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12, Pozycji nr 1 dopuści siatkę do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, wykonaną ze 100% polipropylenu monofilamentowego z mikroporami o wielkości oczek 1,8 x 1,8 mm, grubość siatki 0,38 mm, gramatura 37,8 g/m², wymiar siatki – 6 x 13 cm; siatka ukształtowana, z otworem na powróżek nasienny, rozcięcie do otworu z końca siatki ?**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.****Pytanie nr 53****dotyczy: Pakietu nr 12, Pozycja nr 2**Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12, Pozycji nr 2 dopuści siatkę do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, wykonaną ze 100% polipropylenu monofilamentowego z mikroporami o wielkości oczek 1,8 x 1,8 mm, grubość siatki 0,38 mm, gramatura 37,8 g/m²,

wymiar siatki – 8 x 12 cm, w kształcie muszli



?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**Pytanie nr 54****dotyczy: Pakietu nr 12, Pozycja nr 3**Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12, Pozycji nr 3 dopuści siatkę do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, wykonaną ze 100% polipropylenu monofilamentowego z mikroporami o wielkości oczek 1,8 x 1,8 mm, grubość siatki 0,38 mm, gramatura 37,8 g/m², wymiar siatki – 15 x 15 cm, kształt: kwadrat ?**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.****Pytanie nr 55****dotyczy: Pakietu nr 12, Pozycja nr 4**Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12, Pozycji nr 4 dopuści siatkę do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, wykonaną ze 100% polipropylenu monofilamentowego z mikroporami o wielkości oczek 1,8 x 1,8 mm, grubość siatki 0,38 mm, gramatura 37,8 g/m², wymiar siatki – 12 x 15 cm, z zaokrąglonymi brzegami ?**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 56**dotyczy: Pakietu nr 12, Pozycja nr 5**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12, Pozycji nr 5 dopuści siatkę do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, wykonaną ze 100% polipropylenu monofilamentowego z mikroporami o wielkości oczek 1,8 x 1,8 mm, grubość siatki 0,38 mm, gramatura 37,8 g/m², wymiar siatki – 30 x 30 cm, kształt: kwadrat ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 57**dotyczy: Pakietu nr 12, Pozycja nr 6**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12, Pozycji nr 6 dopuści siatkę do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, wykonaną ze 100% polipropylenu monofilamentowego z mikroporami o wielkości oczek 1,8 x 1,8 mm, grubość siatki 0,38 mm, gramatura 37,8 g/m², wymiar siatki – 15 x 30 cm, kształt: prostokąt ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr**dotyczy: Pakietu nr 12, Pozycja nr 7**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12, Pozycji nr 7 dopuści siatkę do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, wykonaną ze 100% polipropylenu monofilamentowego z mikroporami o wielkości oczek 1,8 x 1,8 mm, grubość siatki 0,38 mm, gramatura 37,8 g/m², wymiar siatki – 8 x 12 cm, w



kształcie muszli

?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 58**dotyczy: Pakietu nr 12, pozycji nr 8**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12, Pozycji nr 8 dopuści niewchłaniającą, siatkę wewnątrztrzewnową do położenia bezpośrednio na jelita, wykonaną w 83% z monofilamentowego włókna polipropylenowego oraz w 17% z antyadhezyjnej powłoki ePTFE (ekspandowany Politetrafluoroetylen); gramatura siatki 120 g/m², średnica włókna 0,18 mm, rozmiar porów (polipropylen): 0,8 x 1,1 mm, mikro-perforacja (ePTFE): 0,8 mm, grubość całkowita siatki 0,50 mm; wymiary 30cm x 30cm, sterylna, jednorazowego użytku ?

Ekspandowany Politetrafluoroetylen (ePTFE) różni się od Politetrafluoroetylen (PTFE) tym, że substancja wyjściowa przechodzi przez dodatkowy proces ekspandowania, czyli powiększania objętości. Ekspandowane PTFE posiada formę mikroporowatych włókien, które są lekkie, odporne na ściskanie, a przy tym bardzo trwałe oraz wytrzymałe.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 59**dotyczy: Pakiet 1, pozycja 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści igłę o dł. 36mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 60**dotyczy: Pakiet 1, pozycja 3-5**

Czy Zamawiający dopuści szwy o dł. 250cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 61

dotyczy: Pakiet 2, pozycja 1-10

Czy Zamawiający dopuści igłę 3/8 koła odwrotnie tnącą?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 62

dotyczy: Pakiet 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 63

dotyczy: Pakiet 4, pozycja 2-7

Czy Zamawiający dopuści szwy o dł. 75cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 64

dotyczy: Pakiet 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści igłę o dł. 40mm lub 48mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 65

dotyczy: Pakiet 4, pozycja 10-12

Czy Zamawiający dopuści szwy o dł. 150cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 66

dotyczy: Pakiet 4, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści igłę o dł. 40mm lub 48mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 67

dotyczy: Pakiet 4, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści igłę o dł. 30mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 68

dotyczy: Pakiet 4, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści szwy o dł. 75cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.