



SZP-EZP/99/2023

Złotów, dnia 21.04.2023 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, dalej zwany Zamawiającym, informuje o wpłynięciu wniosków o wyjaśnienie treści SWZ (tj. zapytań), dotyczących prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, oznaczonego symbolem **5A/ZP/2023**, którego przedmiotem jest: „**Dostawa środków dezynfekcyjnych**” – **postępowanie powtórzone**. Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udziela wyjaśnień w poniższy sposób:

I. Wyjaśnienia treści SWZ:

Dotyczy Części nr 3

Pytanie nr 1

Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat (roztwór) do dezynfekcji wysokiego poziomu, gotowy do użycia, o szybkim działaniu zarodnikobójczym, prątkobójczym, bakteriobójczym, wirusobójczym, grzybobójczym, przeznaczony do reprocessowania i dezynfekcji wyrobów medycznych tj. narzędzi termolabilnych i sprzętu endoskopowego; Preparat posiada rekomendacje dystrybutora myjni endoskopowych Choyang- CYW. Skład: kwas nadoctowy, nadtlenu wodoru i kwas octowy?

Odpowiedź: Zamawiający **nie zmienia** zapisów SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 2

Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat o na bazie kwasu nadoctowego (kwas octowy i nadtlenek wodoru) do dezynfekcji, wysokiego poziomu termolabilnych endoskopów i innych wyrobów medycznych na bazie kwasu nadoctowego, o wysokim poziomie dezynfekcji w 10 minut: B, Tbc, F, V, S (B. subtilis, B. cereus, C. difficile), skuteczność sporobójcza wobec B. subtilis, B. cereus oraz działanie bójcze wobec spor C. difficile R027 potwierdzone zostały na szczepach normatywnych zgodnie z normą EN 17126, preparat zachowuje skuteczność biobójczą do 14 dni z możliwością sprawdzenia aktywności za pomocą pasków testowych, możliwość zastosowania preparatu do dezynfekcji manualnej i półautomatycznej wyrobów medycznych i endoskopów różnych marek, kompatybilny z myjką Choyang Cyw-Duo?

Odpowiedź: Zamawiający **nie zmienia** zapisów SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 3

Poz. 3 - Czy zamawiający dopuści trójenzymatyczny preparat o przeznaczeniu jak w wymogach SWZ zamawiającego o składzie: enzymy (proteaza, lipaza, amylaza), chlorek didecylodimetyloamoni, propionian, niejonnowe i kationowe związki powierzchniowo - czynne, związki chelatujące, o spektrum działania: B, F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, Herpes Simplex, Vaccinia (Corona)) - w stężeniu 0,5% w czasie 10 minut oraz z możliwością poszerzenia bójczego wobec prątków gruźlicy (M.terrae) posiadający potwierdzenie producenta o skuteczności wobec biofilmu i spełnieniu standardów normy NF S94-402-1 dot. analizy elektrochemicznej korozji wżerowej.

Odpowiedź: Zamawiający **nie zmienia** zapisów SWZ w powyższym zakresie.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część dokumentacji przetargowej, a tym samym wykonawcy są zobligowani uwzględnić wszystkie dokonane zmiany przy sporządzaniu oferty.

Sporządzono w 1 egz.:

1. adresat (strona postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/755541>)

2. a/a

Sporządził: Bożena Schmidt – specjalista ds. zamówień publicznych,
tel. 67 263 22 33 wew. 329, fax. 672635878, e-mail: przetargi@szpital.zlotow.pl