



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.
19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odowiedź na Zapytanie 2

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ 5344 /2021

Data: 16.11.2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę odczynników do Mikrobiologicznego Laboratorium Medycznego wraz z dzierżawą analizatorów na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o.

Znak Sprawy: 4805 / 2021

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w formie pasków diagnostycznych do różnicowania bakterii należących do rodzaju Moraxella i Neisseria?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 2

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 38 wyrazi zgodę na zaoferowanie szybkiego testu kasetkowego do wykrywania 5 typów karbapenemaz: OXA-48, KPC, NDM, VIM oraz IMP?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 3

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 odstąpi od wymogu zaznaczenia w metodyce produktu miejsca wskazującego ilość stanowiącego podstawę kalkulacji ilości opakowań zaoferowanej przez Wykonawcę w formularzu asortymentowo-cenowym?

Uzasadnienie: Powyższą informację Wykonawca umieści w kolumnie „ilość szt. w op.” w formularzu asortymentowo-cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem umieszczenia w kolumnie „ilość szt w op.” w Formularzu Asortymentowo-Cenowym.

PYTANIE nr 4 dot. Załącznika nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 6 wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto.

Uzasadnienie:

VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, pozostawia zapisy bez zmian.

PYTANIE nr 5 dot. Załącznika nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy



(§ 6 ust. 1 pkt a wzoru umowy) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie naliczanej kary do max. 10 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, pozostawia zapisy bez zmian.

PYTANIE nr 6 dot. Załącznika nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

(§ 6 ust. 1 pkt c wzoru umowy) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie naliczanej kary do max. 5% wartości netto niezrealizowanej części przedmiotu umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, pozostawia zapisy bez zmian.

PYTANIE nr 7 dot. Załącznika nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

(§ 6 ust. 1 pkt d wzoru umowy) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie naliczanej kary do max. 10 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, pozostawia zapisy bez zmian.

PYTANIE nr 8 dot. Załącznika nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

(§ 8 ust. 2 wzoru umowy) Prosimy o zmianę zwrotu „od daty jej zgłoszenia” na zapis w brzmieniu „od chwili jej uznania”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Modyfikacja nr 2 z dnia 16.11.2021r. Załącznika nr 4 do SWZ.

PYTANIE nr 9 dot. Załącznika nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

Prosimy o modyfikację § 3 wzoru umowy poprzez dopisanie, iż wartość pojedynczej dostawy nie może być mniejsza niż 150,00 zł netto.

Uzasadnienie:

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł koszty transportu, na które składają się min. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE nr 10

Czy Zamawiający dopuści aneksowanie ze względu na zamianę oferowanego produktu na produkt równoważny w przypadku zmiany produktu lub producenta sprzętu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Modyfikacja nr 2 z dnia 16.11.2021r. Załącznika nr 4 do SWZ § 11 ust. 1 pkt b).

PYTANIE nr 11

Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie problemów z dostawą związaną z obecną sytuacją tj., opóźnienia w dostawach wynikające z sił wyższych – tj. zagrożenie Koronawirusem - możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta, termin dostaw jest wydłużony, trwają wydłużone kontrole w zakresie dostarczanych produktów od Producentów/ Dostawców? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy.

Uzasadnienie:

Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na zasadach § 11 ust. 1 pkt b).



PYTANIE nr 12 dot. Załącznika Nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy, §3 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie we wzorze umowy postanowienia, iż dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w tym poszczególnych zamówień, gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrolą stron, których działając z należytą starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, zamieszki, akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności o charakterze tzw. siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za wykonanie umowy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw wszystkich produktów na bieżąco i zgodnie ze składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.

Uzasadnienie:

Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARC-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym:

Potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych produktów związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowanie przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic, ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia, stanowiące okoliczności o charakterze tzw. siły wyższej, złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą nie zostać zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane w późniejszym terminie lub w odbiegającej od zamówienia liczbie produktów. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE nr 13

Czy Zamawiający odstąpi od wymagania dołączenia do oferty certyfikatu ISO 9001?

Uzasadnienie: Systemem Zarządzania Jakością, dedykowanym dla Wyrobów Medycznych i opracowanym w trosce o zapewnienie najwyższej jakości wyrobów oraz ich bezpieczeństwa dla pacjentów, czy klientów jest ISO 13485. ISO 13485 zostało opracowane w zgodzie z ISO 9001 oraz tak, by mogło zostać niezależnie zaimplementowane do organizacji zajmującej się produkcją, dystrybucją i badaniami nad wyrobami medycznymi. ISO 13485 zawiera specyficzne dla międzynarodowego rynku medycznego regulacje, których nie ma w ISO 9001, przez co wydaje się bardziej odpowiedni dla potrzeb Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający odstąpi od wymagania, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę certyfikatu ISO 13485.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

