

L.dz. W/1490...../2021

Olsztyn dn. 01.09.2021r.

Nr postępowania: 262/2021/TP/DZP

*Do wiadomości  
wszystkich uczestników postępowania*

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie podstawowym pt. **Dostawa odczynników chemicznych, przeciwciał oraz zestawu do płukania i kalibracji urządzenia Guava MUSCE Cell Analyser do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.** Nr postępowania: 262/2021/TP/DZP.

### **PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 t.j. ze zm.) przedstawia wyjaśnienia dotyczące postawionych przez wykonawców pytań w ww. postępowaniu:

#### **Pytanie nr 1:**

**Dotyczy wzoru umowy, §3, ustęp 8 – część 7, 8 i 11.**

Zamawiający zapisał:

„Nazewnictwo zastosowane w fakturze, musi być zgodne z nazewnictwem asortymentu zastosowanym przez Zamawiającego w SWZ oraz protokołem odbioru.“

Wnosimy o usunięcie w/w zapisu w odniesieniu do realizacji części 7, 8 i 11.


System realizacji zamówień który stosujemy nie dopuszcza zmiany opisu produktu.

Na fakturze umieszczony jest numer katalogowy produktu który to umożliwi identyfikację produktu oraz opis produktu zastosowany przez producenta.

Nie mamy możliwości zmian opisów produktów na życzenie Zamawiających

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę powyższego zapisu.



**Pytanie nr 2:**

**Dotyczy wzoru umowy, §4, ustęp 5 – część 7, 8 i 11.**

Zamawiający zapisał:

„W przypadku wystąpienia braku w przedmiocie dostawy, dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z ofertą, stwierdzenia uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego wadliwości, wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia brakującego przedmiotu umowy lub wymiany na nowy wolny od wad i uszkodzeń w ciągu **7 dni roboczych**, liczonych od daty przyjęcia reklamacji.”

Prosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał:

„W przypadku wystąpienia braku w przedmiocie dostawy, dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z ofertą, stwierdzenia uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego wadliwości, wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia brakującego przedmiotu umowy lub wymiany na nowy wolny od wad i uszkodzeń w ciągu **18 dni roboczych**, liczonych od daty przyjęcia reklamacji.”

Prośbę swoją motywujemy tym, iż odczynniki wymienione w części 7, 8 i 11 są produkowane i magazynowane poza granicami kraju. Producent gwarantuje czas dostawy do 21 dni kalendarzowych.

Nie jesteśmy w stanie spełnić tego warunku Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższą modyfikację. Zmodyfikowany załącznik w załączeniu.

Jednocześnie zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 t.j. ze zm.) dokonuje zmiany treści SWZ poprzez modyfikację:

- załącznika nr 4 do SWZ – projektowane postanowienia umowy (zmiany naniesiono czerwoną czcionką).


— **zapisów Działu X SWZ pkt 1 – Termin związania ofertą:**

**Przed modyfikacją:**

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni tj. od upływu terminu składania ofert do dnia **06.10.2021 r.**

**Po modyfikacji:**

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni tj. od upływu terminu składania ofert do dnia **09.10.2021 r.**



— **zapisów Działu XII SWZ pkt 2 - Sposób oraz termin składania ofert:**

**Przed modyfikacją:**

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej w terminie **do dnia 07.09.2021 r. do godziny 10:00** za pośrednictwem Platformy pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu>

**Po modyfikacji:**

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej w terminie **do dnia 10.09.2021 r. do godziny 10:00** za pośrednictwem Platformy pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu>

— **Dział XIII SWZ pkt 1 – Termin otwarcia ofert:**

**Przed modyfikacją:**

1. Otwarcie ofert nastąpi po upływie terminu składania ofert tj. w dniu **07.09.2021 r. o godz. 10:30** za pośrednictwem Platformy poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.

**Po modyfikacji:**

1. Otwarcie ofert nastąpi po upływie terminu składania ofert tj. w dniu **10.09.2021 r. o godz. 11:00** za pośrednictwem Platformy poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.

W związku z dokonaną zmianą zamawiający dokona stosownej zmiany Ogłoszenia o zamówieniu.

Z poważaniem

KANCLERZ  
mgr inż. *Bogusław Stec*

sporządzili: *Anna Zalewska, Adrian Horodecki*

SPECJALISTA  
*Anna Zalewska*  
mgr Anna Zalewska

