

Kielce, dn. 05 czerwca 2024 r.

IZP.2411.72.2024.AJ

## WSZYSCY WYKONAWCY

### WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

*Dot. postępowania na zakup dwóch zestawów laparoskopowych 4K z funkcją obrazowania z użyciem ICG z monitorami asystującymi i akcesoriami dla potrzeb Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach*

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SWZ wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami:

#### **Pytanie 1**

Dot. załącznika nr 4 do SWZ – OPZ lp. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu:

Trzykrotna naprawa gwarancyjna tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę podzespołu na nowe nieużywane?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający, w poz. 4 OPZ zapisując, że: „Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę podzespołu na nowe nieużywane”, miał na myśli naprawy gwarancyjne.

#### **Pytanie 2**

Dot. załącznika nr 7 do SWZ – projekt umowy par. 7 ust. 1 pkt b, c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych do 0,5% wartości netto umowy, licząc za każdy dzień zwłoki?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp modyfikuje zapisy projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ, w tym zakresie.

#### **Pytanie 3**

Dot. Załącznik nr 4 do SWZ, punkt 64:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przez dostawcę insuflatora z podgrzewaniem i oddymianiem z dedykowanym trybem bariatrycznym do 30mmHg i neonatologicznym do **14mmHg** zamiast **15mmHg**?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

**Pytanie 4**

Dot. Załącznik nr 4 do SWZ, punkt 172:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przez dostawcę insuflatora z podgrzewaniem i oddymianiem z dedykowanym trybem bariatrycznym do 30mmHg i neonatologicznym do **14mmHg** zamiast **15mmHg**?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Powyższe odpowiedzi i zmiany są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

Z poważaniem

*Kierownik Działu Zamówień Publicznych*

*Mariusz Klimczak*