

Konin, dnia 02.08.2022 r.

WSZ-EP-28/1105/2022

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/
strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn „Dostawa staplerów dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.”, nr sprawy WSZ-EP-28/2022.

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust.6 ustawy z dnia 11września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r.. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pakiet 1 – Staplery liniowe

Poz. 1, 3, 5, 7

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler liniowy, załadowany ładunkiem zawierającym: cztery rzędy tytanowych zszywek, wykonanych z drutu okrągłego w przekroju na całej długości, co w żaden sposób nie wpływa na jakość zespolenia, oraz nóż. Stapler posiadać możliwość odpalenia ładunku z dwóch stron?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Poz. 2, 4, 6, 8

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do staplera liniowego, zawierający: cztery rzędy tytanowych zszywek oraz nóż, zszywki wykonane z drutu okrągłego w przekroju na całej długości, co w żaden sposób nie wpływa na jakość zespolenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 2 – Staplery liniowe bez noża

Poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, Jednorazowy stapler liniowy bez noża, załadowany ładunkiem zawierającym dwa rzędy tytanowych zszywek, wykonanych z drutu okrągłego w przekroju na całej długości, co w żaden sposób nie wpływa na jakość zespolenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 4 – Jednorazowe staplery okrężne

Poz. 1, 2, 3, 4

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, staplery jednorazowe okrężne, zakrzywione, z manualnym dociskiem tkanki oraz z łamanym kowadełkiem, które składa się po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, z dwoma rzędami tytanowych zszywek wykonanych z drutu okrągłego w przekroju na całej długości, co w żaden sposób nie wpływa na jakość zespolenia. Stapler w długości standardowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, staplery jednorazowe okrężne, rozmiar 32 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 8 – Jednorazowy poprzecznie tnący stapler liniowy z nożem

Poz. 1, 2, 3, 4

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, poprzecznie tnący stapler z liniowy z nożem 40mm do niskich resekcji odbytnicy z nożem. Prosta głowica. Ramię staplera o długości 26,5 cm. Stapler posiadający jedną dźwignię zamykającą-spustową. Zamykający na 2,0 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.