



Łukasiewicz

Warszawski
Instytut
Technologiczny

Warszawa, dn. 01.10.2024 r.

Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert na „Zakup, montaż i uruchomienie suszarki próżniowej do materiałów niepalnych”

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na dotychczas otrzymane pytania:

1. Czy Zamawiający dopuści zakres temperatury: od +9°C powyżej temperatury otoczenia do +220°C?

Uprzejmie informujemy:

1. Zamawiający informuje, że dopuści zakres temperatury: od +9°C powyżej temperatury otoczenia do +220°C.

Strona 1 z 1

