



.....  
.....

Znak: AE/ZP-27-93/24

Tarnów, 2024-10-23

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 221.000 EURO) na dostawy: stymulatorów serca i kardiowerterów-defibrylatorów z osprzętem, akcesoriów do zabiegów naprawczych oraz elektrod i przetworników kompatybilnych z kardiomonitorem Comen C-90 Model JIBPT-01-YP-L.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.1 pkt 2 Załącznika Nr 4.2 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 poz.1, pkt. 2 parametrów wymaganych (Załącznik Nr 4.2) - Kardiowerter defibrylator z funkcją resynchronizującą CRTD cechujący się średnią żywotnością 7,9 lat- (średnia żywotność wyliczona w oparciu o rzeczywiste dane zebrane od pacjentów włączonych w sieć telemonitoringu)? Pozostałe wymogi zgodne z SWZ
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.4 pkt 9 Załącznika Nr 4.1 do SWZ.** Zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień - Formularz cenowy, pakiet nr 1, punkt 1.4 - Czy Zamawiający dopuści elektrody do zatoki wieńcowej tylko czteropolowe z gniazdem IS-4 zgodnie z formularzem technicznym - załącznik nr 4.1, pozycja nr 9?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.5 pkt 15 Załącznika Nr 4.1 do SWZ.** Zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień - Załącznik nr 4.1 , Pakiet nr 1, pozycja nr 15 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do wprowadzania elektrod do zatoki wieńcowej bez cewnika angiograficznego hydrofilnego sterowanego 0,014"? Pozostałe parametry zgodne z SWZ?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.5 pkt 18 Załącznika Nr 4.2 do SWZ.** Zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień - Załącznik nr 4.2, Pakiet nr 2, pozycja nr 18 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do wprowadzania elektrod do zatoki wieńcowej bez cewnika angiograficznego hydrofilnego sterowanego 0,014"? Pozostałe parametry zgodne z SWZ?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.1 pkt 2 Załącznika Nr 4.2 do SWZ.** Zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień - Załącznik nr 4.2, Pakiet nr 2, pozycja nr 2 - Czy Zamawiający dopuści żywotność minimum 6 lat dla urządzeń ze złączem DF-1?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2.1 pkt 6 Załącznika Nr 4.4 do SWZ.** Zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień - Załącznik nr 4.4, Pakiet nr 3, pozycja nr 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiowertera-defibrylatora jednojamowego z impulsem dwufazowym, który regulowany jest czasem trwania impulsu i kształtem fali?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1.1 pkt 7 Załącznika Nr 4.3 do SWZ.** Zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień - Załącznik nr 4.3, Pakiet nr 3, pozycja nr 7- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiowertera-defibrylatora jednojamowego z impulsem dwufazowym, który regulowany jest czasem trwania impulsu i kształtem fali?

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad. 1** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone pkt 2 Załącznika Nr 4.2 do SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 2 poz. 1.1.**

**Ad. 2** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone pkt 9 Załącznika Nr 4.1 do SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 1 poz. 1.4 .**

**Ad. 3** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone pkt 15 Załącznika Nr 4.1 do SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 1 poz. 1.5.**

**Ad. 4** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone pkt 18 Załącznika Nr 4.2 do SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 2 poz. 1.5.**



**Ad. 5** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone pkt 2 Załącznika Nr 4.2 do SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 2 poz. 1.1.**

**Ad. 6** W Załączniku Nr 4.4 do SWZ Zamawiający określił wymagania dla przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 3 poz. 2.1**, tj. dla kardiowerterów-defibrylatorów dwujamowych. Jeżeli Wykonawcy chodziło o kardiowertery-defibrylatory dwujamowe (a omyłkowo wpisał jednojamowe) to Zamawiający podtrzymuje wymagania określone pkt 6 Załącznika Nr 4.4 do SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 3 poz. 2.1.**

**Ad. 7** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone pkt 7 Załącznika Nr 4.3 do SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 3 poz. 1.1.**

Otrzymują:  
Platforma Zamawiającego  
a/a



DYREKTOR

lek. med. *Marcin Kuta*

