



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ewa Mrówka
Dyrektor Departamentu Laboratoriów
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Warszawa, dn. 26.10.2022 r.

BF-2.262.38.2022

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na **zakup i dostawę spektrofotometru dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów**

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu.

Na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy, jako **ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Wykonawcę VELACORP Sp. z o.o, ul. Gdańska 91 lok. 93 bud. F, 90-613 Łódź** – cena **193 588,45 zł brutto**.

Uzasadnienie wyboru:

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta

Oferta Wykonawcy **VELACORP Sp. z o.o** przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów określonych w SWZ, uzyskując 100,00 pkt, w tym: 60,00 pkt w kryterium *Cena*, 8,00 pkt w kryterium *Okres gwarancji*, 32,00 pkt w kryterium *Funkcjonalność*.

Wybrany wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, a złożona przez niego oferta jest zgodna z wymogami SWZ i nie podlega odrzuceniu.

W postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.

Zatwierdził:
DYREKTOR DEPARTAMENTU LABORATORIÓW
Ewa Mrówka

Informacja o nazwie, siedzibie i adresie Wykonawcy, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu, zawierająca punktację przyznaną ofercie w każdym kryterium oceny ofert oraz łączną punktację.

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Liczba punktów w kryterium cena	Liczba punktów w kryterium okres gwarancji	Liczba punktów w kryterium filtr odcinający 460 nm	Liczba punktów w kryterium kontrola temperatury próbki podczas pomiaru oraz zapisywanie tej temperatury wraz z wynikami pomiarów	Liczba punktów w kryterium możliwość wizualnego (bez użycia kamery) sprawdzenia po zamontowaniu próbki czy próbka jest prawidłowo umieszczona w otworze pomiarowym od strony kuli całkującej	Liczba punktów w kryterium dodatkowa płytka do sprawdzania filtra UV	Liczba punktów w kryterium dodatkowa przesłona pomiarowa	Łączna punktacja
1.	VELACORP Sp. z o.o ul. Gdańska 91 lok. 93 bud. F 90-613 Łódź	60,00	8,00	4,00	8,00	8,00	8,00	4,00	100,00