



INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa materiałów szewnych i produktów hemostatycznych”

Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 31 poz.2

Czy Zamawiający dopuści hemostatyk w rozmiarze 5 x 7,5 cm? Pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza hemostatyk o rozmiarze 5 x 7,5 cm.

Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 31 poz.4 i 5

Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający oczekuje, aby gazy hemostatyczne posiadały parametry działania bakteriobójczego in vitro przeciwko 40 typom bakterii gram+ i gram- w tym na szczepy MRSA, MRSE, VRE, PRSP, BORDATELLA PERTUSIS, STREPTOCOCCUS FAECALIS, E.coli, Klebsiella pneumoniae, Listeriamonocytogenes, MOTT (prądkie inne niż gruźlica) – potwierdzone w instrukcji użytkowania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza aby gazy hemostatyczne posiadały parametry działania bakteriobójczego in vitro przeciwko podanym w pytaniu 40 typom bakterii.

Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu nr 31 poz.1, 2, 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pak.31 w poz 1,2,3 gazy hemostatycznej z utlenionej, regenerowanej celulozy o rozmiarach :

Poz. 1 - 5 x 1,25cm

Poz. 2 - 5 x 7,5cm

Poz. 3 - 10 x 20cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza gazy hemostatyczne z utlenionej, regenerowanej celulozy o podanych w pytaniu rozmiarach

Pytanie nr 4 – dotyczy pakietu nr 34

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w pozycji 1 proszku hemostatycznego o parametrach opisanych w SWZ , pakowanego w opakowania zbiorcze o wielkości do wyboru przez Zamawiającego:

5szt a 1g (z odpowiednim przeliczeniem ilości w kolumnie nr 5 do 200szt)



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

lub

5szt a 3g (w ilości 200 sztuk)

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5 – dotyczy pakietu nr 34

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w poz. 1 i 2 proszku zapakowanego w ampułkę z trwale dołączonym aplikatorem o łącznej długości 9 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6 – dotyczy pakietu nr 34

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w poz. 1 i 2 proszku zapakowanego w ampułkę i dodatkowego aplikatora przedłużającego o długości 14cm.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7 – dotyczy pakietu nr 14

Czy w Pakiecie nr 14 Zamawiający dopuści nici poliestrowe niepowlekane, z dwoma igłami typu szpatułka 330µm, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ

Pytanie nr 8 – dotyczy pakietu nr 16 poz.1

Czy w Pakiecie nr 16 poz. 1 Zamawiający dopuści nici polipropylenowe 10/0 z dwoma igłami o dł. 16mm, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9 – dotyczy pakietu nr 16 poz.3

Czy w Pakiecie nr 16 poz. 3 Zamawiający dopuści nici polipropylenowe 10/0 z dwoma igłami o dł. 13mm przekroju 0,24, typu cut taper – jak na rys.



Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10 – dotyczy pakietu nr 13 i 14

Czy w Pakiecie nr 13 i 14 Zamawiający odstąpi od wymogu opisu w języku polskim na saszetce? – zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7.04.2022r. (Dz.U. z dn. 09.05.2022r. poz. 974 Rozdział 3 art. 12.1.4 – ustawodawca dopuszcza oznakowanie w języku angielskim.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

ul. M. Kamińskiego 73a, 51-124 Wrocław

tel. 71 35 95 95 454

sekretariat@wssk.wroc.pl

www.wssk.wroc.pl

www.wssk.wroc.pl

Romana Kamora

DYREKTOR SZPITALA



DOLNY
SLASK

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. M. Kamińskiego 73a, 51-124 Wrocław
tel. 71 35 95 95 454
sekretariat@wssk.wroc.pl
www.wssk.wroc.pl

15