
Odpowiedzi na skierowane do zamawiającego pytania

dotyczy: zapytania ofertowego pn.: **Obłożenia do zabiegów operacyjnych**

(nr postępowania: **SPZZOZ-ZP-3/2025**)

I.

Zadanie 1 składowa 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę zabiegową z zintegrowanymi osłonami na kończyny o wymiarach 200/270cm 300cm z otworem przyklepnym 25cmx 30cm z rozmiarem wzmocnienia 60cm x 60cm, z ośmioma organizerami przewodów, o gramaturze łącznej 130g/m² (podstawowa gramatura 50g/m² oraz wzmocnienie 80g/m²) oraz odpornością na przenikanie cieczy 110 cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Zadanie 1 składowa 2

Czy Zamawiający dopuści dwie kieszenie samoprzylepne o wymiarach 30cm x 40 dodane do zestawu z możliwością doklejenia do serwety, zamiast zintegrowanymi z serwetą?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Zadanie 1 składowa 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową o wymiarach 200/270cm x 300 cm ze wzmocnieniem 60cm x 60cm, z ośmioma organizerami przewodów typu rzep, o łącznej gramaturze 140g/m² (podstawowa gramatura 60g/m² oraz wzmocnienie 80g/m²) o odporności na przenikanie cieczy 197 cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Zadanie 1 składowa 3

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo wykonaną z folii PE o gramaturze 50g/m² oraz wzmocnienia z włókniny PP 37g/m² ze wzmocnieniem o wymiarach 60cm x 140cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Zadanie 1 składowa 9

Czy Zamawiający dopuści tufery z gazy w wymiarach 30cm x 40cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zadanie 3 składowa 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową o wymiarach 230cm x 320cm z samouszczelniającym się neoprenowym otworem o średnicy 7 cm z torbą do zbiórki płynów w wymiarach 60cm x 100 cm wraz z zintegrowanymi zaworami do odprowadzenia płynów oraz organizerami, o gramaturze 60g/m² oraz odpornością na przenikanie cieczy 196 cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Zadanie 3 składowa 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę do mycia kończyny w wymiarach 150cm x 180cm o gramaturze 60g/m² oraz odporności na przenikanie cieczy 196 cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zadanie 3 składowa 5

Czy Zamawiający dopuści kieszeń przyklepną w wymiarach 30cm x 40cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zadanie 3 składowa 10

Czy Zamawiający dopuści przewód drenażowy R 0,8x 210 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zadanie 3 wymagania

Czy Zamawiający dopuści zestawy pakowane w podwójne opakowanie transportowe: zewnętrzny karton zaklejany taśmą klejącą oraz wewnętrzny worek foliowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zadanie 3 wymagania

Czy Zamawiający dopuści zestaw z datą ważności 2 lata od daty produkcji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, realizacja dostaw zgodnie ze wzorem umowy (§5 ust.5)

Zadanie 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści taśmę chirurgiczną samoprzylepną, o wymiarach 10cm x 50cm wykonaną z włókniny typu spunlace, składającej się z 55% pulpy celulozowej i 45% poliestru. z papierem zabezpieczającym o gramaturze 70 g/m². Taśma posiada dodatkowe "fingerlifty" ułatwiające aplikację?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zadanie 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 90 cm x 75cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 150g. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania, sterylizowana radiacyjnie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Zadanie 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści osłonę wykonaną z folii o grubości 0,05mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Zadanie 5, pozycja 3


Czy Zamawiający dopuści osłonę sterylizowaną radiacyjnie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

II.

1. Dotyczy części 3.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu serwet o składzie i parametrach jak poniżej:



- 1 x czerwona **osłona na stolik Mayo** 80x145cm ze wzmocnieniem 60x145cm, składana teleskopowo
- 1 x **serweta na stół instrumentariuszki** 140x190cm, wzmocnienie 80x190cm
- 1 x **serweta główna** o wymiarach 200x320cm posiadająca samouszczelniający otwór o średnicy 7cm, worek do przechwytywania płynów z zaworem spustowym i uchwyt („rzep”) do mocowania przewodów i drenów

-
- 1 x nieprzylepna **serweta pod kończynę** 150x150cm,
 - 1 x **osłona na kończynę** 35x80cm,
 - 1 x **kieszon dwukomorowa** na instrumenty chirurgiczne 30x40cm,
 - 2 x włókninowe **taśmy samoprzylepne** 9x50cm,
 - 1 x **rurka drenowa** o dł. 1,5 m
 - 2 x **ręczniki celulozowe** wzmacniane nitką 30x40cm

Zestaw zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG, zawierające: nazwę producenta, nr LOT, nr REF, kod kreskowy, termin przydatności, datę produkcji. Zestaw posiada piktogramy z oznaczeniem kierunku rozkładania serwet. 7 zestawów w kartonie zbiorczym, zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Sterylizacja gazowa, tlenkiem etylenu. Termin ważności min. 3 lata od daty produkcji.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zestawu serwet jak w opisie

Sporządzono i opublikowano w dniu 14-01-2025r.