



UNIwersytet Medyczny  
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

Dział Zamówień Publicznych

Adres:  
61-701 Poznań  
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00  
fax (061) 854-61-46  
e-mail: dzp@ump.edu.pl

L. dz. DZP- 233/23

Poznań, dnia 20.04.2023 r.

**Wszyscy Wykonawcy-  
platforma zakupowa**

**Dotyczy: TPm-24/23 postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. Dostawa 37 sztuk dygestoriów laboratoryjnych do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w tym: 27 sztuk dygestoriów laminowanych i 10 sztuk dygestoriów metalowych, wraz z transportem, wniesieniem, instalacją oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego**

W związku z wpływem pytań dotyczących prowadzonego postępowania, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) udziela poniższych odpowiedzi:

**pytanie 1:**

W celu spełnienia wymagań Zamawiającego oraz przygotowania prawidłowej oferty przetargowej bardzo prosimy o możliwość dokonania wizji lokalnej w miejscu dostawy i montażu dygestoriów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyznacza termin nieobowiązkowej wizji lokalnej na dzień **25.04.2023 r. godz.9.00**. Spotkanie Wykonawców przy budowanym budynku Collegium Pharmaceuticum ul. Rokietnicka 5 D.

**pytanie 2:**

Prosimy o sprostowanie wymagań dla norm w zakresie załącznika nr 3.1 , 3.2; 3.3; 3.4; 3.6; 3.7; 3.8 ,3.5, 3.6 , do SIWZ parametrów technicznych dla poszczególnych dygestoriów w zakresie wymagań dla blatów ceramicznych – prosimy o sprostowanie poniższych norm ponieważ wkraśl błąd merytoryczny :

normy EN 1545-14 **na EN 10545 - 14**

normy EN 1545-13 **na EN 10545 – 13**

**Odpowiedź:**

Zamawiający udziela sprostowania w zakresie załączników nr 3.1,3.2; 3.3; 3.4; 3.6; 3.7; 3.8 ,3.5, 3.6. i informuje, że właściwe oznaczenia norm są następujące:

- EN 10545 - 14
- EN 10545 - 13

**pytanie 3:**

Pytanie dotyczy załącznika 3.9 oraz 3.10 do SIWZ

Prosimy o dopuszczenie dygestoriów modułowych niepalnych łatwo zmywalnych, nienasiąkliwych i zabezpieczonych galwanicznie przed korozją - wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej której wartość cynku wynosi minimum **2,5 µm**, pokryte nakładaną metodą proszkową farbami poliuretanowymi

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza dygestoria modułowe, niepalne, łatwo zmywalne, nienasiąkliwe i zabezpieczone galwanicznie przed korozją - wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej której wartość cynku wynosi minimum 2,5 µm, pokryte nakładaną metodą proszkową farbami poliuretanowymi.



**UNIwersytet Medyczny  
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU**

**Dział Zamówień Publicznych**

Adres:  
61-701 Poznań  
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00  
fax (061) 854-61-46  
e-mail: [dzp@ump.edu.pl](mailto:dzp@ump.edu.pl)

---

**Jednocześnie zgodnie z art. 286 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający zmienia zapis pkt 27 SWZ , który otrzymuje następujące brzmienie:**

„Zamawiający przewiduje przeprowadzenie nieobowiązkowej wizji lokalnej najpóźniej w dniu 25.04.2023 r. godz.9.00. Spotkanie Wykonawców przy budowanym budynku Collegium Pharmaceuticum ul. Rokietnicka 5 D”.

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 3 i art. 286 ust.1 ustawy Pzp dokonyuje zmiany terminów - składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą w następujący sposób:

- 1) Jako termin składania ofert wskazuje się: 28.04.2023 r. godz.: 10:00,
- 2) Jako termin otwarcia ofert wskazuje się: 28.04.2023 r. godz.: 11:00.
- 3) Jako termin związania ofertą wskazuje się 26.05.2023 r.

**Przesłane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej, traktując je jako ważne i wiążące.**

Z poważaniem,

*Opracowała: Marta Kozłowska  
nr tel. (61) 854 60 22  
e-mail: [dzp@ump.edu.pl](mailto:dzp@ump.edu.pl)*