

Stupsk, dnia 08.11.2024 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: „Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań biochemicznych, immunologicznych, fizykochemicznych, elementów moczu upostaciowionych oraz dzierżawa sortera analitycznego” - nr postępowania 87/PN/2024

Zamawiający dokonuje sprecyzowania odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego w dniu 07.11.2024 r.

Pytanie nr 112

Część III SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia dla części nr 1, 2, 4 pkt 40: W związku z wymogiem wykonania zmian adaptacyjnych prosimy Zamawiającego o wskazanie dokładnego zakresu prac.

Odp.: Zamawiający oczekuje przeprowadzenia zmian adaptacyjnych dla części nr 2 w zakresie:

- wykonanie ścianki działowej (kartonowo-gipsowej) i odświeżenie ścian w pomieszczeniu o kubaturze 15 m² w punkcie numer 1 walidacji wyników i doposażenia w niezbędne meble,
- doposażenie punktu walidacji wyników numer 2 w niezbędne meble oraz odświeżenie ścian w pomieszczeniu o kubaturze 15 m²,
- doposażenie punktów walidacji wyników, pracownię immunologiczną oraz punktu przyjęcia materiału w rolety zewnętrzne w ilości 6 sztuk (wymiar okna 175 cm /235 cm), wykonanie ścianki działowej w punkcie przyjęcia materiału (wymiary 300 cm/200 cm).

W zakresie części nr 1 wszelkie zmiany adaptacyjne zostały opisane w Części III A SWZ - OPZ dla części nr 1. W zakresie części nr 4 Zamawiający nie wymaga zmian adaptacyjnych.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak