

Data zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 22.02.2022 r.

Wysokie Mazowieckie, 22.02.2022 r.

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania: **Zakup sprzętu medycznego jednorazowego użytku**
Oznaczenie sprawy: **2/2022**

Zapytanie nr 1 – Formularz cenowy, dotyczy Pakietu nr 38, pozycja 1

Czy w **Pakiecie nr 38, poz. 1** Zamawiający dopuści jako filtr równoważny:

Filtr oddechowy bakteryjno-wirusowy z barierą mechaniczną i wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, metodzie filtracji intermolekularnej, medium filtracyjne, hydrofobowe, o wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej pow. 99,99999% i wirusowej powyżej 99,99999%, skuteczność nawilżania min. 37 mg / L H₂O przy VT=500ml pojemność oddechowa 150-1500ml, przestrzeń martwa 18 ml, waga 28 g, złącza proste: 22M-15F/22F-15M, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym, przezroczysta obudowa filtranie zawiera latexu, pcv, ftalanów w tym DEHP, sterylne?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 2 Formularz cenowy, dotyczy Pakietu nr 11, pozycja 1

Uprzejmie informujemy, że dostarczane przez Producenta czujniki przepływu Spirolog są pakowane po 5 sztuk i nie ma możliwości ich podzielenia. Dlatego też prosimy o zmianę jednostki miary ze sztuk na opakowania i dopuszczenie pełnych opakowań zamiast 8 sztuk. Takie rozwiązanie pozwala realizować dostawy bezpośrednie tym samym, przekłada się to na niższe koszty dla Zamawiającego.

Wyjaśnienie: Proszę o wycenę zgodnie z SWZ. Zamawiający dokona zakupu w pełnych opakowaniach handlowych.

Kierownik Zamawiającego
Bożena Grotowicz