



Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
państwowa służba geologiczna
państwowa służba hydrogeologiczna

EZP.26.34.1.2023.ŁG

Warszawa, 28.03.2023 r.

Dotyczy **dostawy aparatu bezpośredniego ścinania (jeden zestaw) do laboratorium CBGS Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB**, oznaczenie sprawy: EZP.26.34.2023.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęło pytanie do treści zapytania ofertowego. Poniżej prezentujemy przesłane pytanie wraz z udzieloną odpowiedzią.

Pytanie 1:

Czy pod zapisem o możliwości wyboru ilości cykli ścinanie/powrót od 1 do 99, Zamawiający ma na myśli liczbę cykli ścinania czy liczbę kroków konsolidacji? Patrząc na specyfikację tego typu urządzeń u kilku producentów wartość od 1 do 99 dotyczy najczęściej liczby kroków konsolidacji, zaś ilość cykli ścinania kształtuje się w zakresie od 1 do 50-60 cykli.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pozycja ta odnosi się do liczby cykli ścięcia/powrotu karetki w badaniach wytrzymałości rezydualnej. Jednakże dopuszczalne jest dostarczenie aparatu w którym liczba cykli ścinanie/powrót nie będzie mniejsza niż 50.

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie pkt 17 ppkt 3 Zapytania ofertowego informuję o zmianie terminu składania ofert.

Pkt. 11 Zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert upływa dnia 31.03.2023 r. o godzinie 10:00.”

Pozostałe postanowienia zapytania ofertowego pozostają bez zmian

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych
Piotr Grochot

pgi.gov.pl

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
tel. (+48) 22 45 92 000, biuro@pgi.gov.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000122099
NIP 525-000-80-40